

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GINEKOLOGINIS AUDINIŲ SMULKINTUVAS - MORCELIATORIUS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametras	Reikšmė
1	2	3	4
1.	Morceliatorius – 1 vnt.	1. Variklis	Bešepetėlinė variklio sistema
		2. Variklio apsisukimų diapazonas	Nuo ≤ 4000 iki ≥ 40000 aps/min.
		3. Maksimalus sukimo momentas	Ne mažiau 3,5 Ncm
		4. Morceliatoriaus peilių apsisukimo diapazonas	Nuo ≤ 100 iki ≥ 1000 aps/min.
		5. Reversas	Būtina
		6. Valdymas	Kojinis ir rankinis
		7. Informacinis LCD ekranas	Būtina
		8. Galimybė naudoti vienkartinius ir daugkartinius peilius	Būtina
		9. Su apsaugine funkcija, apsaugančia gilesnius audinius.	Būtina
		10. Peilio nukreipimo sistema pagal audinių paviršių	Būtina
		11. Galimybė naudoti skirtingų diametrų peilius	- 12mm \pm 1 mm. - 15mm \pm 1 mm. - 20mm \pm 1 mm.
		12. Sandarinimo priedas	Dviguba sandarinimo Sistema. Audinio ir instrumento sandarinimui
2.	Žnyplės – 1 vnt.	1. Miomos sugriebimui	Būtina
		2. Dantukai	1x1 su papildomais vidiniais dantukais.
		3. Diametras	10 mm
		4. Darbinis ilgis	330mm \pm 5 mm
		5. Žnybtų ilgis	40mm \pm 2 mm
		6. Atsidaro abu žnybtai	Būtina
		7. Išardomos	Į ne mažiau kaip 3 dalis
		8. Rankena	Su užraktu
3.	Žnyplių darbinė dalis – 1 vnt.	1. Giebiančios	Būtina
		2. Dantukai	2x3
		3. Diametras	10 mm
		4. Žnybtų ilgis	50mm \pm 2 mm
		5. Atsidaro vienas žnybtas	Būtina
		6. Darbinis ilgis	330mm \pm 5 mm
4.	Apsauginis trokaras – 1 vnt.	1. Apsauginė funkcija, apsauganti gilesnius audinius	Būtina
5.	Trokarų smeigas – 1 vnt.	1. Diametras	15 mm.

6.	Rankena – 1 vnt.	1. Ergonominė	Būtina
7.	Audinio sandariklis – 20 vnt.	1. Morceliuojamo audinio sandarinimui	Būtina
8.	Tarpinės – 20 vnt.	1. Instrumento sandarinimui	Būtina
9.	Morceliatoriaus peilis – 3 vnt.	1. Diametras	15 mm
		2. Galandamas	Būtina
10.	Purškiamas tepalas – 1 vnt.	1. Tūris	Ne mažiau 500 ml
11.	Sterilizavimo dėklas – 1 vnt.	1. Su paminkštinimais	Dugne ir dangtyje
		2. Permatomas, tonuotas dangtis	Būtina
		3. Vidiniai išmatavimai (AxPxI)	(60mmx200mmx500mm)±5mm
		4. Perforuotas	Būtina
12.	Morceliavimo maišas – 5 vnt.	1. Angų kiekis	Ne daugiau dvi
		2. Dydis	2000ml ±100 ml.
		3. Medžiagiškumas	Permatomas
		4. Atsidarymas	Savaiminis
		5. Pravedėjas	Būtina.
		6. Sterilus	Būtina
13.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Būtina

PASTABA:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų priemonių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams. Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

1.2. Galiojančius CE sertifikatus arba gamintojo EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

1.3. Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios medicinos įrangos garantinį aptarnavimą).

2. Prekę pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), užpildytu medicinos prietaiso pasu, kad būtų užtikrintas tinkamas įrangos naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas įrangos gamintojo dokumentacijoje; Tiekėjas apmoko personalą darbui su įranga.
3. Gedimo atveju, turi būti pateiktas pakaitinis morceliatorius ar jo dalis, kol bus suremontuotas sugedęs.
4. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai pagalasti morceliatoriaus peilius ne mažiau kaip penkis kartus.

5. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

5.1. Tiekėjas privalo prekę atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

5.2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiavertčius objektyvius įrodymus).

Vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja
(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)

Vyresnioji bendrosios
praktikos slaugytoja
Vilma Želviene

(parašas)

Vilma Želviene
(vardas ir pavardė)

TVIRTINA:

Vyriausiasis gydytojas
(Vadovo pareigos)

(parašas)

Romaldas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)