

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„SKYSTAS MUILAS, PRIEMONĖS AUTOMATINĖMS ENDOSKOPŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO
MAŠINOMS IR KITOS DEZINFEKCIJOS IR STERILIZAVIMO PRIEMONĖS ”
(Nr. 2312353)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-04-22 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **skysto muilo, priemonių automatinėms endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinoms ir kitų dezinfekcinių ir sterilizavimo priemonių** pirkimo (Nr. 2312353).

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„2.„Priemonės automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms

2.1. Plovimo priemonė:

- ploviklis enzymų ir riebiųjų rūgščių etoksilatų pagrindu; *Rekomenduojame papildyti reikalavimą žodžiais „arba lygiavertės medžiagos“, kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos.*

2.2. Dezinfekcijos priemonė:

- gliutaraldehido pagrindu ($\geq 20\%$); *Rekomenduojame pakeisti reikalavimą į „ $\geq 10\%$ “, kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos.*
- tinka lanksčių ir kietų endoskopų cheminei-terminei dezinfekcijai $60^{\circ} \pm 3$ C temperatūroje; *Rekomenduojame pakeisti reikalavimą į „ $60^{\circ} \pm 5$ C“, kadangi toks paklaidos dydis nėra labai žymus, bet tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos.*

Būtina pateikti:

- Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose. *Rekomenduojame papildyti reikalavimą žodžiais „...arba plovimo ir dezinfekavimo priemonių gamintojo patvirtinantį dokumentą...“, kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui ir neribotų konkurencijos.“*

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Techninė specifikacija 2.1. punktas bus koreguojamas į: „ploviklis enzymų ir riebiųjų rūgščių etoksilatų arba lygiavertės medžiagų pagrindu.

2.2. Techninės specifikacijos punktas koreguojamas nebus, kadangi esant mažesniai veikliosios medžiagos kiekiui koncentrate, padidėtų priemonės sunaudojimas, norint pasiekti reikiamą darbinio tirpalo koncentraciją, todėl būtų nesilaikoma ekonominio naudingumo principo. Temperatūra, taip pat, nebus koreguojama praplečiant paklaidos dydį, kadangi plovimo mašinų naudojimo instrukcijose nurodyta tiksli temperatūra.

Dėl būtinų pateikti dokumentų, komisija pažymi, kad remiantis Reglamentu (ES) 2017/745, medicinos prietaiso naudojimo instrukcijose turi būti pateikta informacija apie atitinkamus procesus, įskaitant valymą ir dezinfekavimą. Reikalavimas pateikti „Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose“ įtrauktas vadovaujantis naudojamų

plovimo mašinų naudojimo instrukcijomis. Techninė specifikacija dėl šio reikalavimo koreguojama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„3.2. Neutralizatorius:

- pagrindinė veiklioji medžiaga – rūgštis, koncentrato pH 1-2; *Rekomenduojame pakeisti reikalavimo reišmę į „pH ≤ 3“, kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų, galinčių pasiūlyti tinkamą neutralizavimo priemonę, kiekiui ir neribotų konkurencijos.*
- preparato išeiga: 1-5 ml/l; *Rekomenduojame pakeisti reikalavimo reišmę į „preparato išeiga ≤ 5 ml/l“, kadangi tai leistų dalyvauti didesniai tiekėjų, galinčių pasiūlyti tinkamą neutralizavimo priemonę, kiekiui ir neribotų konkurencijos.“*

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Techninė specifikacija koreguojama nebus, kadangi esant didesnei neutralizatoriaus koncentrato pH reikšmei, padidėtų preparato sunaudojamas kiekis ml/l, perkančioji organizacija patirtų ekonominius nuostolius. Dėl preparato išeigos Techninė specifikacija koreguojama nebus, kadangi preparato išeiga nurodyta specifikacijoje 1-5 ml/l ir tiekėjo siūloma ≤ 5 ml/l reiškia tą pačią preparato išeigą.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„11.Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui *Rekomenduojame papildyti aprašymą nurodant kokios spalvos žymekliai reikalingi PO.“*

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad Techninė specifikacija bus papildyta punktu : užsakymo metu perkančioji organizacija gali rinktis iš 3 spalvų - juodos, raudonos ir žalios.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„2 pirkimo dalyje prašome išimti reikalavimą, kaip ribojantį konkurenciją: „Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose.“ Perkančioji organizacija ne tik žino, bet ir vykdo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, reikalavimus. Reglamento sąlygose numatyta, jog medicinos priemonės gamintojas negali viršyti savo įgaliojimų ir prisiimti atsakomybės dėl kito gamintojo medicinos priemonių. Olympus, vadovaudamiesi reglamento reikalavimais, negali publikuoti rekomenduojamų cheminių medžiagų suderinamumo sąrašų, tai prieštarautų ES teisinei bazei.

Tuo tarpu ploviklių-dezinfektantų, kurie klasifikuojami kaip medicinos priemonės (pagal reglamentą (ES) 2017/745), gamintojai įgalioti savo atsakomybei atlikti testus ir deklaruoti savo priemonių suderinamumą su medicinos priemonėmis..“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad remiantis Reglamentu (ES) 2017/745, medicinos prietaiso naudojimo instrukcijose turi būti pateikta informacija apie atitinkamus procesus, įskaitant valymą ir dezinfekavimą. Reikalavimas pateikti „Olympus ETD plovimo ir dezinfekavimo mašinų gamintojo patvirtinantį dokumentą, kad siūlomos priemonės tinkamos naudoti Olympus ETD automatinėse endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinose“ įtrauktas vadovaujantis naudojamų plovimo mašinų naudojimo instrukcijomis. Techninė specifikacija koreguojama nebus.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„18 pirkimo dalyje prašome nusirodyti orientacinį poreikį pilnais rulonais. T.y. 280m arba 350m.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad techninėje specifikacijoje bus koreguojamas orientacinis poreikis į 280 m.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.