

Medicininio vežimėlio techninė specifikacija (kiekis 8 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai medicininio vežimėlio konstrukcijai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vežimėlio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) – atsparus įbrėžimams; 2. Vežimėlio stalviršis pagamintas iš AISI 304 markės (arba lygiavertės) nerūdijančio plieno su apsauginiu rėmu iš trijų pusių (arba vežimėlio stalviršis paaukštintais kraštais iš trijų pusių), atsparus įbrėžimams bei dezinfekcinėms medžiagoms; 3. Su keturiais 8-12,5 cm diametro ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su fiksuojamais stabdžiais; 4. Vežimėlyje įrengta: ištraukiama lentyna virš stalčių ir 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, pagaminti iš miltelinio būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos). 	
2.	Vežimėlio stalčiai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su teleskopiniais bėgeliais; 2. Su rankenomis, pagamintomis iš aliuminio arba miltelinio būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Trijų viršutinių stalčių aukštis 10 ± 1 cm, ketvirto (apatinio) stalčiaus aukštis 30 ± 2 cm; 4. Su stalčių dalytuvais visuose stalčiuose; 5. Stalčių spalva pasirenkama užsakymo metu. 	
3.	Vežimėlio (bazinės konstrukcijos be priedų) išoriniai matmenys	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plotis 55-60 cm; 2. Gylis 43-50 cm; 3. Aukštis 85-90 cm. 	
4.	Kartu su medicininio vežimėlio komplektuojami priedai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šiukšlių dėžė, ne mažiau kaip 10 litrų talpos, atidaroma keliu – 1 vnt.; 2. Reguliuojamos apimties laikiklis aštrių atliekų talpai – 1 vnt.; 3. Pirštinių dėžučių laikiklis – 1 vnt. 	
5.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	
6.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	
7.	Prekių pristatymas	Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.