

## Endoskopinių organų ir audinių siuvimo kasečių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 195 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilgis <math>30 \pm 3</math> mm;</li> <li>2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip <math>45^\circ</math> kampu;</li> <li>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</li> <li>4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės;</li> <li>5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) <math>2 \pm 0,2</math> mm, antroje eilėje <math>2,5 \pm 0,2</math> mm, trečioje eilėje <math>3 \pm 0,2</math> mm;</li> <li>6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm.</li> </ol>	
2.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 440 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilgis <math>45 \pm 3</math> mm;</li> <li>2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip <math>45^\circ</math> kampu;</li> <li>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</li> <li>4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės;</li> <li>5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) <math>2 \pm 0,2</math> mm, antroje eilėje <math>2,5 \pm 0,2</math> mm, trečioje eilėje <math>3 \pm 0,2</math> mm;</li> <li>6. Uždarytos kabutės aukštis 0,75, 1,0 ir 1,25 mm.</li> </ol>	
3.	Kasetė, skirta siūti kraujagyslėms (orientacinis kiekis 30 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilgis <math>30 \pm 3</math> mm;</li> <li>2. Kasetėje 64 eilės kabučių;</li> <li>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</li> <li>4. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip <math>45^\circ</math> kampu;</li> <li>5. Kasetės darbinės dalies diametras 8 mm, kasetės diametras 6,3 mm;</li> <li>6. Kasetės darbinės dalies ilgis 15 cm;</li> <li>7. Atidarytos kabutės aukštis 2 mm.</li> </ol>	
4.	Kasetė plaučių audinio rezekcijai ir siuvimui (orientacinis kiekis 310 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilgis <math>45 \pm 3</math> mm;</li> <li>2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip <math>45^\circ</math> kampu;</li> <li>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</li> <li>4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės;</li> <li>5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) <math>3 \pm 0,2</math> mm, antroje eilėje <math>3,5 \pm 0,2</math> mm, trečioje eilėje <math>4 \pm 0,2</math> mm.</li> </ol>	
5.	Kasetė plaučių audinio rezekcijai ir siuvimui (orientacinis kiekis 310 vnt.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilgis <math>60 \pm 3</math> mm;</li> <li>2. Kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip <math>45^\circ</math> kampu;</li> <li>3. Kiekvienoje kasetėje integruotas peilis;</li> <li>4. Distalinėje kasetės dalyje 4 kabutės;</li> <li>5. Į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) <math>3 \pm 0,2</math> mm, antroje eilėje <math>3,5 \pm 0,2</math> mm, trečioje eilėje <math>4 \pm 0,2</math> mm.</li> </ol>	

6.	Suderinamumas	Siūlomos kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama firmos „Covidien“ daugkartinio naudojimo elektrine automatine siuvimo rankena „IDRVULTRA1“ su adapteriu „EGIAADAPT“. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai. <b>(Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti gamintojo dokumentą, patvirtinantį atitikimą reikalavimui. Taip pat kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitinkamą patvirtinimą dėl įsipareigojimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti sunaudotus (pasibaigusio tarnavimo resurso) adapterius naujais neatlygintinai).</b>	
7.	Žymėjimas CE ženklų	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu <b>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</b>	
8.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Perkamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama įranga techniškai derinamų kasečių papildymas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Toje pačioje pozicijoje nurodytos kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo pasirinkto kasetės ilgio ar pasirinkto kabučių aukščio.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.