

Plyšinės lempos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema	Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) arba su apšvietimu iš viršaus (Haag-Streit tipo arba lygiaverčiu)	
2.	Padidinimai	Perjungiami, ne mažiau kaip penki: 5x±2x, 9x ±1x, 14x ±2x, 22x ±3x, 36x±4x	
3.	Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams)	≥ 35 mm, kai didinimas 5x±2x; ≥ 22 mm, kai didinimas 9x ±1x; ≥ 14 mm, kai didinimas 14x ±2x; ≥ 8 mm, kai didinimas 22x ±3x; ≥ 5 mm, kai didinimas 36x±4x.	
4.	Okuliarai	≤ 12,5x didinimo	
5.	Okuliarų dioptrinis paderinimas (okuliarų ametropijos kompensacija)	≥ ± 7 D	
6.	Apšvietimo plyšio plotis	Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 14 mm	
7.	Apšvietimo plyšio ilgis	Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 mm iki 14 mm	
8.	Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas	Reguliuojamas tolygiai ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180° arba plyšio rotacija (plyšio sukimo kampas) ≥ ± 90°	
9.	Išorinė paciento žvilgsnio fiksacija	LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis	
10.	Filtrai:	1. Mėlynas filtras; 2. Beraudis (žalias) filtras; 3. Geltonas okuliario filtras.	
11.	Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui	Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais.	
12.	Kartu su plyšine lempa komplektuojama	1. Vaizdo šakotuvą (ar kita alternatyva, leidžianti prijungti asistento monokuliarą prie plyšinės lempos). 2. Asistento monokuliaras	
13.	Galimybė komplektuoti su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru	Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) naudoti kartu su Goldmano tipo aplanaciniu tonometru.	
14.	Maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklas	

15.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	
16.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai. <i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti plyšinės lempos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>	
17.	Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas	Plyšinių lempų pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
18.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.	