

Lazerio fibrų (šviesolaidžių) techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Techninis suderinamumas	Siūlomas lazerio šviesolaidis techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Boston Scientific“ lazeriu „Auriga XL“	
2.	Reikalavimai šviesolaidžiui	1. Jungtis „black hole“ arba lygiaverčio tipo; 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 3. Darbinis ilgis ≥ 3 m; 4. Apskaičiuotas ne mažiau kaip 10-čiai litotripsijų.	
3.	Šviesolaidžio skersmuo	Užsakymo metu pagal poreikį galima rinktis šiuos šviesolaidžio skersmenis: 1. 230 μm ; 2. 270 μm ; 3. 365 μm ; 4. 600 μm .	
4.	Garantinis terminas	≥ 12 mėnesių	
5.	Įrangos pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminio charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomų prekių pavyzdžiai.