

BAGAŽO KONTROLĖS RENTGENO APARATŲ HI-SCAN TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

I. PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II. TIKSLAS

2. Nupirkti bagažo kontrolės rentgeno aparatų HI-SCAN 6040i (toliau - rentgeno aparatų) techninės priežiūros, gedimų diagnostikos ir remonto paslaugas, esant poreikiui, pagal Užsakovo reikalavimą.

III. INFORMACIJA APIE RENTGENO APARATUS

3. Bagažo kontrolės rentgeno aparatai HI-SCAN 6040i yra stacionarūs ir sumontuoti: kontrolinėse VĮ Ignalinos atominės elektrinės pagrindinės aikštelės 185 (2 vnt.) ir Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos 01 (1 vnt.) pastatuose. Šių rentgeno aparatų gamintojas yra Vokietijos įmonė Smiths Detection.

IV. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

4. Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

4.1. Rentgeno aparatų techninės priežiūros atlikimas, atliekant 1 lentelėje nurodytas techninės priežiūros paslaugas. Eksploatuojant rentgeno aparatus pagal gamintojo techninį vadovą, skirtą aptarnauti HI-SCAN 6040i bagažo kontrolės rentgeno aparatus, būtina atlikti kvalifikuotą techninę priežiūrą vieną kartą per metus.

4.2 Techninės priežiūros ar iškvietimo atveju nustatytų gedimų rentgeno aparatų diagnostika ir defektų akto sudarymas (akte nurodant atliktus diagnostikos veiksmus, nustatytus gedimus, reikalingas atlikti remonto paslaugas, remontui atlikti reikalingas detales ir/ar eksploatacines medžiagas bei nurodyti (jei įmanoma identifikuoti) gedimų priežastis, bei pateikti defektų nustatymo akte nurodytų gedimų pašalinimo detalizuotą kainą).

4.3 Rentgeno aparatų remonto atlikimas, keičiant 2 lentelėje nurodytas atsargines dalis. Remontas galės būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas patvirtins defektų nustatymo aktą. Remontas atliekamas per su Užsakovu suderintą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 8 mėn.

5. Užsakovas kreipiasi į Paslaugų tiekėją su prašymu atvykti telefonu arba el. paštu. Paslaugos pradedamos teikti darbo dienomis ne vėliau kaip per 48 valandas nuo prašymo atvykti gavimo momento jei prašyme atvykti nenustatyta vėlesnė data, kitais atvejais – šalių susitarimu.

1 lentelė. Rentgeno aparatų techninės priežiūros paslaugų sąrašas

Eil.N r.	Techninės priežiūros paslaugų pavadinimas	Maksimalus kiekis 3 aparatus per 3 metus vnt.
1.	Saugumo kontrolės patikrinimas	9
2.	Korpuso patikrinimas	9
3.	Korpuso vidaus valymas	9
4.	Linijinio signalo valymas ir patikrinimas	9
5.	Darbinių elementų patikrinimas	9
6.	Įžeminimo laidų patikrinimas	9
7.	Maitinimo įtampos patikrinimas	9
8.	Avarinių sustabdymo jungtų patikrinimas	9
9.	Blokavimo sistemos patikrinimas	9
10.	Konvejerio juostos patikrinimas ir valymas	9
11.	Apsauginių ritinėlių patikrinimas	9
12.	Konvejerio elektros variklio patikrinimas	9
13.	Generatoriaus valdymo pulto patikrinimas ir reguliavimas	9
14.	Reguliuojamų rentgeno spindulių patikrinimas	9
15.	Detektorių linijos signalo patikrinimas	9
16.	Programinės įrangos atnaujinimas (esant naujai versijai)	9

Pastaba: Techninės priežiūros metu atliekamos visos 1 lentelės 1-15 pozicijose nurodytos techninės priežiūros paslaugos 3 aparatams vieno atvykimo metu, 16 pozicijoje nurodytas programinės įrangos atnaujinimas atliekamas esant naujai versijai.

2 lentelė. Rentgeno aparatų keičiamų atsarginių dalių (su montavimo darbais) ir kitų paslaugų sąrašas

Eil.N r.	Atsarginių dalių/paslaugų pavadinimas	Maksimalus kiekis per 3 metus vnt.
1.	Indikatoriaus, įspėjančio apie rentgeno spindulių generatoriaus įjungimą keitimas	3
2.	Linijos detektoriaus keitimas	3
3.	Konvejerio juostos keitimas	3
4.	Konvejerio elektros variklio keitimas	3
5.	Švininių užuolaidėlių komplekto vienai iš tunelio pusių keitimas	3
6.	Linijinio signalo sąsajos plokštės keitimas	3
7.	Valdymo klaviatūros keitimas	3
8.	Infraraudonųjų spindulių daviklio keitimas	3
9.	Pagrindinės sąsajos plokštės keitimas	3
10.	Maitinimo laido keitimas	3
11.	Programinių gedimų šalinimas	3

6. Paslaugų teikėjas rentgeno aparatų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikia naudodamas savo medžiagas, atsargines dalis, įrankius ir kitas reikiamas priemones. Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos, programinė įranga ir atsarginės dalys turi būti originalios ir naujos. Tais atvejais, kai rentgeno aparatų remontui reikalingos dalys yra jau nebegaminamos ir jų nėra rinkoje, būtinas rentgeno aparatų gamintojo patvirtinimas raštu.

V. VEIKLOS VYKDYMO VIETA

7. VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.

VI. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

8. Paslaugų suteikimo terminas 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Minimalus atvykimų skaičius per 3 metus – 3 kartai.

VII. ĮRANGA

9. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

10. Pagal šią paslaugų sutartį perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

VIII. KITOS IŠLAIDOS

11. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

IX. KOKYBĖS KONTROLĖ

12. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybę Užsakovo atstovams kontroliuoti darbų atlikimo eigą ir kokybę bet kuriame sutarties vykdymo etape.

X. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4.4.4.4. punktu keičiamos detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai nurodyti aukščiau minimo aprašo III skyriaus 9 p. 9.1. papunktyje.

14. Maksimaliai mažinamas popieriaus sunaudojimas dokumentams, dokumentų kopijavimui ir spausdinimui, teikiant pirmenybę skaitmeninėms dokumentų kopijoms, siunčiant elektroniniu paštu, pasinaudojant elektroninio parašo funkcijos galimybėmis ar kitais būdais. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. DI-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

XI. KITI REIKALAVIMAI

15. Paslaugų teikėjas garantuoja:

15.1 tinkamą atliktų darbų kokybę ir pateikiamų ataskaitinių techninių dokumentų tikrumą;

15.2 garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų, pašalinimą savo sąskaita per su Užsakovu suderintą laiką, kuris nebus ilgesnis kaip 8 mėnesiai.

16. Garantija tai laikotarpis, per kurį išaiškėjus suteiktų paslaugų ar pakeistų dalių trūkumams/defektams, jie turi būti pašalinti paslaugų teikėjo sąskaita. Garantinis laikotarpis atliktiems rentgeno aparatų techninės priežiūros darbams turi būti ne mažesnis kaip 3 mėnesiai, remonto darbams - ne mažesnis kaip 6 mėnesiai nuo suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Pakeistoms naujoms įrangos dalims turi būti taikoma ne mažesnė kaip gamintojo garantija nuo remonto paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.