

**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS**

**VIEŠOJO PIRKIMO  
„DEGUONIES IR VAKUUMO REGULIATORIAI (NR. 10252)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI NR. 1**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

***2025-05-06 CVP IS pranešimas Nr. 182982***

**1. Klausimas**

Ar prie vieno indo norite jungti 25 m silikoninę žarnelę? Gal turėjo būti 2,5 m?

**Atsakymas**

Ačiū už pastebėjimą. Įvyko techninė klaida. Kaip minėjote, teisingas reikalavimas: 2,5 m ilgio žarna.