

ATVIRO KONKURSO  
**„ADATOS IR ŠVIRKŠTAI“**  
 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

**DARBOTVARKĖ.** Dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA.** Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-03-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl adatų ir švirkštų pirkimo (pirkimo numeris 1897713).

*Siūlymas pirkimo dalims Nr. 1 – 4 „Adata „Drugelio“ tipo arba lygiavertė“*

*Reikalavimas: konusinis atitikimas su 6% (Luer ar lygiaverčiu) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį“*

*Norime pabrėžti jog ISO 594-1 yra atšauktas (<https://www.iso.org/standard/4693.html>) tad reikalingas šio reikalavimo pakeitimas. Siūlome pakeitimą: „konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu pagal ISO 80369-7 arba lygiavertį standartą“.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo dalims Nr. 1 – 4 „Adata „Drugelio“ tipo arba lygiavertė“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „konusinis atitikimas su 6% (Luer ar lygiaverčiu) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį)“ į reikalavimą „konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu pagal ISO 80369-7 arba lygiavertį standartą“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**1. – 4. Adata „Drugelio“ tipo arba lygiavertė:**

- sterili (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- hipoderminė (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7864 arba lygiavertį);
- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 6009 arba lygiavertį);
- konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu pagal ISO 80369-7 arba lygiavertį standartą;
- silikonizuotas adatos galiukas;
- jungiamasis vamzdelis 10-30 cm ilgio, be DEHP;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Poz. Nr.	Dydis	Orientacinis poreikis (vnt.)
1.	21 G	140 000
2.	23 G	10 000
3.	25 G	900
4.	27 G	500

**Siūlymas pirkimo dalims Nr. 11 – 13 „Švirkštai su adata“ ir Nr. 14 „Švirkštai su adata 20 – 24 ml“**

1 siūlymas

Prašome paaiškinti reikalavimą: švirkštų paviršius turi būti atsparus markerio rašalo išsiliejimui. Kaip bus vertinamas šis reikalavimas, pagal katalogus ar pavyzdžius? Kokių būdu bus naudojamas markeris ant sterilaus švirkšto? Koks markeris bus naudojamas?

2 siūlymas

Reikalavimas „švirkštų paviršius turi būti atsparus markerio rašalo išsiliejimui“: jeigu gamintojo specifikacijose nėra pateiktos aiškios formuluotės, ar tiekėjas gali teikti gamintojo raštą atitikimui patvirtinti pagal šią formuluotę? Jeigu yra galimybė reikalavimą patikslinti, prašome perkančiosios jį papildyti.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjų pateiktus siūlymus pirkimo dalims Nr. 11 – 13 „Švirkštai su adata“ ir Nr. 14 „Švirkštai su adata 20 – 24 ml“, informuoja, kad švirkštai bus vertinami tiek pagal pateiktus katalogus, tiek ir pavyzdžius. Komisija pažymi, kad markeris naudojamas nenuplaunamas.

*Klausimas dėl bendro reikalavimo visoms pirkimo dalims*

*Reikalavimas „Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą“: prašome perkančiosios patikslinti, kokią informaciją su pasiūlymu turi pateikti tiekėjas, jog galėtų dalyvauti pirkime atitinkdamas šį reikalavimą?*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą klausimą dėl bendro reikalavimo visoms pirkimo dalims „Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą“, informuoja, kad sprendžia atsisakyti reikalavimo.

*Siūlymas dėl bendro reikalavimo visoms pirkimo dalims*

*Pastebime, jog pagal pareikalavimą, gali būti prašoma pavyzdžių. Prašome atsižvelgti, jog kai kurių prekių pakuotės nėra skaidomos, tada manome, jog tiekėjas savo nuožiūra galėtų pasirinkti kiekį pavyzdžiams pateikti.*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą klausimą ir pažymi, kad paprastai tiekėjams nėra nurodomas konkretus pavyzdžių kiekis – tai paliekama jų nuožiūrai, atsižvelgiant į galimybes ir pakuočių ypatumus. Jei dėl to kiltų neaiškumų ar papildomų klausimų, tiekėjas visada gali kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl patikslinimo prieš pateikdamas pavyzdžius.

**NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo dalims Nr. 1 – 4;
2. Atsisakyti bendro reikalavimo visoms pirkimo dalims;
3. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvių.