

**VIEŠOJO PIRKIMO
„ENDOSKOPŲ LAIKYMO SPINTA (NR. 10287-1)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

1. Klausimas

Prašome paaiškinti techninę specifikaciją.

Visose trijose pirkimo dalyse nurodote, kad turi būti suteikti adapteriai, skirti prijungti endoskopų kanalų prie džiovinimo sistemos. Taip pat techninėje specifikacijoje nurodyta, kad jie turi būti skirti Olympus firmos endoskopams (gastroskopams, kolonoskopams, duodenoskopams, bronhoskopams). Prašome paaiškinti kokio modelio endoskopus turite ir kokią kiekį adapterių kiekvienoje pirkimo dalyje reikėtų suteikti. Kadangi toks pat aprašymas pakartotas tris kartus, galima spėti, kad spintos stovės skirtingose ligoninės vietose. Galbūt viename kabinete atliekamos tik gastroskopijos ir ten laikomi tik tokio tipo endoskopai, o kitame kabinete atvirkščiai. Kiekvienoje pirkimo dalyje pasiūlius po du adapterius skirtingo tipo endoskopams (iš viso 8 vnt.), spinta gali tapti nelabai funkcionali. Taip pat prašome nurodyti ir endoskopų modelius, nes yra tikimybė, kad turite ne tik 3 kanalų, bet ir sudėtingesnius endoskopus. Tikėtina, kad nenurodžius modelių tiekėjai siūlys pigiausias adapterius, skirtus paprasčiausiems endoskopams.

Atsakymas

Adapterių kiekis kiekvienoje pirkimo dalyje yra nurodytas viešojo pirkimo „Endoskopų laikymo spinta (Nr. 10287-1)“ techninės specifikacijos 1,2 ir 3 pirkimo dalies 2 punkte „*Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius - ≥ 8 vnt.*“

Pridedame lentelę, kurioje nurodyti perkančiosios organizacijos turimi „Olympus“ gamintojo endoskopai, išskirstyti pagal atskiras pirkimo dalis:

Endoskopų džiovinimo – saugojimo spintų (3 vnt.), adapteriai (24 vnt).

1 pirkimo dalis:

| Endoskopas | Modelis | Adapterių skaičius |
|---------------|------------|--------------------|
| Bronchoskopas | BF H190 | 1 |
| Duodenoskopas | TJF 160VR | 1 |
| | TJF Q180V | 1 |
| | TJF Q190V | 1 |
| Gastroskopas | GIF H190 | 1 |
| | GIF 1TH190 | 1 |
| Kolonoskopas | CF H185L | 1 |
| | CF H190L | 1 |

2 pirkimo dalis:

| Endoskopas | Modelis | Adapterių skaičius |
|---------------|-----------|--------------------|
| Duodenoskopas | TJF Q190V | 1 |
| Gastroskopas | GIF Q165 | 1 |
| | GIF H180 | 1 |
| | GIF H185 | 1 |
| | GIF HQ190 | 1 |

| | | |
|--------------|----------|---|
| Kolonoskopas | CF Q165L | 1 |
| | CF H185L | 1 |
| | CF H190L | 1 |

3 pirkimo dalis:

| Endoskopas | Modelis | Adapterių skaičius |
|--------------|----------|--------------------|
| Gastroskopas | GIF H185 | 2 |
| | GIF H190 | 2 |
| Kolonoskopas | CF Q165L | 2 |
| | CF H185L | 1 |
| | CF H190L | 1 |

Pagarbiai
VPK