

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„LUBŲ KONSOLĖS, PRITAIKYTOS ENDOSKOPINEI ĮRANGAI PAKABINTI IR CHIRURGINIO
ŠVIESTUVO KOMPLEKTAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-04-16 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***lubų konsolės, pritaikytos endoskopinei įrangai pakabinti ir chirurginio šviestuvo komplekto*** pirkimo (Nr. 2250250).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

TS punktas 3.1.5. Praktikoje, reguliuojant šviesos intensyvumą mūsų siūlomo medicininio šviestuvo atveju, gali pasireikšti nežymus ir techniškai nereikšmingas Ra indekso pokytis. Tačiau šis pokytis neturi įtakos bendram šviestuvo veikimui ar atitikčiai medicinos įstaigoms taikomiems apšvietimo standartams. *Prašome naikinti šį reikalavimą.*

TS punktas 4.1.5. Prašome koreguoti: „Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1000 mm“

TS punktas 4.3.2 ir 4.3.3 Prašome apjungti į vieną punktą ir aprašyti jį taip: „Stabdžių valdymo rankena - Montuojama ant konsolės vertikalios kolonos arba Vienos iš lentynų priekinėje pusėje sumontuotas (-i) konsolės padėties nustatymo valdiklis (-iai) su sensorine stabdžių valdymosistema sistema“.

TS punktas 4.5.4. Prašome nurodyti kokie dujų lizdai naudojami Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje.

TS punktas 4.6.4. Iš šio reikalavimo galima suprasti, kad perkančioji organizacija ateityje pati ketina prasivesti atitinkamus vaizdo signalų ar kompiuterio tinklo laidus. Iš praktinės pusės toks sprendimas laikinas, nes tokiu būdu pratempti laidai judančiose konsolės konstrukcijų elementuose (tokiuose kaip alkūnės) bus įsitempę, todėl ilgainiui laidai bus pažeisti ar nutrūks. Saugus laidų pravedimas turėtų būti vykdomas nuėmus konsolės judančių dalių apsauginius elementus ir pravedant laidą taip, kad kiekviename iš judančių konstrukcijos dalių laidai galėtų laisvai judėti. Todėl laidų pravedimas turėtų būti vykdomas kvalifikuotų specialistų. Siūlome reikalavimą koreguoti atitinkamai: „Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims)“.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus pažymi, kad techninės specifikacijos 3.15 punkte nurodytas reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad Ra indeksas yra vienas svarbiausių techninių chirurginio šviestuvo parametrų, aprašomų IEC (International Electrotechnical Commission) standarte (IEC 60601-2-41) ir rekomenduojamų atsižvelgti, renkantis chirurginį šviestuvą. Aukšta Ra indekso vertė ir stabilus jos išlaikymas reguliuojant šviesos intensyvumą, reikšmingai įtakoja chirurginio lauko apšvietimo kokybę ir chirurgo darbą, todėl perkančioji organizacija nesutinka naikinti 3.15 punkto reikalavimų.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.1.5 punkte nurodytas reikalavimas „Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm“ pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjo siūlymas ženkliai (20 cm) sumažinti vertikalios kolonos ilgį yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, nes tai reikšmingai įtakotų konsolės ir chirurginio šviestuvo funkcines ir ergonomines savybes.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.3.2 ir 4.3.3 punktuose nurodyti reikalavimai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl operacinės patalpos išmatavimų, būtina

prieiga valdyti konsolės padėtį tiek iš konsolės priekio, tiek iš galo (priešingos pusės), todėl perkančioji organizacija nesutinka koreguoti 4.3.2 ir 4.3.3 punktų reikalavimų.

Komisija nurodo, kad Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje yra naudojami MT (Medical Technologies) dujų lizdai.

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 4.6.4 punkte nurodytas reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Komisija pažymi, kad perkamą operacinės įrangą naudosime 10 ir daugiau metų, todėl tikėtina, kad atsiras poreikis papildomai įmontuoti į konsolę papildomas laidų prieigas. Tokią techninę galimybę numato ir gali pasiūlyti ne vienas chirurginių konsolių gamintojas, todėl punktas nebus koreguojamas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.