

**IŠRAŠAS ATVIRO KONKURSO
"CHIRURGINIAI SIŪLAI, KABUTĖS, LOPELIAI IR JUOSTOS"
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjų siūlymų pateiktų rinkos konsultacijos metu.

SVARSTYTA. Tiekėjų siūlymų pateiktų rinkos konsultacijos metu.

Nuolatinė Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-04-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl chirurginių siūlų, kabučių, lopelių ir juostų pirkimo.

Siūlymas Nr. 1

Techninės specifikacijos projekte pirkimo dalims nr.1 ir Nr.2 yra nurodoma: „Vidutinės trukmės (60-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai“. Pagal šį reikalavimą būtų perkami poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai, tačiau yra nurodyta vidutinė rezorbcijos trukmė (60-90 dienų) tipinė poliglikolinės rūgšties darinių siūlams, tuo tarpu kai poliglaktino siūlų vidutinė rezorbcija yra 56-70 dienų. Ar pasiūlyti poliglaktino siūlai su vidutine rezorbcija 56-70 dienų atitiks keliamai vidutinės (60-90 dienų) rezorbcijai.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad sutinka keisti techninės specifikacijos pirkimo dalyse Nr. 1 ir Nr. 2 vidutinę rezorbcijos trukmę iš 60-90 dienų į 56-90 dienų.

Siūlymas Nr. 2

*Taip turime pastabų 3 p.d.
Titaninės arba lygiavertės hemostatinės kabutės didelio dydžio. Prašome šioje pirkimo dalyje padidinti paklaidą „Atidarytos kabutės žiotys 8,0 ± 0,5 mm aukščiau“.*

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo paklausimą, priima sprendimą koreguoti techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies atidarytų kabučių žodžių tolerancijas į $\pm 0,5$ mm aukščiau.

Tiekėjas rašo:

„Pateikiame užpildytą klausimyną bei techninę specifikaciją.“.

Komisija pastebi, kad Tiekėjo pateikta rinkos konsultacija ir užpildyta techninė specifikacija nėra susijusi su numatomu perkamu objektu, tai yra Tiekėjas pateikė rinkos konsultacija dėl tarpslankstelinio tarpo implantų.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Chirurginių siūlų, tinklelių ir jusotos techninę specifikaciją koreguoti kaip nurodyta aukščiau, tvirtinti aktualios redakcijos technines specifikacijas;
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.