

**IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
"CHIRURGINIAI SIŪLAI, TINKLELIAI IR JUOSTOS"
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjų siūlymų pateiktų rinkos konsultacijos metu.

SVARSTYTA. Tiekėjų siūlymų pateiktų rinkos konsultacijos metu.

Nuolatinė Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-03-14 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl chirurginių siūlų, tinklelių ir juostų pirkimo.

Siūlymas Nr. 1

4 pirkimo dalis.

Išdėstytos pastabos ir pasiūlymai:

Prašome išskirti 4 pirkimo dalies Nr 4.1 dalį į atskirą pirkimo dalį.

Pagrindimas:

- a) Mūsų turimomis žiniomis tokį produktą gali pasiūlyti tik 1-as gamintojas. Kitų gamintojų atstovai, negalėdami pasiūlyti 4.1 punkte prašomo gaminio neturi galimybių siūlyti kitų 2-jų punktų gaminius. Tai galimai riboja konkurenciją.*
- b) Netikslus (galima įvairiai interpretuoti) bendrų reikalavimų suformavimas. Nežiūrint to, kad bendrai poliglikolinės rūgšties ar poliglaktino siūlai yra pinti, polifilamentiniai, kaip ir prašoma pirkimo dalies 4 aprašyme, būtent 4.1 prašomas 10/0 siūlas yra monofilamentinis, nepriklausomai nuo gamintojo. Jis neatitinka bendro N.4 punkto reikalavimo.*

7 pirkimo dalis. Prašome koreguoti galimą adatos ilgio toleranciją +/- 0,1mm. Visose kitose pirkimo dalyse leidžiama žymiai didesnė adatos dydžio pakalidos tolerancija. Reikalaujama 0,01mm yra nepaprasti maža, išmatuojama tik specialiais prietaisais.

15 pirkimo dalis.

Prašome koreguoti:

- a) juostos plotis 4-5mm;*
- b) adatos ilgis 48±2 mm*
- c) Manome- adata turi būti BUKA*

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad nesutinka tikslinti pirkimo dalies Nr. 7, nes siūlai naudojami ragenų siuvimui, atliekant ragenų transplantacijas ir nei mažesnės, nei didesnės adatos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, gali traumuoti rageną arba apsunkinti ragenos žaizdų siuvimą.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą dėl 4 pirkimo dalies informuoja, kad sutinka išskirti į atskirą eilutę polifilamentinius ir monofilamentinius siūlus.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad nesutinka pirkimo dalyje Nr. 15 adatos tipą nurodyti - buka, taip pat Komisija nesutinka keisti juostos pločio ir ilgio, kadangi tai nulemta operacijų specifikos, kuriai šios juostos yra naudojamos.

Siūlymas Nr. 2

Pasiūlymas patikslinti techninės specifikacijos 11 ir 12 pirkimo dalis.

Siūlymas 11 pirkimo daliai:

*Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas
(siūlo storis – 1 (atitinka siūlo stiprumą 0 pagal USP), adatos ilgis 36 ±1 , adatos lenktumas - 1/2, adatų skaičius - 2,*

adatos tipas - apvali, siūlo ilgis - $24\pm1\times24\pm1$ cm)

Šioje pirkimo dalyje yra siūlomas dantytas siūlas, dėl šio siūlo ypatybių (paviršiuje esantys dantukai susilpnina siūlą testavimo metu) šių siūlų žymėjimas gali skirtis tarp gamintojų, todėl įvedus du skirtingus parametrus – tikrąjį siūlo storį ir siūlo storį pagal stiprumą, išvengiama galimai neteisingai pasiūlytų siūlų variantų ir nėra ribojama konkurencija dalyvauti keliems gamintojams. Ši dantytų siūlų žymėjimo praktika buvo naudojama kituose LSMUL KK ir kitų ligoninių viešuosiuose pirkimuose.

Siūlymas 12 pirkimo daliai:

Sterilūs, besirezorbuojantys, sintetiniai, mazgo nereikalaujantys, pagaminti iš poliglekaprano arba lygiavertės medžiagos, ~~padengti antibakterine medžiaga~~ chirurginiai siūlai (pilna rezorbcija 90 – 120 parų, siūlo storis – 2-0 (**atitinka siūlo stiprumą 3-0 pagal USP**), adatos ilgis

26 ± 1 mm, adatos lenktumas – $\frac{1}{2}$, adatos galiuko tipas – apvalus)

1. Prašome pašalinti reikalavimą dėl antibakterinės dangos, nes tai yra perteklinis reikalavimas chirurginiam siūlui. Tai riboja konkurenciją, nes rinkoje yra tik vienas gamintojas gaminantis dantytus chirurginius siūlus su antibakterine danga. Taip pat visos pasaulinės rekomendacijos dėl antibakterinės dangos remiasi tradicinių chirurginių siūlų tyrimais, o ne dantytų. Antibakterinių siūlų veiksmingumas yra abejotinas ir reikšmingas efektas pasiekiamas tik multifilamentiniuose siūluose.
2. Šioje pirkimo dalyje yra siūlomas dantytas siūlas, dėl šio siūlo ypatybių (paviršiuje esantys dantukai susilpnina siūlą testavimo metu) šių siūlų žymėjimas gali skirtis tarp gamintojų, todėl įvedus du skirtingus parametrus – tikrąjį siūlo storį ir siūlo storį pagal stiprumą, išvengiama galimai neteisingai pasiūlytų siūlų variantų ir nėra ribojama konkurencija dalyvauti keliems gamintojams. Ši dantytų siūlų žymėjimo praktika buvo naudojama kituose LSMUL KK ir kitų ligoninių viešuosiuose pirkimuose.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad sutinka pirkimo dalyje Nr. 12 išbraukti reikalavimą dėl padengimo antibakterine medžiaga ir sutinka papildyti punktą: siūlo storis – 2-0 (atitinka siūlo stiprumą 3-0 pagal USP).

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad sutinka papildyti pirkimo dalyje Nr. 11 punktą : (siūlo storis – 1 (atitinka siūlo stiprumą 0 pagal USP).

Siūlymas Nr. 3

Chirurginiai siūlai, tinkleliai ir juostos

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų standartinio svorio polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginis tinklelis $20 \times 20 \pm 1$ cm. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis $2,4\pm0,4 \times 3,0\pm0,6$ mm. Optimalus tankis 40 ± 2 g/m ² ± 2 . Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.	vnt.	160

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.

Komisija peržiūrėjusi pirkimo dalies Nr. 1 techninę specifikaciją priima sprendimą tenkinti tiekėjo prašymą ir optimalų tankį koreguoti į „*Optimalus tankis 40 g/m² ± 2*“.

Komisija informuoja, kad nesutinka šalinti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui, nes pavyzdžiai būtini nustatant tiekėjų siūlomų prekių atitikimą techninei specifikacijai.

Siūlymas Nr. 4

Prašome koreguoti pirkimo dalių 7 ir 10 techninės specifikacijos reikalavimus.

7-oje pirkimo dalyje nurodyta adatos ilgio tolerancija ($\pm 0,01$ mm) yra galimai griežtesnė už adatos gaminimo toleranciją. Siūlome keisti į:

„Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethilon arba lygiavertis) siūlo storis – 10-0, adatos ilgis 6,5±0,5 mm, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas – 3/8, adatos tipas – spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - 30±1 cm.“

10-oje pozicijoje siūlome „adatos ilgis 46-50 mm“ keisti į „adatos ilgis 45-50 mm“. Toks pakeitimas nekeičia kokybinių produkto parametrų ir užtikrina didesnę pasiūlą.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą informuoja, kad nesutinka tikslinti pirkimo dalies Nr. 7, nes siūlai naudojami ragenų siuvimui, atliekant ragenų transplantacijas ir nei mažesnės, nei didesnės adatos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, gali traumuoti rageną arba apsunkinti ragenos žaizdų siuvimą.

Komisija peržiūrėjusi pirkimo dalies Nr. 10 techninę specifikaciją priima sprendimą tenkinti tiekėjo prašymą ir punktą „adatos ilgis 46-50 mm“ keisti į „adatos ilgis 45-50 mm“.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Chirurginių siūlų, tinklelių ir jusotos techninę specifikaciją koreguoti kaip nurodyta aukščiau, tvirtinti aktualios redakcijos technines specifikacijas;

2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.