



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams

2025-05- Nr.

*Pateikiama CVP IS priemonėmis***DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO**

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjas dėl supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Ginekologinis laparotominis instrumentų rinkinys“ (toliau – Konkursas), pirkimo Nr. 2522879, su klausimais.

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Komisijos atsakymas pateiktas, vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute
1.	<p>5. Disektuojančios žirkklės Perkančioji Organizacija (PO) reikalauja: Žirkklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 165 mm ± 2mm.</p> <p>Prašome tikslinti sekančiai: Žirkklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 165 mm ± 5 mm.</p> <p>Atkreipiame PO dėmesį, kad pagal tarptautinius chirurginių instrumentų gamybos standartus, tokių kaip Mayo tipo žirkklės, ilgis gali svyruoti ± 5 mm nuo nominalios vertės.</p> <p>Gamybos metu ± 2 mm paklaida yra labai siaura ir dažnai neatitinka nei gamintojų standartinių gaminių matmenų, nei rinkoje esančių prekių asortimento. Todėl ± 5 mm yra objektyviai pagrįsta, techniškai reali tolerancija, leidžianti užtikrinti konkurencingą pirkimą ir tiekimo tęstinumą. Ilgio skirtumas tarp, pavyzdžiui, 163 mm ir 168 mm neturi jokios įtakos Mayo tipo žirklių funkcijai: jos lieka ergonomiškos, išlaiko kirpimo geometriją bei saugumą naudotojui. Tai nekeičia nei žirklių naudojimo paskirties, nei chirurginio</p>	<p>Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo nuosekliai formuojamoje praktikoje nurodė, kad perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, turi teisę pasirinkti, kokie reikalavimai bus joje nustatomi. Kretingos ligoninė siekia suteikti kuo kokybiškesnes asmens sveikatos priežiūros paslaugas - prieinamas, saugias, veiksmingas sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo, chirurgijos ir slaugos paslaugas, kurias suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinės chirurgijos mokslo lygį ir pažangiausią pasaulinę praktiką.</p> <p>Techninės specifikacijos reikalavimai chirurginiams instrumentams yra nurodyti su galima paklaida, optimalūs, svarbūs bei atitinkantys perkančiosios organizacijos poreikius. Specifikacijos buvo parengtos, atsižvelgiant į atliekamų operacijų specifiką, gydytojų poreikį bei operacinės personalo rekomendacijas. Keisti parametrus netikslinga.</p> <p>Reikalavimai pirkimo objektui yra tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija – įsigyti reikalingų prekių. Nurodyti reikalavimai atitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, užtikrina dalyvių konkurenciją, nediskriminuoja jų,</p>

	<p>tikslumo, todėl pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą tai laikytina neesminiu pakeitimu. Labai siaura ± 2 mm tolerancija neproporcingai riboja konkurenciją, nes iš pirkimo eliminuojami tiekėjai, siūlantys visiškai tinkamus, funkcionalius ir kokybiškus gaminius, kurių ilgis svyruoja $\pm 3-5$ mm ribose. Tai prieštarauja viešųjų pirkimų principams (proporcingumo, tiekėjų lygiateisiškumo). Dauguma tarptautinių gamintojų (pvz., iš Vokietijos, Italijos ar Pakistano) Mayo tipo žirkles gamina su ilgio paklaida ± 5 mm arba apskritai nenurodo milimetrų tikslumu. Todėl ± 5 mm atitinka tarptautinę praktiką.</p> <p>Todėl specifikacijos paklaidos tikslinimas iš ± 2 mm į ± 5 mm: nekeičia nei žirklių esmės, nei paskirties, neturi įtakos funkcionalumui ar saugumui, užtikrina platesnę konkurenciją, ir atitinka tiek techninį racionalumą, tiek teisės aktų reikalavimus. Dėl šių priežasčių tai yra visiškai neesminis pakeitimas, kuris turi būti priimtas, kad pirkimas būtų pagrįstas, skaidrus ir nešališkas.</p>	<p>specifikacijos reikalavimus atitinka ne vieno gamintojo produktai, pvz.: New Vision Meditec, Millenium Surgical, Synergy Surgical, Boss Instruments, Paragon Medical, GSource ir kt.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, techninė specifikacija koreguojama nebus.</p>
2.	<p>8. Disekuojančios žirklys. Žirklys disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, darbinės dalys su volframo karbidu, dengtos titano aliuminio nitrido danga, antirefleksinės juodos spalvos, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti instrumento ilgis 180 mm ± 2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Žirklys disekuojančios, Nelson- Metzenbaum tipo, su anti-refleksine juoda danga visame paviršiuje, įskaitant darbinę dalį, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm ± 2 mm.</p> <p>Perkančiosios organizacijos reikalavimas: „Žirklys disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, dengtos titano aliuminio nitrido (TiAlN) danga, antirefleksinės juodos spalvos.“ Šis reikalavimas yra nepagrįstai ribojantis</p>	<p>Tiek titano aliuminio nitrido, tiek jų lygiavertės dangos turi neginčijamų ilgesnės eksploatacijos privalumų, lyginant su įprastinėmis nerūdijančio plieno chirurginėmis žirklemis. Atsižvelgiant į prašymą, koreguojamas 8. punkto disekuojančių žirklių aprašymas:</p> <p>8. Žirklys disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, dengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, antirefleksinės juodos spalvos, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti instrumento ilgis 180± 2 mm</p>

	<p>ir galimai diskriminacinis, nes: TiAlN danga – tai konkretus sprendimas, taikomas tik kelių gamintojų, pvz., Aesculap, todėl apriboja konkurenciją; Daugelis kitų gamintojų (pvz., ANOBILIS, KLS Martin, Stille ir kt.) naudoja pažangesnes keramines dangas, kurios: yra tvirtesnės ir ilgaamžiškesnės už TiAlN, kurios leidžia išvengti volframo karbido įdėklų, suteikia visiškai juodą antirefleksinį paviršių, įskaitant ir darbinę dalį. Todėl: nėra jokio objektyvaus pagrindo riboti tik TiAlN dangą ar reikalauti volframo karbido įdėklų, kai funkciškai lygiaverčiai arba pranašesni sprendimai egzistuoja rinkoje; toks specifikacijos suformulavimas pažeidžia VPI 17 straipsnį ir ES 2014/24 direktyvos 42 str., nes neleidžia pateikti lygiaverčių pasiūlymų. Techninė specifikacija turi būti ne orientuota į vieno gamintojo produktą, o suformuluota funkciškai, leidžiant pateikti pranašesnius techninius sprendimus. Todėl prašome ją nedelsiant patikslinti pagal VPI 17 straipsnį.</p>	
3.	<p>9. Disekuojančios žirklys. Žirklys disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido danga, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm±2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Žirklys disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo, skirtos audinių preparavimui. Distaliniai galiukai ir išorinės briaunos – tolygiai užapvalintos, darbinė dalis – padengta atsparia anti-refleksine danga (pvz., volframo karbido arba keraminė), lenktos, žiedai spalviškai pažymėti. Ilgis – 145 mm ±2 mm.</p> <p>Nepatikslinus techninės specifikacijos išlieka diskriminacija dėl dangos tipo ir volframo karbido įdėklų. Nurodytas reikalavimas dėl volframo karbido ir</p>	<p>Tiek titano aliuminio nitrido, tiek jų lygiavertės dangos turi neginčijamų ilgesnės eksploatacijos privalumų, lyginant su įprastinėmis nerūdijančio plieno chirurginėmis žirklemis. Atsižvelgiant į prašymą, koreguojamas 9. punkto disekuojančių žirklių aprašymas:</p> <p>Baby-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145±2 mm.</p>

	<p>titano aliuminio nitrido (TiAlN) dangos, nors galbūt veikia tam tikrų gamintojų naudotą technologiją, yra neobjektyvus ir diskriminacinis. Rinkoje yra ir kitų tiekėjų, kurie siūlo aukštesnės kokybės ir funkciškai lygiaverčius sprendimus su keraminėmis dangomis (pvz., ZrO₂, DLC), kurios: užtikrina geresnį atsparumą dilimui ir ilgaamžiškumą nei TiAlN. Keraminių dangų paviršiai gali būti juodi ir antirefleksiniai, o volframo karbido įdėklai šiuo atveju tampa nereikalingi, nes keramika užtikrina reikiamą tvirtumą ir funkcionalumą. Ribota konkurencija ir neobjektyvus gamintojo nurodymas. Perkančioji organizacija šiuo metu iš esmės riboja konkurenciją, nurodydama konkretų gamintojo produktą naudojamą technologiją (TiAlN + volframo karbidas). Tai apriboja kitų kokybiškų tiekėjų galimybes teikti pasiūlymus, nes ne visi gamintojai naudoja šią kombinaciją. Tuo pačiu yra pažeidžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio nuostata, kuri įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti lygiavertę konkurenciją. Techninės specifikacijos patikslinimas siekiant užtikrinti lygiavertes galimybes tiekėjams.</p> <p>Atsižvelgiant į rinkos realijas, kuriose naudojamos tiek keraminės, tiek volframo karbido dangos, reikalavimą galima suformuluoti taip, kad tiek volframo karbido, tiek keraminės dangos būtų priimtinos, atitinkančios techninį funkcinį tikslą. Tai leis pateikti įvairius sprendimus, atitinkančius lygias sąlygas tiekėjams, nepanaikinant kokybės reikalavimų.</p>	
4.	<p>16. Anatominis pincetas. Anatominis pincetas, plotis 3,9mm ±0,1mm, instrumento ilgis 160mm ±2mm. Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą sekančiai: Anatominis pincetas, plotis 3,9mm ±0,1mm, instrumento ilgis 180mm ±2mm.</p>	<p>Anatominio pinceto ilgį keičiame į 180±2 mm.</p> <p>Naujas aprašymas šiam punktui: 16. Anatominis pincetas. Anatominis pincetas, plotis 3,9mm ±0,1mm, instrumento ilgis 180mm ±2mm.</p>

	<p>Atkreipiame PO dėmesį, kad ilgesni (180 mm) anatominiai pincetai yra ergonomiškesni naudoti, ypač atliekant gilią, tikslią manipuliaciją. Dėl ilgesnio ilgio sumažinamas kontaktas tarp operatoriaus rankos ir paciento kūno, kas yra svarbu aseptikai bei tikslumui. Didesnis ilgis taip pat užtikrina geresnį instrumentų balansą ir leidžia chirurgui efektyviau valdyti audinius nepadidinant spaudimo. Rinkoje itin dažnai sutinkami 180 mm ilgio anatominiai pincetai su 3,9 mm $\pm 0,1$ mm pločio darbine dalimi. Tuo tarpu 160 mm ilgio pincetų su šiuo specifiniu pločiu pasiūla yra labai ribota arba neegzistuojanti, todėl dabartinė specifikacija gali neproporcingai apriboti konkurenciją, o tai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d.. PO formuluotė sudaro sąlygas, kai tik vienas gamintojas ar tiekėjas gali atitikti keliamus reikalavimus, o tai yra netiesioginis diskriminavimas. Pakeitus ilgį į 180 mm ± 2 mm, reikalavimas išlieka techniškai pagrįstas, nes tai yra standartinis ir plačiai prieinamas dydis, neprarandant funkcinio tikslo. Be to, tai leidžia didesniam skaičiui tiekėjų dalyvauti konkurse, užtikrinant efektyvų viešųjų lėšų panaudojimą ir galimai mažesnes kainas.</p>	
5.	<p>17. Chirurginis pincetas. Chirurginis pincetas, plotis 2, 7mm $\pm 0,1$mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160mm ± 2mm.</p> <p>Prašome tikslinti sekančiai: Chirurginis pincetas, plotis 2, 7mm $\pm 0,2$ mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160mm ± 2mm. Pločio tolerancijos padidinimas nuo $\pm 0,1$ mm iki $\pm 0,2$ mm yra visiškai nereikšmingas funkcinio ir klinikinio požiūriu, nes: nėra jokios įtakos pinceto funkcionalumui ar saugumui – 0,1 mm skirtumas yra mikroskopinis ir neturi jokios praktinės reikšmės nei audinių suėmimui, nei tikslumui. Dauguma gamintojų pincetus gamina $\pm 0,2$ mm ar</p>	<p>Chirurginio pinceto pločio paklaida $\pm 0,1$ mm leidžia siūlyti 2,5-2,7 mm pločio ribose esančius chirurginius pincetus, atitinka gamintojo galimybes pagaminti to paties modelio pincetų su nurodyta tolerancija. Prašomas pločio tolerancijos padidinimas dalinai nepakeičia pincetų funkcionalumo, bet yra vienas pagrindinių kokybės kontrolės rodiklių, parodančių gamintojo galimybes pagaminti maksimaliai vienodus, tikslius, tokios pat geometrijos, galutinio apdirbimo ir užbaigimo pincetus, todėl šio punkto parametrai nekeičiami.</p>

	<p>net $\pm 0,3$ mm tikslumu, todėl ankstesnis $\pm 0,1$ mm reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją, nes neatspindi realios rinkos situacijos. Neproporcingas reikalavimas riboja tiekėjus be pagrindo, o tai pažeidžia VPI 17 str. nuostatą dėl konkurencijos ir nediskriminavimo. Tolerancijos padidinimas iki $\pm 0,2$ mm nėra esminis ar lemiantis kriterijus, todėl toks pakeitimas yra visiškai pagrįstas, objektyvus ir būtinas, kad nebūtų nepagrįstai ribojami konkurencingi pasiūlymai.</p>	
6.	<p>21. Organų spaustukas. Organų ir audinių spaustukas Czerny tipo, tiesus, darbinės dalys kabliuko formos 4x4, darbinis plotis 12mm $\pm 0,5$mm, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigčių instrumento ilgis 200mm ± 2 mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Organų ir audinių spaustukas Czerny tipo, tiesus, darbinės dalys kabliuko formos 4x4, darbinis plotis 12mm ± 1 mm, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigčių instrumento ilgis 200mm ± 2 mm.</p> <p>Pakeitimas yra visiškai nereikšmingas funkciniu požiūriu, nes: ± 1 mm tolerancija darbinio pločio atveju neturi jokios įtakos spaustuko efektyvumui, fiksacijai ar klinikiniam rezultatui. Kabliukų skaičius (4x4) ir forma išlieka nepakitusi, todėl instrumentas veikia identišškai nepriklausomai nuo minimalių pločio variacijų. Toks minimalus skirtumas nesukelia jokių rizikų ar apribojimų naudotojui, todėl specifikacijos griežtumas $\pm 0,5$ mm yra neproporcingas ir nepagrįstas. Technologinė realybė: gamintojai dažnai gamina instrumentus su ± 1 mm nuokrypiais, todėl siauresnė tolerancija dirbtinai riboja konkurenciją, pažeidžiant VPI 17 straipsnio reikalavimus dėl proporcingumo ir lygiateisiškumo.</p>	<p>Organų spaustuko darbinio pločio paklaida $\pm 0,5$ mm leidžia siūlyti 11,5-12,5 mm pločio spaustukus. Prašomas pločio tolerancijos padidinimas dalinai nepakeičia instrumento funkcionalumo, bet yra vienas pagrindinių kokybės kontrolės rodiklių, parodančių gamintojo galimybes pagaminti to paties modelio maksimaliai vienodus, tikslius, tokios pat geometrijos, galutinio apdirbimo ir užbaigimo organų spaustukus, todėl šio punkto parametrai nekeičiami.</p>

7.	<p>25. Spaustukas. Disekuojantis ir ligaturinis spaustukas Overholt-Geissendoerfer tipo, lenkta darbinė dalis, 3 dydžio, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 225mm ±2mm. Prašome PO tikslinti sekančiai: Disekuojantis ir ligaturinis spaustukas Overholt-Geissendoerfer tipo, lenkta darbinė dalis, 3 dydžio, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 225mm ±5 mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad ±5 mm ilgio tolerancija yra visiškai nereikšminga tokio tipo instrumentui, nes: 225 mm ±5 mm ilgio intervalas (220–230 mm) nekeičia nei funkcionalumo, nei chirurginio tikslumo, nei ergonomikos. Spaustuko darbinė dalis, lenkimo forma ir užrakto mechanizmas lieka nepakitę, todėl instrumentas atlieka tas pačias funkcijas lygiai taip pat veiksmingai. ±2 mm reikalavimas yra perteklinis, nes didžioji dalis gamintojų natūraliai gamina tokius spaustukus su ±5 mm arba didesnėmis nuokaitomis, todėl siauresnis intervalas: dirbtinai riboja konkurenciją pažeidžia VPI 17 straipsnio principus dėl proporcingumo ir nediskriminavimo.</p>	Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.
8.	<p>31. Hemostatiniai spaustukai. Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai lx2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150mm±2mm. Prašome PO tikslinti sekančiai: Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai lx2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150mm±10mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad ±10 mm tolerancija ilgiui (t. y. 140–160 mm) yra visiškai nereikšminga atliekant ginekologines laparotominės chirurgijos procedūras, nes: šio tipo Kocher spaustuko funkcija – tvirtas audinių ar kraujagyslių sugriebimas – nepriklauso nuo ±10 mm ilgio skirtumo. Skirtumas neturi jokios</p>	Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.

	<p>reikšmės nei chirurgui valdymo prasme, nei paciento saugumo ar rezultato atžvilgiu. Tokie instrumentai skiriasi keliais milimetrais tarp skirtingų gamintojų – reikalavimas ± 2 mm yra perteklinis, ribojantis rinką be klinikinio pagrindo. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 17 straipsnį, techninės specifikacijos turi būti: proporcingos, neprieštaraujančios sąžiningos konkurencijos principui, neapribojančios alternatyvių tiekėjų be būtinos medicininės priežasties.</p>	
<p>9.</p>	<p>38. Konteineris chirurginėms adatoms. Metalinis konteineris su dangčiu, dangtis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas i ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dangtis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (± 2mm) x 90mm(± 2mm) x 15mm (± 2mm).</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Metalinis konteineris su dangčiu, dangtis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas i ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dangtis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (± 2mm) x 90mm(± 5mm) x 15mm (± 2mm). Atkreipiame PO dėmesį, kad ± 5 mm tolerancija plotyje (90 mm ± 5 mm) neturi jokios įtakos konteinerio funkcionalumui, nes: konteinerio funkcija yra saugiai laikyti chirurgines adatas, o nedidelis dydžio pokytis (± 5 mm) nepažeidžia konteinerio talpos ar jo gebėjimo atskirti adatas pagal pertvaras. Plotis gali skirtis dėl gamybos procesų, tačiau tai nepriklauso nuo konteinerio efektyvumo ir nepaveikia jo naudojimo. ± 2 mm tolerancija ilgio ir aukščio (150 mm ± 2 mm ir 15 mm ± 2 mm) yra mažos reikšmės, ir jos pokytis nepaveikia konteinerio kokybės, talpos ar tinkamumo naudojimui. Tokie matmenų pokyčiai (± 5 mm plotis): Nekeičia konteinerio struktūrinės tvirtovės ar funkcionalumo, nes jo paskirtis yra laikyti adatas, o nedideli matmenų pokyčiai nepriklauso nuo</p>	<p>Konteinerio chirurginėms adatoms pločio išmatavimą sutinkame keisti į 90mm(± 5mm).</p> <p>Nauji reikalavimai: 38. Konteineris chirurginėms adatoms. Metalinis konteineris su dangčiu, dangtis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas i ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dangtis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (± 2mm) x 90mm(± 5mm) x 15mm (± 2mm).</p>

	<p>konteinerio efektyvumo. Gamintojai dažnai turi šiek tiek kitokius matmenis, tačiau tai neturi įtakos jų naudojimo paskirčiai ir nekenkia sterilizavimui ar adatos laikymo funkcijai. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) principus. Tolerancijos pakeitimas užtikrina konkurencingumą, nes leidžia platesniam tiekėjų ratui dalyvauti konkurse, neatimdami konkurencingumo galimybės dėl mažų, neesminių matmenų skirtumų. Pakeitimas iš ± 2 mm į ± 5 mm plotyje: neturi jokios įtakos konteinerio veikimui ar saugumui, nepriklauso nuo adatos laikymo funkcijos, nėra jokios priežasties, dėl kurios šis pakeitimas turėtų būti laikomas reikšmingu, todėl perkančioji organizacija privalo patikslinti šią techninę specifikaciją.</p>	
10.	<p>43. Adatkotis ilgas. Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrini sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm\pm2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrini sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm\pm5mm.</p> <p>Atkreipiame PO dėmesį, kad pakeitimas iš ± 2 mm į ± 5 mm ilgis (t.y., 225 mm - 235 mm) neturi jokios reikšmės praktikai. Adatkotis su šiuo ilgio pokyčiu vis tiek atlieka tą pačią funkciją - užtikrina tikslią adatos laikymą ir valdymą chirurginio darbo metu. Tokie nedideli ilgio pokyčiai nepaveikia įrankio veikimo ir nepriklauso nuo chirurginio proceso. Tolerancijos pokytis neįtakoja</p>	Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.

	<p>instrumentų funkcionalumo. Adatkotis, nepriklausomai nuo 5 mm skirtumo, ir toliau atliks savo užduotį tvirtai laikyti adatas 4/0, 5/0 ir 6/0 dydžių bei leis chirurgui atlikti reikalingas manipuliacijas. Įrankio funkcija – adatos laikymas ir manipuliavimas, nėra priklausoma nuo šio ilgio pokyčio, todėl tai neturi įtakos chirurginės procedūros rezultatams. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) principus: Tolerancijos pokytis užtikrina konkurenciją, leidžiant tiekėjams pasiūlyti įrankius su šiek tiek skirtingais matmenimis, tačiau užtikrinant, kad pagrindinė funkcija atitiktų reikalavimus. Skirtumas tarp ± 2 mm ir ± 5 mm neapsunkina tiekėjų ir nepaveikia naudojimo, todėl reikalavimai lieka teisingi ir neprieštarauja konkurencijos principui. Pakeitimas neiškreipia įrankio funkcionalumo ir neturi jokios įtakos jo naudojimui chirurginių procedūrų metu. Tokie nedideli ilgio pokyčiai yra visiškai nereikšmingi ir nelemia įrankio veikimo, todėl toks pakeitimas yra pagrįstas ir atitinka tiekimo principus pagal VPI.</p>	
11.	<p>49. Abdominalinis retraktorius. Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (46mm x 75mm)± 1mm, instrumento ilgis 235mm± 2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti sekančiai: Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (46mm x 75mm)± 1mm, instrumento ilgis 235mm± 15mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad pakeitimas iš 235 mm ± 2 mm į 235 mm ± 15 mm ilgio toleranciją yra nereikšmingas, nes: ilgio pokytis (± 15 mm) nėra pakankamai didelis, kad paveiktų įrankio funkcionalumą. Retraktorius ir toliau atliks savo funkciją, nes svarbiausia yra mentelės forma ir išmatavimai (46 mm x 75 mm), kurie lieka pastovūs. Toks</p>	Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.

	<p>pakeitimas leidžia tiekėjams pasiūlyti įvairių ilgi turinčius instrumentus, tačiau vis tiek užtikrina, kad mentelės forma ir funkcija išliks tiksli, o instrumentas išlaikys reikalavimus. Pokytis yra minimalus ir neturi įtakos chirurginės procedūros kokybei ar įrankio veikimui. Tokie nedideli ilgiai nepakeičia pagrindinės įrankio funkcijos – audinių laikymo ir manipuliavimo. Pakeitimai yra visiškai nereikšmingi ir neturi įtakos įrankio veikimui, todėl gali būti priimti kaip techninės specifikacijos tikslinimas.</p>	
12.	<p>51. Abdominalinis retraktorius. Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (147mm x 50mm)±1 mm, instrumento ilgis 250mm±2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus sekančiai: Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (147mm x 50mm)±4 mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad mentelės išmatavimų pokytis iš ±1 mm į ±4 mm yra minimalus ir neturi reikšmingos įtakos įrankio funkcijai. Išmatavimai (147 mm x 50 mm) lieka beveik nepakitę, todėl net ir su šiek tiek platesnėmis ar siauresnėmis mentelėmis instrumentas ir toliau atliks savo funkcijas – audinių laikymą ir manipuliavimą – su tokia pačia efektyvumo ir tikslumo lygiu. Didinant tolerancijas iki ±4 mm, praplečiama tiekėjų galimybė pateikti alternatyvius instrumentus su nedideliais išmatavimų skirtumais. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija gali gauti geresnes pasiūlymo sąlygas, pagerinti konkurenciją ir užtikrinti geresnę kainą už tą pačią kokybę. Kruopštus pokytis (3 mm) mentelės išmatavimuose neturi įtakos instrumento veikimo principui. Nors labai tiksli forma gali būti svarbi kai kuriose chirurginėse procedūrose,</p>	<p>Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.</p>

	<p>mentelės išmatavimų paklaidos 3 mm ribose neiškreipia instrumento naudojimo, nes pagrindinis tikslas – audinių atskyrimas ir laikymas – išlieka pasiekiamas su bet kokio dydžio priemone, kurios tolerancijos neviršija šio skirtumo. Tokie nedideli tolerancijos pokyčiai nėra reikšmingi ir neturi įtakos instrumentui chirurginėje praktikoje. Jie padeda išplėsti tiekimo galimybes, išlaikant tą patį funkcionalumą, todėl perkančioji organizacija turėtų leisti šį pakeitimą.</p>	
13.	<p>53. Abdominalinis retraktorius. Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (41mm x 60mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm.</p> <p>Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą sekančiai: Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (41mm x 60mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±15mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad pakeitimas iš 235 mm ±2 mm į 235 mm ±15 mm ilgio toleranciją yra nereikšmingas, nes: ilgio pokytis (±15 mm) nėra pakankamai didelis, kad paveiktų įrankio funkcionalumą. Retraktorius ir toliau atliks savo funkciją, nes svarbiausia yra mentelės forma ir išmatavimai (41 mm x 60 mm), kurie lieka pastovūs. Toks pakeitimas leidžia tiekėjams pasiūlyti įvairių ilgi turinčius instrumentus, tačiau vis tiek užtikrina, kad mentelės forma ir funkcija išliks tiksli, o instrumentas išlaikys reikalavimus. Pokytis yra minimalus ir neturi įtakos chirurginės procedūros kokybei ar įrankio veikimui. Tokie nedideli ilgiai nepakeičia pagrindinės įrankio funkcijos – audinių laikymo ir manipuliavimo. Pakeitimai yra visiškai nereikšmingi ir neturi įtakos įrankio veikimui, todėl gali būti priimti kaip techninės specifikacijos tikslinimas.</p>	<p>Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.</p>

14.	<p>54. Abdominalinis retraktorius. Žarnų retraktorius Reverdin tipo, užapvalintais galais, didesnės mentelės plotis $63\text{mm}\pm 1\text{mm}$, mažesnės mentelės plotis $45\text{mm}\pm 1\text{mm}$, instrumento ilgis $285\text{mm}\pm 2\text{mm}$.</p> <p>Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus sekančiai: Žarnų retraktorius Reverdin tipo, užapvalintais galais, didesnės mentelės plotis $63\text{mm}\pm 2\text{mm}$, mažesnės mentelės plotis $45\text{mm}\pm 1\text{mm}$, instrumento ilgis $285\text{mm}\pm 2\text{mm}$. Atkreipiame PO dėmesį, kad pokytis nuo $63\text{mm}\pm 1\text{mm}$ į $63\text{mm}\pm 2\text{mm}$ yra minimalus ir neturi įtakos įrankio funkcionalumui. Toks pokytis nepasikeičia esminiams reikalavimams, kad mentelė išliktų tinkama žarnų reraktavimui. Svarbiausias aspektas – mentelės plotis, kuris išlieka pakankamai tikslus, kad atliktų savo funkciją, ir tokie nedideli pokyčiai (1 mm) neturi reikšmingos įtakos naudojimui chirurginėse procedūrose. Mentelės pločio pokytis nesukelia jokių pokyčių įrankio darbo savybėse. Žarnų retraktorius, nepriklausomai nuo to, ar tolerancija yra $\pm 1\text{mm}$ ar $\pm 2\text{mm}$, ir toliau atliks savo funkciją – žarnų atskyrimą. Tokie nedideli dydžio skirtumai nepažeidžia funkcionalumo ir nesukelia problemų chirurginės procedūros metu. Ilgio tolerancija ($\pm 2\text{mm}$) išlieka ta pati, todėl ilgio skirtumai neturi jokios įtakos įrankio funkcionalumui ir užtikrina, kad įrankis bus tinkamai naudojamas tiek žarnų, tiek kitų audinių manipuliavimui. Pakeitimai yra visiškai nereikšmingi, nes nedideli pločio tolerancijos pokyčiai neturi jokios įtakos įrankio veikimui ir chirurginėms procedūroms. Šie pakeitimai tik leidžia didesnę tiekėjų pasirinkimo laisvę, tačiau nekeičiant įrankio pagrindinės funkcijos.</p>	Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.
15.	84. Salpingografas. Sapingografo komplektas utero-salpingografijai Schulze tipo, sudėtyje yra gimdos	Galimybė pasirinkti salpingografo skirtingo dydžio antgalius iš ne mažiau kaip 5 dydžių yra ligininėje atliekamų procedūrų kokybės

	<p>kaniule su kraneliu, kūgio formos darbiniai antgaliai ne mažiau penkių skirtingų dydžių.</p> <p>Prašome PO tikslinti techninės sopecifikacijos reikalavimus sekančiai: Sapingografo komplektas utero-salpingografijai Schulze tipo, sudėtyje yra gimdos kaniule su kraneliu, kūgio formos darbiniai antgaliai ne mažiau trijų skirtingų dydžių. Atkreipiame PO dėmesį, kad penkių dydžių antgaliai tiksliai atitinka skirtingų pacientų anatomiją, tačiau trijų dydžių antgaliai taip pat užtikrina pakankamą funkcionalumą, nes pagrindinis tikslas – atlikti utero-salpingografiją – išlieka pasiekiamas su trijų dydžių antgaliais. Tokie pokyčiai nesumažina įrankio efektyvumo ir nepraranda kokybės, nes pagrindinis tikslas – gimdos ir kiaušintakių tyrimas – gali būti pasiektas ir su mažesniu antgalių pasirinkimu. Didesnis antgalių pasirinkimas suteikia daugiau patogumo ir pritaikymo galimybių, tačiau sumažinus antgalių skaičių iki trijų, neprarandama jokių funkcinių savybių. Visi dydžiai užtikrina tinkamą pritaikymą įvairioms pacientėms, todėl šis pokytis nesukelia nepatogumų atliekant procedūrą. Sumažinimas nuo penkių iki trijų dydžių leidžia užtikrinti didesnę tiekimo lankstumą, kadangi gamintojai galės pasiūlyti kiekvienam dydžiui atitinkamus sprendimus su mažesnėmis sąnaudomis, tačiau tai neturi įtakos funkcionalumui. Pakeitimai yra visiškai nereikšmingi, nes mažesnis dydžių skaičius nesukelia įtakos funkcionalumui, ir nesukelia papildomų problemų procedūrų metu. Pakeitimas tik leidžia didesnę tiekimo lankstumą ir didesnę konkurencingumą, tačiau nesumažina paslaugų kokybės.</p>	<p>rodiklis, nulemiantis pacientams suteikiamų paslaugų kokybę, parenkant maksimaliai pritaikytą antgalio dydį pagal poreikį, todėl šio prašymo netenkiname.</p>
16.	85. Metalinis indas. Medicininis indas, nerūdijančio plieno. Išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): (83mm x 54mm x 40mm) ±2mm. Talpa 160ml±5ml.	Medicininio indo apačios išmatavimas apsprendžia indo galimybę stabiliai laikytis ant paviršiaus ir neapvirsti, todėl šio punkto reikalavimų nekeičiame.

	<p>Prašome tikslinti sekančiai: Medicininis indas, nerūdijančio plieno. Išmatavimai (viršus x aukštis): (83mm x 40mm) ±2mm. Talpa 160ml±5ml. Atkreipiame PO dėmesį, kad pakeitimas yra visiškai nereikšmingas, nes apatinės dalies (apačios) matmuo (54 mm) neturi jokios esminės įtakos indo funkcijai ar talpai. Pagrindiniai funkciniai parametrai – viršutinis skersmuo, aukštis ir talpa – išlieka nepakitę, todėl indas pilnai atitinka paskirtį. Dėl to PO privalo tikslinti reikalavimą, kad nebūtų nepagrįstai ribojama konkurencija.</p>	
17.	<p>87. Perforuotas krepšelis. Nerūdijančio plieno, be vielinių elementų, krepšelis skirtas instrumentams sudėti, šoninių sienelių perforacija 2mm±0,2mm, dugno 4mm±0,2mm, rankenėlės atsilenkia iš vidaus. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm x 255mm x 105mm) ±3mm. Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus sekančiai: Nerūdijančio plieno, be vielinių elementų, krepšelis skirtas instrumentams sudėti, šoninių sienelių perforacija 2mm±0,2mm, dugno 4mm±0,2mm, rankenėlės atsilenkia iš vidaus. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm x 255mm x 105mm) ±15 mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad šis patikslinimas yra visiškai nereikšmingas, nes ±15 mm nuokrypis neturi įtakos krepšelio funkcionalumui, tinkamumui instrumentams sudėti ar suderinamumui su sterilizavimo procesais. Per griežti matmenų ribojimai dirbtinai riboja konkurenciją, todėl perkančioji organizacija privalo tikslinti reikalavimą, kad būtų užtikrintas lygiateisis tiekėjų dalyvavimas.</p>	<p>Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.</p>
18.	<p>88. Sterilizacijos konteineris su dangčiu. Sterilizacijos konteineris, pagamintas iš temperatūrai atsparaus aliuminio su dviem ne mažiau 5000 ciklų filtrais, konteinerio rankenos</p>	<p>Atsižvelgiant į 1 punktą, techninėje specifikacijoje nustatytos parametro reikšmės keičiamos nebus.</p>

atsilenkia, su silikonine tarpine dangtyje. Konteinerio dangtis ir dugnas specialios formos, kad galima būtų dėti vienas ant kito. Skirti frakcionuoto vakuomo garų sterilizacijai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590mm x 280mm x 265mm) ±3mm. Prašome PO tikslinti techninės specifikacijos reikalavimui sekančiai: Sterilizacijos konteineris, pagamintas iš temperatūrai atsparaus aliuminio su dviem ne mažiau 5000 ciklų filtrais arba vožtuvu kuris atlaiko ne mažiau kaip 5000 ciklų, konteinerio kraštai privalo būti užapvalinti, konteinerio silikoninė tarpinė privalo būti vientisa dėl sandarumo užtikrinimo, konteinerio rankenos atsilenkia. Skirti frakcionuoto vakuomo garų sterilizacijai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590mm x 280mm x 265mm) ±20 mm. Atkreipiame PO dėmesį, kad techninės specifikacijos reikalavimas, kad konteineryje būtų „du ne mažiau 5000 ciklų filtrai“ – dirbtinai apriboja tiekėjus, kadangi kai kurie gamintojai vietoje filtrų naudoja mechaninius vožtuvus. Šie vožtuvai atlieką tą pačią funkciją – užtikrina garų cirkuliaciją sterilizacijos metu ir sandarumą po jos – ir yra sertifikuoti atlaikyti tokį patį ar didesnę ciklų skaičių, kaip filtrai. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 2 d. 3 p. aiškiai numato, kad negali būti reikalaujama konkretaus techninio sprendimo, jei yra kitų funkciškai lygiavertė alternatyvų. Taigi, nurodant tik filtrus – pažeidžiamas šis reikalavimas. Nurodyti labai griežti konteinerio išmatavimų nuokrypiai (±3 mm) neturi jokios esminės įtakos jo paskirčiai, nes sterilizacijos vežimėliai, spintos ar laikymo sistemos yra sukurti talpinti įvairaus dydžio konteinerius. ±20 mm nuokrypis (t. y. 2 cm ilgio ar pločio) nekeičia nei sterilizacijos proceso, nei saugojimo saugumo, nei konteinerio naudojimo komforto. Dėl per siaurų

	nuokrypių rinkoje realiai dalyvauti gali tik labai ribotas kiekis tiekėjų – taip pažeidžiamas viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir proporcingumo principas (VPĮ 17 str.). Papildomi reikalavimai dėl užapvalintų kraštų ir vientisos silikoninės tarpinės – būtini kokybės užtikrinimui, o ne ribojant tiekėjus: užapvalinti kraštai – mažina darbuotojų susižalojimo riziką, o vientisa tarpinė – būtina siekiant užtikrinti sandarumą frakcionuoto vakuumo sterilizacijos metu. Šie reikalavimai yra ne konkurenciją ribojantys, o objektyviai pagrįsti.	
--	--	--

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus/patikslinimus.

PRIDEDAMA. Konkurso sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**PASIŪLYMAS
DĖL GINEKOLOGINIO LAPAROTOMINIO INSTRUMENTŲ RINKINIO**

_____ Nr. _____
Data numeris

Sudarymo
vieta

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (neįskaitant PVM), visos išlaidos, susijusius su Prekių pristatymu, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidos.

4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninėse specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

8. Mūsų siūloma kaina yra:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM Eur	Kaina su PVM Eur	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7 4x5	8 4x6
1	Skalpelio kotelis, No. 3	Vnt.	2				
2	Skalpelio kotelis, No. 4	Vnt.	2				
3	Disekuojančios žirklys, Mayo tipo (190 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
4	Disekuojančios žirklys, Mayo tipo (200 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
5	Disekuojančios žirklys, Mayo tipo (165 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
6	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum tipo (200 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
7	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
8	Disekuojančios žirklys, Nelson-Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
9	Disekuojančios žirklys, Baby-Metzenbaum tipo (145 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
10	Disekuojančios žirklys, Nelson-Metzenbaum tipo (260 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
11	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum tipo (230 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
12	Disekuojančios žirklys, Lexer tipo (165 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
13	Disekuojančios žirklys, Wertheim tipo (230 mm ±2 mm)	Vnt.	1				

14	Disekuojančios žirklys, Histerektominės (250 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
15	Anatominis pincetas, 3,4 mm±0,1mm pločio	Vnt.	2				
16	Anatominis pincetas, 3,9 mm±0,1mm pločio	Vnt.	2				
17	Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio	Vnt.	2				
18	Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio	Vnt.	1				
19	Spaustukas tvarsčiams, tiesus	Vnt.	1				
20	Spaustukas tvarsčiams, lenktas	Vnt.	1				
21	Organų spaustukas, Czerny tipo	Vnt.	1				
22	Organų spaustukas, Schroder tipo	Vnt.	4				
23	Apklotų spaustukai, Backhaus tipo	Vnt.	6				
24	Instrumentų laikikliai, Mayo tipo	Vnt.	6				
25	Spaustukas, Overholt-Geissendoerfer tipo	Vnt.	1				
26	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm)	Vnt.	10				
27	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm ±2 mm)	Vnt.	4				
28	Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm)	Vnt.	12				
29	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm ±2 mm)	Vnt.	6				

30	Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm \pm 2 mm)	Vnt.	12				
31	Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm \pm 2 mm)	Vnt.	4				
32	Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Oshsner tipo (200 mm \pm 2 mm)	Vnt.	6				
33	Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm \pm 2 mm)	Vnt.	4				
34	Spaustukai pilvaplėvei, Mikulicz tipo	Vnt.	6				
35	Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm \pm 2 mm)	Vnt.	3				
36	Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm \pm 2 mm)	Vnt.	2				
37	Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm \pm 2 mm)	Vnt.	2				
38	Konteineris chirurginėms adatoms	Vnt.	1				
39	Adatkotis (150 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
40	Adatkočiai (185 mm \pm 2 mm)	Vnt.	2				
41	Adatkotis (205 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
42	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
43	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
44	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
45	Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm \pm 2 mm)	Vnt.	1				
46	Retraktoriai, US-Army tipo	Vnt.	1				
47	Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo	Vnt.	1				

48	Retraktorius, Kocher tipo	Vnt.	1				
49	Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm	Vnt.	1				
50	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x50 mm)±1 mm	Vnt.	1				
51	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x50 mm)±1 mm	Vnt.	1				
52	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x50 mm)±1 mm	Vnt.	1				
53	Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm	Vnt.	1				
54	Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm)	Vnt.	1				
55	Retraktorius, Tubinger modelio	Vnt.	1				
56	Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm	Vnt.	1				
57	Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm	Vnt.	1				
58	Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm	Vnt.	1				
59	Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm	Vnt.	1				
60	Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm	Vnt.	1				
61	Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo	Vnt.	2				

	(115 x 23 mm) ±1 mm						
62	Vaginalinis retractorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm	Vnt.	1				
63	Vaginalinis retractorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm	Vnt.	1				
64	Vaginalinis retractorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm	Vnt.	1				
65	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm	Vnt.	1				
66	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm	Vnt.	1				
67	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm	Vnt.	1				
68	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm	Vnt.	1				
69	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm	Vnt.	1				
70	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm	Vnt.	1				
71	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm	Vnt.	1				
72	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm	Vnt.	1				
73	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm	Vnt.	1				
74	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm	Vnt.	1				
75	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm	Vnt.	1				
76	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm	Vnt.	1				
77	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm	Vnt.	1				
78	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm	Vnt.	1				
79	Gimdos zondas, Sims tipo	Vnt.	1				
80	Kiaušidžių spaustukai	Vnt.	2				
81	Gimdos kiuretė, Sims tipo (7,5 mm ±0,3 mm)	Vnt.	1				
82	Gimdos kiuretė, Sims tipo (8,5 mm ±0,3 mm)	Vnt.	1				
83	Gimdos kiuretė, Sims tipo (12 mm ±0,3 mm)	Vnt.	1				
84	Salpingografo komplektas, Schulze tipo	Vnt.	1				

85	Metalinis indas, 160 ml.±5 ml	Vnt.	2				
86	Metalinis indas, 1000 ml.±5 ml	Vnt.	1				
87	Perforuotas krepšelis	Vnt.	1				
88	Sterilizacijos konteineris su dangčiu	Vnt.	1				
Iš viso:							

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Užpildytas pasiūlymo priedas	
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	
3.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.8 p.)	
4.	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.9 p.)	
5.	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma)	
6.	Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma)	
7.	Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma)	
8.	Kiekvieno specialisto, kuriuos <u>ketina įdarbinti</u> (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma)	
9.	Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens	

	priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)	
10.	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).	

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
			%
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			
Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			

13. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil. Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS
DEKLARACIJA**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams priemonės gamintojas, modelis, kodas*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Skalpelio kotelis, No. 3	Skalpelio kotelis No.3, tinkantis 10-15, 40 ir 42 dydžio ašmenims, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio, instrumento ilgis 125mm ±2mm.	
2	Skalpelio kotelis, No. 4	Skalpelio kotelis No.4, tinkantis 18-36 dydžio ašmenims. Instrumento ilgis 135mm ±2mm.	
3	Disekuojančios žirklys, Mayo (190 mm ±2 mm)	Žirklys Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 190 mm ±2mm.	
4	Disekuojančios žirklys, Mayo (200 mm ±2 mm)	Žirklys Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm.	
5	Disekuojančios žirklys, Mayo (165 mm ±2 mm)	Žirklys Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 165 mm ±2mm.	
6	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum (200 mm ±2 mm)	Žirklys Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm.	
7	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum (180 mm ±2 mm)	Žirklys Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 180 mm ±2mm.	
8	Disekuojančios žirklys, Nelson-Metzenbaum (180 mm ±2 mm)	Žirklys disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, darbinės dalys su volframo karbidu, dengtos titano aliuminio nitrido <i>arba lygiaverte danga</i> , antirefleksinės juodos spalvos, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm ±2mm.	

9	Disekuojančios žirklys, Baby-Metzenbaum (145 mm \pm 2 mm)	Žirklys disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido <i>arba lygiaverte danga</i> , žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm \pm 2mm.	
10	Disekuojančios žirklys, Nelson-Metzenbaum (260 mm \pm 2 mm)	Žirklys disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 mm \pm 2mm.	
11	Disekuojančios žirklys, Metzenbaum (230 mm \pm 2 mm)	Žirklys disekuojančios Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinė dalis su volframo karbido indėklų, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm \pm 2mm.	
12	Disekuojančios žirklys, Lexer (165 mm \pm 2 mm)	Žirklys Lexer tipo, lenktos, susiaurintos darbinės dalys su volframo karbidu, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm \pm 2mm.	
13	Disekuojančios žirklys, Wertheim (230 mm \pm 2 mm)	Žirklys Wertheim tipo gilioms operacijoms, lenktos, preparacinės, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm \pm 2mm.	
14	Disekuojančios žirklys, Histerektominės (250 mm \pm 2 mm)	Histerektominės žirklys, lenktos, profilis S formos, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, identišku lenkimo kampu suderinamos su parametriumo spaustuku, instrumento ilgis 250mm \pm 2mm.	
15	Anatominis pincetas, 3,4 mm \pm 0,1mm pločio	Anatominis pincetas, plotis 3,4mm \pm 0,1mm, instrumento ilgis 160mm \pm 2mm.	
16	Anatominis pincetas, 3,9 mm \pm 0,1mm pločio	Anatominis pincetas, plotis 3,9mm \pm 0,1mm, instrumento ilgis 180mm \pm 2mm.	

17	Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio	Chirurginis pincetas, plotis 2,7mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160mm ±2mm.	
18	Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio	Chirurginis pincetas, plotis 3mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 200mm ±2mm.	
19	Spaustukas tvarsčiams, tiesus	Spaustukas Maier tipo, tiesus, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm.	
20	Spaustukas tvarsčiams, lenktas	Spaustukas Maier tipo, lenktas, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm.	
21	Organų spaustukas, Czerny tipo	Organų ir audinių spaustukas Czerny tipo, tiesus, darbinės dalys kabliuko formos 4x4, darbinis plotis 12mm ±0,5mm, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 200mm ±2mm.	
22	Organų spaustukas, Schroder tipo	Organų ir audinių spaustukas Schroder tipo, tiesus, darbinės dalys vienanagio kabliuko formos, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250mm ±2mm.	
23	Apklotų spaustukai	Spaustukas Backhaus tipo, lenktas, aštrus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 135mm ±2mm.	
24	Instrumentų laikikliai	Užrakinami smeigtukai Mayo tipo, spyruokliuojantys, skirti instrumentų su žiedinėmis rankenėlėmis sukabinimui, instrumento ilgis 140mm ±2mm.	
25	Spaustukas	Disekuojantis ir ligatūrinis spaustukas Overholt-Geissendoerfer tipo, lenkta darbinė dalis, 3 dydžio, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 225mm ±2mm.	
26	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm)	Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160mm ±2mm.	

27	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm \pm 2 mm)	Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 225mm \pm 2mm.	
28	Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm)	Spaustukas Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm \pm 2mm.	
29	Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm \pm 2 mm)	Spaustukas Rochester-Pen tipo, tiesus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 185mm \pm 2mm.	
30	Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm \pm 2 mm)	Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm \pm 2mm.	
31	Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm \pm 2 mm)	Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150mm \pm 2mm.	
32	Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Ochsner tipo (200 mm \pm 2 mm)	Spaustukas Kocher-Ochsner tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200mm \pm 2mm.	
33	Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm \pm 2 mm)	Hemostatinis spaustukas Halsted-Mosquito tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125mm \pm 2mm.	
34	Spaustukai pilvaplėvei	Pilvaplėvės spaustukas Mikulicz tipo, lenktas, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 185mm \pm 2mm.	
35	Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm \pm 2 mm)	Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, dantukai 1x2, instrumento ilgis 235mm \pm 2mm.	

36	Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm \pm 2 mm)	Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, tiesūs, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 250mm \pm 2mm.	
37	Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm \pm 2 mm)	Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245mm \pm 2mm.	
38	Konteineris chirurginėms adatoms	Metalinis konteineris su dangčiu, dantis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas į ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dantis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (\pm 2mm) x 90mm(\pm5mm) x 15mm (\pm 2mm).	
39	Adatkotis (150 mm \pm 2 mm)	Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 150mm \pm 2mm.	
40	Adatkočiai (185 mm \pm 2 mm)	Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 185mm \pm 2mm.	
41	Adatkotis (205 mm \pm 2 mm)	Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 205mm \pm 2mm.	
42	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm \pm 2 mm)	Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai	

		pažymėti, instrumento ilgis 230mm ±2mm.	
43	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm ±2 mm)	Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 250mm ±2mm.	
44	Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm ±2 mm)	Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 305mm ±2mm.	
45	Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm ±2 mm)	Adatkotis Webster tipo, darbinė dalis su karbido indėklu, darbinės dalies dantukai 0,4 mm dydžio, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 125mm ±2mm.	
46	Retraktoriai, US-Army tipo	Retraktorius US-Army tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablo viena mentelė (gylis x plotis): (22mm x15mm) ±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (39mm x15mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablo viena mentelė (gylis x plotis): (26mm x15mm)±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (43mm x 15mm) ±0,5mm dydžio, abiejų kablių ilgis 220mm±2mm.	
47	Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo	Retraktorius Richardson-Eastman tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablo vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (22mm x 21mm) ±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (29mm x 30mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablo vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (38mm x 37mm)±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (64mm x 43mm)±0,5mm dydžio, mažesnio kablo ilgis	

		250mm±2mm, didesnio kablo ilgis 270±2mm.	
48	Retraktorius, Kocher tipo	Retraktorius Kocher tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (80mm x 60mm) ±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm.	
49	Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (46mm x 75mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm.	
50	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x 50 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (121mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm.	
51	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x 50 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (147mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm.	
52	Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x 50 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (180mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 260mm±2mm.	
53	Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (41mm x 60mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm.	
54	Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm)	Žarnų retraktorius Reverdin tipo, užapvalintais galais, didesnės mentelės plotis 63mm±1mm, mažesnės mentelės plotis 45mm±1mm, instrumento ilgis 285mm±2mm.	
55	Retraktorius, Tubinger modelio	Retraktorius Tubinger modelio, lenktas užapvalintu stačiu kampu, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (95mm x 20mm) ±1mm, instrumento ilgis 265mm±2mm,	
56	Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm	Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (160mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm,	

57	Abdominalinis retractorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm	Abdominalinis retractorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 35mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm,	
58	Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm	Abdominalinis retractorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm,	
59	Vaginalinis retractorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm	Vaginalinis retractorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (70mm x 27mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 180mm±2mm,	
60	Vaginalinis retractorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm	Vaginalinis retractorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (90mm x 36mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 185mm±2mm,	
61	Vaginalinis retractorius, Kristeller tipo (115 x 23 mm) ±1 mm	Vaginalinis retractorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (115mm x 23mm) ±1mm, instrumento ilgis 215mm±2mm,	
62	Vaginalinis retractorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm	Vaginalinis retractorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 30mm) ±1mm, instrumento ilgis 225mm±2mm,	
63	Vaginalinis retractorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm	Vaginalinis retractorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (112mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm,	
64	Vaginalinis retractorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm	Vaginalinis retractorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės dydis (gylis x plotis): (60mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm,	

65	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
66	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
67	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
68	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
69	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
70	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
71	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
72	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
73	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
74	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
75	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
76	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	

77	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
78	Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm	Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm	
79	Gimdos zondas	Gimdos zondas Sims tipo, lenktas, sugraduotas, nelankstus, antgalio Ø 4mm±0,2mm, rankena užapvalinta, instrumento ilgis 330mm ±2mm	
80	Kiaušidžių spaustukai	Kiaušidžių ir polipų spaustukas, tiesus, atraumatinis, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigčių, darbinė dalis lašo kontūro formos, darbinės dalies plotis 21mm±0,3mm, instrumento ilgis 250mm±2mm.	
81	Gimdos kiuretė (7,5 mm ±0,3 mm)	Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 7,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm.	
82	Gimdos kiuretė (8,5 mm ±0,3 mm)	Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 8,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm.	
83	Gimdos kiuretė (12 mm ±0,3 mm)	Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 12mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm,	
84	Salpingografas	Sapingografo komplektas uterosalpingografijai Schulze tipo, sudėtyje yra gimdos kaniulė su kraneliu, kūgio formos darbiniai antgaliai ne mažiau penkių skirtingų dydžių.	
85	Metalinis indas, 160 ml.±5 ml	Medicininis indas, nerūdijančio plieno. Išmatavimai (Ø viršus x Øapačia x aukštis): (83mm x 54mm x 40mm) ±2mm. Talpa 160ml±5ml	

86	Metalinis indas, 1000 ml. \pm 5 ml	Medicininis indas, nerūdijančio plieno, su rankenėle. Talpa 1000ml \pm 5ml	
87	Perforuotas krepšelis	Nerūdijančio plieno, be vielinių elementų, krepšelis skirtas instrumentams sudėti, šoninių sienelių perforacija 2mm \pm 0,2mm, dugno 4mm \pm 0,2mm, rankenėlės atsilenkia iš vidaus. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm x 255mm x 105mm) \pm 3mm.	
88	Sterilizacijos konteineris su dangčiu	Sterilizacijos konteineris, pagamintas iš temperatūrai atsparaus aliuminio su dviem mažiau 5000 ciklų filtrais, konteinerio rankenos atsilenkia, su silikonine tarpine dangtyje. Konteinerio dangtis ir dugnas specialios formos, kad galima būtų dėti vieną ant kito. Skirti frakcionuoto vakuumo garų sterilizacijai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590mm x 280mm x 265mm) \pm 3mm.	
Bendrieji reikalavimai instrumentams			
89	Siūlomi instrumentai pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).		
90	Instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).		
91	Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas UDI (unikaliu indentifikaciniu kodu) ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.		
92	Siūlomiems instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.		

**Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti, pažymint tikslią vietą, gamintojo paruoštais siūlomų instrumentų bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujams parametrus arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujams parametrus.*

PASTABA:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiavėrcių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-26 Nr. (8.12) D3-4062
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-26 10:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo sąlygų 6 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-26 nuorašą suformavo Sandra Gerbenė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-