

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas		Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Chirurginiai apklotai ir tvarsliaiva“	
RDK paskelbimo data ir numeris		2025-04-18 Nr. 2287911	
RDK vykdymo laikotarpis		nuo 2025-04-18 iki 2025-05-06 10.00 val.	
RDK vykdyta šiuo būdu		CVP IS	
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS			
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius		5	
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ			
Tiekėjo siūlomi pakeitimai		Perkančiosios organizacijos sprendimas	
Prekių pristatymo terminas: <ul style="list-style-type: none"> • 5 d.d, nuolat palaikome asortimentą sandėlyje; • 5-7 darbo dienos; • 7 d.d dėl logistikos galimų trikdžių; • 7-10 d.d.; • 5 d.d. 		Perkančioji organizacija nustato 7 d.d. prekių pristatymo terminą	
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui			
Techninės specifikacijos punktas	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomas pakeitimas/klausimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Pirkimo dalys:1, 2, 3, 5, 12, 17, 18			

1.11.,2.11, 3.11, 5.9, 12.11, 17.5, 18.8 punktai	Apklotas supakuotas saugioje trijų lygių pakuotėje: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui.	Mūsų žiniomis rinkoje yra tik vienas tiekėjas, siūlantis „antrinė pakuotė – kartoninė, skirta prekių gabenimui į operacinę“. Prašome koreguoti: <i>Apklotas supakuotas saugioje trijų lygių pakuotėje;</i>	Rinkoje yra mažiausiai du tiekėjai, kurie gali pasiūlyti tokį supakavimą, bet perkančioji organizacija sutinka pakoreguoti į: <i>„Apklotas supakuotas saugioje trijų lygių pakuotėje“.</i>
Pirkimo dalys:1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18			
1.12, 2.11, 3.12, 4.9, 5.10, 7.10, 10.10, 11.9, 12.12, 17.6, 18.9 punktai	Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau kaip 4 lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis (Ref Nr., LOT, sterilumo galiojimo laikas)	Prašome koreguoti sekančiai: <i>„pakuotė turi nuklijuojamus lipdukus (ne mažiau 2 lipdukų) su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis (sterilumo galiojimo data: metai, mėnuo ir kt.)“.</i>	Perkančioji organizacija koreguoja: <i>„pakuotė turi nuklijuojamus lipdukus (ne mažiau 2 lipdukų) su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis“</i>
3. pirkimo dalis. Apklotas peties operacijai			
3.7	Apkloto matmenys: plotis 235cm (±15cm) x ilgis 315cm (±10cm);	Siūlome suvienodinti apkloto ilgio ir pločio paklaidas: <i>„plotis 235cm (±15cm) x ilgis 315cm (±15cm)“.</i>	Perkančioji organizacija sutinka suvienodinti apkloto ilgio ir pločio paklaidas: <i>„plotis 235cm (±15cm) x ilgis 315cm (±15cm)“.</i>
4. pirkimo dalis. Apklotas staliukui (nelipnus)			
4.7	Apkloto matmenys: plotis 75cm (±2cm) x ilgis 90cm (±2cm);	Pakeisti į: <i>Apkloto matmenys: 150 x 100cm; sustiprinta zona 75 x 100 cm</i>	Perkančioji organizacija nesutinka keisti apkloto matmenų, nes per didelis matmenų nuokrypis ir dėl to netenkinami liginės poreikiai.

5 pirkimo dalis. Apklotas angiografijai			
5.6	Apklotas turi turėti sustiprintą gerai skysčius sugeriančią zoną kritinėje apkloto vietoje, pagamintą iš ne plonesnės kaip 70 g/m ² medžiagos: plotis ne mažiau 90cm x ilgis ne mažiau 120cm;	Prašome praplėsti apkloto skysčių sugėrimo zonos ribas: „plotis ne mažiau 80 cm x ilgis ne mažiau 120cm”.	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti apkloto skysčių sugėrimo zonos ribas: „plotis ne mažiau 80 cm x ilgis ne mažiau 120 cm”.
5.7	Apklotas su dviem elastingomis angomis, kurių plotis 7cm (±0,5cm) x ilgis 10cm (±1cm), lipniais kraštais, kurie sušlapinus neatsiklijuoja. Angos privalo būti uždengtos popieriumi.	Prašome patikslinti ir koreguoti apkloto angų aprašymą ir dydžius: “apklotas turi dvi 15 cm±1cm diametro elastine incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ±1cm diametro kiauryme femoralis srityse”.	Perkančioji organizacija koreguoja angų aprašymą taip, kad nebūtų ribojama konkurencija: „Apklotas su dviem lipniomis angomis, esančiomis femoralis srityje, kurių diametras ne didesnis nei 9,5 cm, kurios sušlapinus neatsiklijuoja. Angos privalo būti uždengtos. Angų kraštai gali būti dengti incizine plėvele.”
7 pirkimo dalis. Apklotas chirurginis lipniu kraštu			
7.2	Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos ne plonesnės nei 60 g/m ² .	Pakeisti į: <i>Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos 55g/m².</i>	Perkančioji organizacija nesutinka mažinti medžiagos storio, nes nebus užtikrinamas sterilumas operacijos metu, dėl apkloto plyšimo tikimybės.
11. pirkimo dalis. Apklotas su lipnia anga įvairioms medicininėms procedūroms 45 cm x 75 cm			
11.1	Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos ne plonesnės nei 60 g/m ² .	Pakeisti į: <i>Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos 55 g/m².</i>	Perkančioji organizacija nesutinka mažinti medžiagos storio, nes gali nepavykti užtikrinti sterilumo operacijos metu, nes išauga apkloto plyšimo tikimybė.

11.6	Apkloto matmenys: plotis 45cm (± 2 cm) x ilgis 75cm (± 2 cm).	Prašome praplėsti apklotų dydžių ribas: <i>„plotis 45cm (± 5cm) x ilgis 75cm (± 5cm).“</i>	Perkančioji organizacija koreguoja: <i>„plotis 45cm (± 5cm) x ilgis 75cm (± 5cm).“</i>
		Pakeisti į: <i>Apkloto matmenys: plotis 50cm x ilgis 60cm.</i>	Perkančioji organizacija nesutinka keisti matmenų, nes per mažas apklotas neuždengs operacinio ploto.
12. pirkimo dalis. <i>Lipnus chirurginis paciento apklotas su plyšiu galūnių kraujagyslių operacijoms</i>			
12.8	Apklotas su lipniais kraštais, matmenys 230 cm (± 20 cm) x 260 cm (± 10 cm)	Prašome patikslinti: <i>Apklotas su lipniais kraštais, matmenys 230 cm (± 20cm) x 260-290 cm</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti matmenų ribas: <i>„Apklotas su lipniais kraštais, matmenys 230 cm (± 20cm) x 270 cm (± 20cm)“</i>
16. pirkimo dalis. <i>Vienkartinės paklodės rulone</i>			
16.2	Pagamintos iš neaustinės medžiagos, suvyniotos į ruloną, neaustinė medžiaga perforuota. Neaustinės medžiagos plotis rulone - 75cm (± 10 cm), ilgis ne mažiau 70m.	Prašome patikslinti: <i>Neaustinės medžiagos plotis rulone - 75cm (± 15cm), ilgis ne mažiau 70m</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti matmenų paklaidą: <i>Neaustinės medžiagos plotis rulone - 75cm (± 15cm), ilgis ne mažiau 70m</i>
17. pirkimo dalis. <i>Universalus apklotų rinkinys</i>			
17	Rinkinį sudaro: 3. Apklotas instrumentiniam staliukui - 1 vnt.: plotis 150cm (± 3 cm) x ilgis 190cm (± 3 cm);	Prašome patikslinti: <i>Apklotas instrumentiniam staliukui - 1 vnt.: plotis 150cm (± 3cm) x ilgis 190-200cm;</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti matmenų ribas, kad atitiktų prašomus matmenis: <i>Apklotas instrumentiniam staliukui - 1 vnt.: plotis 150cm (± 3cm) x ilgis 200cm (± 12cm);</i>

18.pirkimo dalis. Apklotas 150 cm x 190 cm			
18.2	Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos ne plonesnės nei 60 g/m ² .	Keisti į: <i>Apklotas pagamintas iš skysčiams ir mikroorganizmams nepralaidžios, neplyštančios medžiagos 55 g/m².</i>	Perkančioji organizacija nesutinka mažinti medžiagos storio, nes gali nepavykti užtikrinti sterilumo operacijos metu, nes išauga plyšimo tikimybė.
18.7	Apkloto matmenys: plotis 150cm (±5cm) x ilgis 190cm (±5cm);	1. Prašome praplėsti apkloto dydžio ribas: <i>„plotis 150cm (±10cm) x ilgis 200cm (±10cm).“</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti matmenų ribas , kad atitiktų prašomus matmenis: <i>„plotis 150cm (±10cm) x ilgis 200cm (±12cm).“</i>
		2. Prašome patikslinti: <i>Apkloto matmenys: plotis 150cm (±5cm) x ilgis 190-200cm</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti matmenų ribas , kad atitiktų prašomus matmenis: <i>„plotis 150cm (±10cm) x ilgis 200cm (±12cm).“</i>
		3. Keisti į: <i>Apkloto matmenys: plotis 150cm x ilgis 175cm;</i>	Perkančioji organizacija nesutinka mažinti apkloto ilgio, nes tada nebus galima užtikrinti instrumentinio stalo sterilumo.
19.pirkimo dalis. Maišelis vėmalams surinkti			
19.5	Ne mažiau 1,5 litro talpos	Prašome pakoreguoti šios pozicijos techninių reikalavimų 5 dalį perfrazuojant į <i>„Ne mažiau 1 litro gradacija“.</i>	Perkančioji organizacija sutinka praplėsti tūrio ribas į: <i>„Ne mažiau 1 litro talpos“</i>

		Tokiu atveju galėtų daugiau tiekėjų pasiūlyti šia prekę.	
23. pirkimo dalis. Antimikrobinis tvarstis			
23	10 techninės specifikacijos stulpelio reikalavimas: <i>Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės ref. kodą (jei taikomas)</i>	Nėra aišku kokią nuorodą pateikti į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, jeigu jau yra reikalavimas pažymėti kiekvieną punktą atitinkamu numeriu specifikacijoje pagal nurodytus techninių reikalavimų parametrus.	Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, tai reiškia kataloge, brošiūroje ir t.t. prašoma, tam, kad būtų tiksliai nurodyta, kuriame dokumente ir kuriame puslapyje yra siūloma prekė. Šiuo atveju būtų pvz.: Techninė specifikacija Nr.2.pdf 1 psl. Prekės gamintojas – ConvaTec Šalis – Jungtinė karalystė Prekės kodas – 413569 Prekė - Aquacel AG+ Extra tvarstis 20x30cm
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI			
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 5 tiekėjai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, prekių pristatymo terminui, sutarties sąlygoms dėl aplinkosauginių („žaliųjų“) reikalavimų, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas taip, kaip aukščiau nurodyta.			