

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„FIKSACINĖS PLOKŠTELĖS ĮDUBUSIOS KRŪTINĖS LĄSTOS KOREKCIJAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-04-03 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***fiksacinių plokštelių įdubusios krūtinės ląstos korekcijai*** pirkimo (Nr. 2026920).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1.1.	Fiksacinė plokštelė	1. Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Metalinė; 4. Tiesi, abu galai suapvalinti; 5. Plokštelė iš abiejų pusių, per visą ilgį, su pusapvalėmis įkirtomis, atraumatinio kraštu (t.y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5±0,5 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamam sraigto ir plokštei įvesti/ištraukti; 6. Plokštelė abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm dydžio stabilizatoriumi ir sraigto, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje; 7. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 13 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm, 458±3 mm, 483±3 mm.	<u>Prašome pakeisti žemiau nurodytus punktus sekančiai:</u> 5. Plokštelė iš abiejų pusių, per visą ilgį, su pusapvalėmis įkirtomis, atraumatinio kraštu (t.y. kraštas lygus), abiejuose galuose po dvi kiaurymės stabilizatoriui fiksuoti užrakinamam sraigto ir plokštei įvesti/ištraukti; 6. Plokštelė abiejuose galuose fiksuojama stabilizatoriumi ir sraigto, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje; 7. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 11 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm. <u>Prašome įtraukti reikalavimą:</u> 8. Fiksacinės plokštelės storis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 2 skirtingų storių: 2,5 ±3 mm ir 3,0±3 mm.
1.2.	Stabilizatorius	1. Tinka fiksuoti fiksaicinei ploštei iš abiejų pusių. 2. Dešinės/kairės pusių (L2x4x8)±0,5 mm, po dvi kiaurymės iš abiejų pusių (viso 4 kiaurymės), kuriose stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksačinio užrakinamo sraigto;	<u>Prašome pakeisti žemiau nurodytus punktus sekančiai:</u> <u>1.Tinka fiksuoti fiksaicinei ploštei iš abiejų pusių, dvi kiaurymės per vidurį, kuriose stabilizatorius fiksuojamas prie plokštelės fiksačinio užrakinamo sraigto;</u> <u>2.Stabilizatorius ne mažiau 3 ilgių: 45±3 mm, 50±3 mm,</u>

			<u>55±3 mm.</u>
--	--	--	-----------------

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako, kad tiekėjo siūloma 1.1.5. punkto korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas, kad kiekviename plokštelės gale būtų po vieną kiaurymę, yra pagrįstas siekiant sumažinti implantacijos sudėtingumą bei išvengti perteklinių fiksavimo taškų, kurie gali sukelti papildomą audinių žalą. Keičiant į dvi kiaurymes, galimas didesnis komplikacijų pavojus.

Tiekėjo siūloma 1.1.6. punkto korekcija nepriimtina. Reikalavimas buvo įtrauktas siekiant užtikrinti maksimalų suderinamumą tarp plokštelės ir stabilizatoriaus, taip sumažinant riziką dėl stabilumo trūkumo ar nesuderinamumo operacijos metu.

Komisija pažymi, kad tiekėjo siūlomas papildomas reikalavimas (Fiksacinės plokštelės storis pasirenkamas iš ne mažiau, kaip 2 skirtingų storių: 2,5 ±3 mm ir 3,0±3 mm) nebus įtrauktas, nes reikalavimas neaktualus. Taip pat, papildomas reikalavimas galimai ribotų konkurenciją.

1.2. Punkto siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Tiek specifikacijoje numatytas stabilizatoriaus tvirtinimo būdas, tiek vienodo ilgio reikalavimas buvo suformuluoti atsižvelgiant į praktinę gydytojų patirtį, gydymo saugumą. Keturių kiaurymių (po dvi iš abiejų pusių) dizainas užtikrina patikimesnį stabilizavimą operacijos metu, o taip pat leidžia optimaliau išdėstyti fiksavimo sraigtus. Mažesnis kiaurymių skaičius stabilizatoriuje apsunkina plokštelės pašalinimą.

Komisija sprendžia techninės specifikacijos 1.1.7. punktą koreguoti, kaip nurodoma žemiau.

1.1.	Fiksacinė plokštelė	1. Skirta įdubusios krūtinės ląstos korekcijoms; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Metalinė; 4. Tiesi, abu galai suapvalinti; 5. Plokštelė iš abiejų pusių per visą ilgį su pusapvalėmis įkirtomis atraumatiniu kraštu (t. y. kraštas lygus), abiejuose galuose po vieną 5±1 mm kiaurymę stabilizatoriui fiksuoti užrakinamu sraigtu ir plokštei įvesti/ištraukti; 6. Plokštelė abiejuose galuose fiksuojama dešinės/kairės pusių (2×4×8)±0,5 mm dydžio stabilizatoriu ir sraigtu, užrakinančiu stabilizatorių plokštelėje; 7. Fiksacinės plokštelės ilgis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių: 178±3 mm, 203±3 mm, 229±3 mm, 254±3 mm, 279±3 mm, 305±3mm, 330±3 mm, 356±3 mm, 381±3 mm, 406±3 mm, 432±3 mm.
------	---------------------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.