

DĖL ATSAKYO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama atvirą (tarptautinį) pirkimą „Darbo priemonės Toksikologijos laboratorijai“ Pirkimo ID – 173282 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo paklausimą dėl 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos reikalavimų.

Klausimas. Gal galite patikslinti ar tikrai punkto 1.28 techniniai parametrai yra teisingi, mėgintuvėlio sienelės storis gaunasi pagal pateiktus reikalavimus 4-6 mm, paprastai tokio diametro storasienių mėgintuvėlių sienelės storis būna 1-1,2 mm. Nurodyti techniniai reikalavimai:

Centrifuginiai mėgintuvėliai, ilgis 110 mm
borosilikatinio stiklo arba kalcio natrio silikatinio stiklo
išorinis diametras 19-20 mm
negraduoti
be kamštelių
mėgintuvėliai ilgu konusiniu galu su antbriauniu viršuje
vidinis diametras 14-15 mm.

Atsakymas. Kadangi mėgintuvėliai yra su antbriaunu, todėl išorinis diametras padidėja, tačiau mėgintuvėlio vidinis diametras yra daug mažesnis (14-15 mm). Sienelės storis specifikacijoje nenurodytas. Jeigu iš išorinio diametro atimsime vidinio diametro mm, tai nebus sienelės storis.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau pažymime, kad techninės specifikacijos 1.28 punkto reikalavimai teisingi.

Pagarbiai,
Pirkimo komisija