

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AUTOKLAVUOJAMŲ RŪBŲ ŠVARIOMS PATALPOMS ĮSIGYTI

1.1.-1.2. Daugkartiniai autoklavuojami kombinezonai su mankietais klešnių galuose:

- tinkama naudoti ISO 5-6/GMP A-B švarumo klasės patalpose, pateikti gamintojo patvirtinančią informaciją;
- sterilizuojamas;
- pateikti informaciją apie sterilizavimo galimybes ir būdus;
- be gobtuvo;
- paslėptas užtrauktukas priekyje;
- reglan arba lygiavertės rankovės su antistatiniais rankogaliais;
- 3 spaudės kiekvienoje kojų pusėje auliniams batams prisegti;
- reguliuojama guma nugaroje;
- be kišenių;
- medžiaga: sudėtyje negali būti medvilnės, 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 118 ±1 g/m²; **(pateikiant plonesnio audinio gaminį, pateikti informaciją apie skalbimo ir sterilizacijos kiekį, išsaugant nepakitusias gaminio/audinio savybes);**
- įpakuota po 1 vnt.

Poz. Nr.	Dydis	Orientacinis poreikis
1.1.	S	150 vnt.
1.2.	M	150 vnt.

2. Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke:

- tinkama naudoti ISO 5-6/GMP A-B švarumo klasės patalpose, pateikti gamintojo patvirtinančią informaciją;
 - sterilizuojamas;
 - su integruota daugkartine kauke;
 - 2 šoninės angos švarių patalpų akiniams;
 - dirželis su sagtimi nugaroje apimties reguliavimui;
 - medžiaga: sudėtyje negali būti medvilnės, 98% poliesteris, 2% anglis ar lygiavertės medžiagos, 118 ±1 g/m²; **(pateikiant plonesnio audinio gaminį, pateikti informaciją apie skalbimo ir sterilizacijos kiekį, išsaugant nepakitusias gaminio/audinio savybes);**
 - dydis: M;
- Orientacinis poreikis 200vnt.

3.1. – 3.2 Autoklavuojami batai su užtrauktuku:

- tinkami naudoti ISO 5 – 6 / GMP A – B švarumo klasės patalpose, pateikti gamintojo patvirtinančią informaciją;
- sterilizuojami;
- dirželis su 2 dalių sagtimi virš pėdos;
- dirželis ir spaudės aulo viršuje reguliavimui;
- užtrauktukas per visą ilgį priekyje;
- spaudės, skirtos bato pritvirtinimui prie kombinezono;
- vienos krypties;
- medžiaga: sudėtyje negali būti medvilnės, 98% poliesteris, 2% anglis ar lygiavertės medžiagos, 118 ±1 g/m² **(pateikiant plonesnio audinio gaminį,**

pateikti informaciją apie skalbimo ir sterilizacijos kiekį, išsaugant nepakitusias gaminio/audinio savybes);

<i>Poz. Nr.</i>	<i>Dydis</i>	<i>Orientacinis poreikis</i>
3.1.	S	100 vnt.
3.2.	M	100 vnt.

Papildomi reikalavimai:

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinaimą. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.