



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove,

2025-05-23 Nr. VPT-(1.71E)-1444

DĖL PRETENZIJOS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis, 2025-05-13 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Nešiojami vaizdo registratoriai**“ (pirkimo numeris 2660248) komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMAS: Komisijos protokolo išrašas, 2 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

Eglė Mirklienė, tel. (0 37) 32 70 60, el. p. egle.mirkliene@kaunoklinikos.lt



**KAUNO
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 32 6768, +370 37 70 3370
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

**ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„NEŠIOJAMI VAIZDO REGISTRATORIAI“
(pirkimo numeris 2660248)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Kaunas**

DARBOTVARKĖ. Tiekėjo pateiktos pretenzijos nagrinėjimas.

SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktos pretenzijos nagrinėjimas.

Komisija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (pranešimo Nr. 205206) gavo Tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pretenziją dėl 2025-05-13 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Nešiojami vaizdo registratoriai“ (2660248) techninės specifikacijos.

Tiekėjas rašo:

„REIKALAVIMAS: *„Objektyvas: matymo kampas, ne blogiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai“*

Pažymime, kad rinkoje yra Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, kurių objektyvo matymo kampas vertikaliai šiek tiek mažesnis – iki 60°. Skirtumas tarp 60° ir 65° yra labai nedidelis (vos 5° arba vos po 2,5° į abi puses) ir neturintis realios praktinės reikšmės, tuo labiau atsižvelgiant į Pirkimo tikslą (bendro pobūdžio saugumas ir tvarka, o ne, pvz., didelės precizikos / mokslinis / laboratorinis ar pan. vaizdo fiksavimas).

5° vertikaliai matymo kampas yra visiškai nereikšmingas parametras matymui. 5° vertikalios kampo skirtumas tarp kameros ir žmogaus regėjimo lauko neturi reikšmės, ypač praktiškai.<...>

Taigi, skirtumą tarp 60° ir 65° vertikalios matymo kampo objektyvo Perkančioji organizacija praktikoje vargu, ar pajustų, tačiau, vien dėl šio reikalavimo iš Pirkimo eliminavus dalį tiekėjų (galinčių pasiūlyti iki 60° vertikalios matymo kampo objektyvą), sumažėjusios konkurencijos išaugintą kainą patirtų realiai ir tiesiogiai. Įvertintina, kad Pirkimas yra susijęs su viešuoju medicinos sektoriumi, kur viešosios lėšos galėtų būti panaudotos kur kas efektyviau (pacientų ar darbuotojų gerovei), nei permokant vaizdo registratorių tiekėjams už realios praktinės naudos neatnešantį ypatumą.

Manytume, Perkančioji organizacija turėtų persvarstyti optimalų aptariamo reikalavimo suteikiamos naudos ir praradimų balansą, ir toks vertinimas neabejotinai suponuotų aiškia išvadą, jog 5° vertikalios matymo kampo objektyvo skirtumas nėra vertas neišvengiamai sumažinamos konkurencijos ir kitų su tuo susijusių praradimų. Atitinkamai, reikalavime nustatytus objektyvo vertikalios matymo kampo laipsnius prašytume sumažinti penkiaais laipsniais, iki 60°.

Atsižvelgdami į tai, aptariamą reikalavimą prašytume pakeisti, jį išdėstant: „Objektyvas: matymo kampas, ne blogiau kaip 120° horizontaliai, 60° vertikaliai“.

„REIKALAVIMAS: „Atsparumo klasė, ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810G 516.6“

Viešuose šaltiniuose apie MIL-STD-810G 516.6 standartą nurodoma, kad tai yra JAV **karinis** standartas, apibrėžiantis įrenginių atsparumo smūgiams (pvz., kritimams) testavimo metodikas. Šis standartas reikalauja, kad įrenginys būtų išbandytas atliekant 26 kritimus iš 1,22 metro aukščio ant 5 cm storio faneros, padėtos ant betono, siekiant įvertinti jo struktūrinį vientisumą ir funkcionalumą po kiekvieno kritimo.

Kaip matyti, reikalavime nustatytas standartas yra susijęs su kariniu sektoriumi ir su ekstremaliu atsparumu smūgiams, tuo tarpu Pirkimas vykdomas sveikatos apsaugos srityje, kur toks reikalaujamas atsparumas negali būti niekaip kitaip pateisinamas, kaip tik dirbtiniu siekiu sumažinti konkurenciją ar pritaikyti pirkimo sąlygas galimai iš anksto perkančiosios organizacijos pasirinktam tiekėjui.

Šiuo atveju Pirkimas net nėra tiesiogiai susijęs ir su medicinos paslaugomis – remiantis technine specifikacija, Pirkimu siekiamų įsigyti prekių tikslas – didesnis bendras saugumas ir tvarka. Suprantama, kad perkamos prekės turi būti atsparios, tačiau vargu, ar Perkančiajai organizacijai praktikoje naudojant perkamus vaizdo registratorius šiems teks tokie smūginiai išbandymai, kaip karinėje pramonėje. Primintina, kad gaminiams bus taikoma standartinė ir (ar) Pirkimo dokumentuose bei sutartyje apibrėžta kokybės garantija. Atitinkamai, kyla klausimas, ar Perkančiajai organizacijai iš tiesų reikalingas išskirtinis, ypatingas perkamų vaizdo registratorių atsparumas smūgiams ir nepakaktų tiesiog įprasto, standartinio atsparumo. Kita vertus, atsižvelgtina ir į tai, kad konkretūs hipotetiniai vaizdo registratoriai, nors ir nebūdami atitinkamai sertifikuoti ar formaliai neturintys atitikimo MIL-STD-810G 516.6 standartui, faktiškai jo reikalavimus gali tenkinti – tiesiog nebūti šia prasme testuoti.

Kaip žinoma, kiekvienas reikalavimas prekei mažina konkurenciją ir didina pasiūlymų kainą, todėl už šį realiai nereikalingą ir praktikoje neišnaudojamą reikalavimą perkančioji organizacija neišvengiamai mokės kainos padidėjimą, tai švaistydama viešąsias lėšas. Atitinkamai, reikalavimą vaizdo registratoriaus atsparumui prašytume pakeisti, išbraukiant standartą MIL-STD-810G 516.6.

Atsižvelgdami į tai, aptariamą reikalavimą prašytume pakeisti, jį išdėstant: „Atsparumo klasė, ne prasčiau kaip IP67“.

„REIKALAVIMAS: „Svoris, ne daugiau kaip 180g“

Pažymime, kad rinkoje yra Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių, kurių svoris šiek tiek didesnis – iki 220 g. Skirtumas tarp 220 g ir 180 g yra labai nedidelis (vos 40 g) ir kūno kamerai daugeliu praktinių situacijų nereikšmingas, tuo labiau atsižvelgiant į žemiau išdėstytas aplinkybes.<...>

Įvertinus visa tai, reikalavimas, kad vaizdo registratoriaus svoris būtų ne daugiau kaip 180 g, netgi galėtų atrodyti kaip dirbtinis. Medicinos darbuotojai dėvi medicininę aprangą, dažnai naudoja ir nešiojasi akinius, stetoskopus, rašymo ir kt. priemones, darbo pažymėjimus / kortelę, mobiliuosius telefonus ir kt., nors visiems ar bent daugumai iš šių dalykų svorio reikalavimai, juos įsigyjant viešuosiuose pirkimuose, nenustatomi. Jei šiek tiek didesnio, nei

180 g, svorio kameros objektyviai būtų per sunkios, jos nebūtų naudojamos pasauliniu mastu, atitinkamai nebūtų ir gaminamos, esant nusistovėjusiam kitokiam priimtinam standartui – tačiau taip nėra. Atitinkamai, reikalavime nustatytą nešiojamo vaizdo registratoriaus maksimalų svorį prašytume padidinti iki 220 g.

Atsižvelgdami į tai, aptariamą reikalavimą prašytume pakeisti, jį išdėstant: „Svoris, ne daugiau kaip 220 g“.

Komisija susipažinus su 2025-05-20 gauta įmonės Pretenzija atsako:

- Komisija sutinka su pirmame Pretenzijos REIKALAVIME : „Objektyvas: matymo kampas, ne blogiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai“ išsakytomis pastabomis dėl vertikalios matymo kampo sumažinimo iki 60 laipsnių ir nutaria patikslinti Techninėje specifikacijoje 1 punkto papunktį ir jį išdėstyti taip: „Objektyvas: matymo kampas, ne blogiau kaip 120° horizontaliai, 60° vertikaliai;“

- Komisija, vertindama Pretenzijos REIKALAVIME: „Atsparumo klasė, ne prasčiau kaip IP67, MIL-STD-810G 516.6“ išsakytas pastabas dėl MIL-STD-810G 516.6 standarto ir siūlymo apsiriboti atsparumo klase IP67, sutikti negali.

Komisija paaiškina, kad viešuoju pirkimu perkama įranga bus naudojama LSMUL Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje. Pagal šio skyriaus darbo specifiką, dažnai susiduriama su pacientais, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių elgiasi neadekvačiai, naudoja fizinį smurtą, jų veiksmai kelia pavojų jiems patiems ir medicininiam personalui. Teikiant medicininės paslaugas agresyviems pacientams, neretai yra gadinama Kauno klinikų įranga. Kadangi nešiojami vaizdo registratoriai yra tvirtinami prie išorinių personalo rūbų, yra didelė tikimybė, kad perkama įranga gali tapti agresijos taikiniu. Dėl šios priežasties būtina, kad įranga būtų maksimaliai atspari tyčiniams ir netyčiniams veiksams, kurie tiesiogiai skirti ją sugadinti. Todėl, perkančioji organizacija, pasirenka įrangą, kuriai taikomas MIL-STD-810G 516.6 standartas, kuris apibrėžia įrenginių atsparumą smūgiams ir vibracijai. Komisija sprendžia, kad perkamai įrangai neužtenka IP67 klasės, nes tai atsparumą dulkei ir drėgmei apibudinanti klasė, kuri, šiuo atveju, nėra pakankama.

Komisija pabrėžia, kad rinkoje yra ne vienas gamintojas, kuris savo produkciją sertifikuoja MIL-STD-810G 516.6 standartu, kas užtikrina, tam tikro reikalavimo garantą ir leidžia perkančiajai organizacijai apsispręsti, kokios įrangos jai reikia, kad užtikrintų tinkamą jo veikimą atitinkamoje aplinkoje. Be visa to, bet kuris įrangos gamintojas, turi visas galimybes sertifikuoti savo gaminius MIL-STD-810G 516.6 standartu, jeigu ruošiasi jį teikti (parduoti) atitinkamomis sąlygomis dirbančioms įmonėms.

Komisija atkreipia dėmesį, kad Pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje 2 punkte (*Techniniai reikalavimai keliami nešiojamiems vaizdo registratoriams bei įrangai ir jos įrengimui*) yra rašoma „Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.“ yra išaiškinta, kad perkama prekė gali būti geresnė ar lygiavertė nustatytam Techninės specifikacijos reikalavimui.

Komisija vertindama šį Tiekėjo reikalavimą sprendžia, kad keisti šio punktą ir tenkinti Tiekėjo prašymą nėra tikslinga, nes perkančiajai organizacijai reikalingi nešiojami vaizdo registratoriai turi būti atsparūs purtyms, kratymams, kritimams ar smūgiams.

- Paskutiniame Pretenzijos REIKALAVIME: „Svoris, ne daugiau kaip 180g“ su išsakytomis Tiekėjo pastabomis dėl leistino svorio ribos padidinimo iki 220 gramų komisija sutinka nes tai galima laikyti neesminiu reikalavimu ir nekeičiančiu pirkimo esmės. Komisija sprendžia, kad

yra tikslinga pakeisti techninės specifikacijos 1 lentelės 1 punkto papunktį „Svoris, ne daugiau kaip 180 g“ ir išdėstyti jį sekančiai „Svoris, ne daugiau kaip 220 g“.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Komisija sprendžia, Tiekėjo pateiktą pretenziją, pripažinti dalinai pagrįsta ir tenkinti iš dalies.

Dėl Komisijos sprendimo patikslinti Pirkimo Techninę specifikaciją, bei Perkančiosios organizacijos siekį užtikrinti Tiekėjams laiku susipažinti/įvertinti pirmiau minėtą Techninę specifikaciją, ir tai, kad neįvyko vokų atplėšimo – susipažinimo su pasiūlymais procedūra, Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 5.10, 9.1 punktais, sprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais terminą, per kurį Tiekėjai galėtų atsižvelgti į Techninės specifikacijos pakeitimus. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025 m. birželio 2 d. 9:30 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2025 m. birželio 2 d. 10:00 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m. birželio 2 d. intervale 9:30-10:00 val.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tiekėjo pretenziją pripažinti dalinai pagrįsta ir tenkinti iš dalies;
2. Pridėti CVP IS sistemoje patikslintą aktualią Techninės specifikacijos redakciją.
3. Nukelti pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais terminą. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025 m. birželio 2 d. 9:30 val. CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2025 m. birželio 2 d. 10:00 val. Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m. birželio 2 d. intervale 9:30-10:00 val.
4. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti pretenziją pateikusį Tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.