

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
perkamiems plastikiniams antgaliams automatinėms pipetėms-dozatoriams

**Bendrieji reikalavimai**

Eil. Nr.	Reikalavimai antgaliams ir jų pakuotėms
1.	Būtina. Plastikinių antgalių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius standartus, skirtus plastikui. Būtina pateikti CE ženklavimo pažymėjimą.
2.	Būtina. Antgalių gamintojas turi turėti įsdiegęs ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
3.	Būtina. Plastikiniai antgaliai turi būti tikslaus tūrio, kokybiški, automatiškai numetami; be filtrų, graduoti; pagaminti tik iš gryno polipropileno (PP), be priedų (be RNR, be DNR, be žmogaus DNR ir pyri geno); pagaminti pagal cGMP reikalavimus - visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
4.	Būtina. Antgaliai privalo būti suderinami su užsakovo turimomis (nurodytomis techninėje specifikacijoje) automatinėmis pipetėmis-dozatoriais (būtina pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo).
5.	Būtina. Steriliems antgaliams turi būti pateiktas gamintojo pažymėjimas, kad jie atitinka sterilizacijos standartus: EN552 ir ISO 11137
6.	Būtina. "Žalieji reikalavimai"-antgalių pakuotės turi būti 100 % perdirbamos arba kompostuojamos.
7.	Plastikiniai antgaliai „Finpipete“ tipo automatinėms pipetėms (dozatoriams) I pirkimo dalis: siūlomi antgaliai turi būti vieno gamintojo ir tiekiami iš vieno tiekėjo:
8.	Plastikiniai antgaliai „Eppendorf“ tipo automatinėms pipetėms (dozatoriams) II pirkimo dalis: siūlomi antgaliai turi būti vieno gamintojo ir tiekiami iš vieno tiekėjo.
9.	Plastikiniai antgaliai „SOCOREX" tipo automatinėms pipetėms (dozatoriams) III pirkimo dalis: siūlomi antgaliai turi būti vieno gamintojo ir tiekiami iš vieno tiekėjo.
10.	Plastikiniai antgaliai „Rainin“ tipo automatinėms pipetėms (dozatoriams) IV pirkimo dalis: siūlomi antgaliai turi būti vieno gamintojo ir tiekiami iš vieno tiekėjo.
11.	Plastikiniai antgaliai „Sartorius“ tipo automatinėms pipetėms (dozatoriams) V pirkimo dalis: siūlomi antgaliai turi būti vieno gamintojo ir tiekiami iš vieno tiekėjo.