

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
**„BKT IR CRB TYRIMAI IŠ KAPILIARINIO KRAUJO EXPRESS METODU KARTU SU
ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“
(PIRKIMO NR. 2898713)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo.

SVARSTYTA: Dėl tiekėjo paklausimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo.

Gautas Tiekėjo paklausimas dėl 2025-05-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**BKT ir CRB tyrimai iš kapiliarinio kraujo express metodu kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu**“ (pirkimo Nr. 2232758) techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Prašome nurodyti pirmoje pirkimo dalyje kiek ir kelių lygių kontrolę atliksite, ar atliksite kasdien? Kelių darbo dienų savaitė 5 ar 7?.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo paklausimą pažymi, kad Techninės specifikacijos 1.6 2 p yra prašoma „Skaičiuojant bendro hematologinio kraujo tyrimo atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos <<...>> bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo atidarius terminus.“

Komisija paaiškina, kad kontrolė bus atliekama kiekvieną darbo dieną vieno (pasirinkto) lygio. Tyrimas bus atliekami 5 (penkias) dienas per savaitę. Komisija apsvarsčiusi Tiekėjo paklausimą ir, kad būtų išvengta neaiškumo sprendžia papildyti Techninę specifikaciją. 1.6. 2 punktą bus keičiamas sekančiai: „Skaičiuojant bendro hematologinio kraujo tyrimo atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos (trijų lygių), reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo atidarius terminus. Kontrolė (vieno lygio, pasirinktinai) bus atliekama kiekvieną darbo dieną.“

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad atsirado sąlygų pirkimo dokumentuose pakeitimams, sprendžia pratęsti šio pirkimo pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą.

Aktuali „Techninė specifikacija“ pridedama.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2025 m. birželio 13 d. 11:00 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks **2025 m. birželio 13 d. 11:30 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m. birželio 13 d. intervale nuo 11:00 val. iki 11:30 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Tikslinti techninės specifikacijos dokumentus, o atsiradus sąlygų pirkimo dokumentuose pakeitimams, pratęsti šio pirkimo pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.