

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„CENTRIFUGA MĖGINTUVĖLIAMS“ (PIRKIMO NR. 2882717)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-05-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Centrifuga mėgintuvėliams**“ (pirkimo **Nr. 2882717**) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Ar priimtinas variantas, techninės specifikacijos 15.3 p. jeigu vietoje krepšelių ir adapterių siūlomas variantas krepšeliai su tinkamom vietom nurodytiems mėgintuvėliams (vientisa detalė), tokiu atveju yra nereikalingi adapteriai?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, atsako, kad tiekėjo nurodyta konstrukcija: „*krepšeliai su tinkamom vietom nurodytiems mėgintuvėliams (vientisa detalė)*“, šiame pirkime nėra numatyta ir tiekėjo siūlomas krepšelis su atitinkamomis vietomis mėgintuvėliams be adapterio Perkančiajai organizacijai yra nepriimtinas. Perkančioji organizacija siekia įsigyti centrifugą mėgintuvėliams su rotoriumi, į kurį įstatomi krepšeliai ir yra keičiami (atskiri) adapteriai. Šis funkcionalumas suteikia galimybę ateityje, esant poreikiui, komplektaciją papildyti kitų dydžių adapteriais, nekeičiant kitų (turimų) centrifugos ir rotoriaus komponentų. Perkančioji organizacija yra nusimačiusi naudoti skirtingo dydžio ir aukščio vakuuminius mėgintuvėlius.

Pagal tiekėjo paklausimą nėra aišku, kaip toks pakeitimas turėtų įtakos visai centrifugos komplektacijai ir komponentų derinimui tarpusavyje, jų universalumui, pakeičiamumui ir eksploatacijos kaštams.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.