



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.
Tel. (8 37) 30 04 21 / (8 37) 30 00 00, faks. (8 37) 32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581.

Pirkimo dalyviams

2025-06-04 Nr. VP-25-332

ATSAKYMAS Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

VšĮ Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą - 2629455 Matavimo įranga (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtas 2025-05-18. Pirkimas vykdomas vadovaujantis paskelbtomis Pirkimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Perkančioji organizacija 2025 m. birželio 2 d. CVP IS priemonėmis gavo Pirkimo dalyvio paklausimą (Pranešimo Nr. 223359):

“1 pirkimo dalies "Saulės elementų išorinio kvantinio našumo matavimo sistema" techninės specifikacijos lentelės 3 punkte "Šviesos šaltinis" reikalaujama "Ne mažiau negu 100 W ksenono išlydžio lempa". Ar perkančiajai organizacijai bus priimtina įranga, kurioje naudojama 75 W galingumo ksenono išlydžio lempa?

1 pirkimo dalies "Saulės elementų išorinio kvantinio našumo matavimo sistema" techninės specifikacijos lentelės 9 punkte "Spindulio Modulatorius" reikalaujama „Chopper“ tipo modulatorius arba lygiavertis, kurio žemiausias dažnis siekia 4 Hz". Ar perkančiajai organizacijai bus priimtina įranga, kurioje naudojamas "Chopper" tipo modulatorius, kurio žemiausias dažnis siekia 10 Hz?

Perkančiajai organizacijai patvirtinus pakeitimus nėra prarandamas esminis įrangos funkcionalumas, bet užtikrinama didesnė konkurencija tarp tiekėjų ir galimybė sulaukti daugiau pasiūlymų.”

Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi Pirkimo dalyvio klausimus ir siūlymus bei atsižvelgdama į mokslinio darbo specifiką, kur siekiama aukščiausios kokybės rezultatų dirbant mažai apibrėžtame tyrimų lauke, nusprendė atmesti tiekėjo siūlomus įrangos parametrus ir nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų.

Viešojo pirkimo komisijos įgaliota

Violeta Dumčienė

Originalas nebus siunčiamas

Violeta Dumčienė, tel. +370 671 10133, el. p.: violeta.dumciene@ktu.lt