



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo ID
2747912 tiekėjams

2025-06-04

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS IR PRETENZIJA

Pranešame, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija gavo tarptautinio atviro konkurso „Medicininės įrangos pirkimas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialui“ pirkimui ID 2747912 suinteresuotų tiekėjų paklausimus ir pretenziją.

Suinteresuotas tiekėjas pateikė paklausimą dėl 8 pirkimo dalies „Oftamotologinė įranga, 1 kompl.“:

Klausimas. Atsižvelgdami į konkurso dokumentuose nurodytas 2.1 skyriaus technines specifikacijas, norime atkreipti dėmesį į galimą loginį ir terminologinį netikslumą. 2.1.2 punkte nurodyta paskirtis – „Binokuliniam matymui nustatyti“. Tuo tarpu visa likusi 2.1 punkto techninė informacija (nuo 2.1.3 iki 2.1.8) yra būdinga prietaisui, skirtam regos aštrumui nustatyti – t. y. optotipų projektoriui. Projekcijos atstumas iki 7 m, optotipų skaičius (≥ 50), lentelių keitimo greitis, galimybė kurti individualias testų sekas, valdymas nuotoliniu pulteliu bei simbolių padidinimo galimybė – visa tai atitinka regėjimo aštrumo testavimo funkcijas, o ne binokulinio matymo tyrimų principus. Binokulinio matymo tyrimui įprastai naudojami visiškai kito pobūdžio prietaisai, tokie kaip sinoptometrai ar stereotestai (pvz., Lang, TNO, Titmus), o jų specifikacijos esmingai skiriasi. Prašytume patikslinti, ar 2.1.2 punkte nurodyta paskirtis „binokuliniam matymui nustatyti“ nebuvo įrašyta klaidingai, ir ar teisinga laikyti, kad šiuo atveju reikalaujamas įrenginys yra optotipų projektorius, skirtas regėjimo aštrumo nustatymui.

Atsakymas. Suinteresuoto tiekėjo nurodytas pastebėjimas dėl 8 pirkimo dalies „Oftamotologinė įranga, 1 kompl.“ yra pagrįstas – **techninės specifikacijos 2.1.2 punkte** įrašyta paskirtis „binokuliniam matymui nustatyti“ neatitinka likusios 2.1 punkto specifikacijos turinio ir yra **terminologinis netikslumas**. Likę specifikacijos punktai (2.1.3–2.1.8), kaip teisingai nurodė tiekėjas, būdingi **optotipų projektoriui** – prietaisui, skirtam **regėjimo aštrumo testavimui** (angl. *visual acuity testing*), o ne binokulinio regėjimo tyrimui. Viešųjų pirkimų komisija įvertinusi, kad toks vieno punkto terminologinis netikslumas neturi būti laikomas esminiu pakeitimu, todėl priėmė sprendimą pakoreguoti 8 pirkimo dalies „Oftamotologinė įranga, 1 kompl.“ techninės specifikacijos 2.1.2 punktą nurodant: „Paskirtis – regėjimo aštrumo testavimui“. **Prašome tiekėjų pasiūlymus teikti užpildant aktualią Techninės specifikacijos redakciją (8. Oftamotologine įranga aktuali redakcija nuo 2025-06-04)**

Taip pat buvo gautas suinteresuoto tiekėjo paklausimas dėl 13 pirkimo dalies „Laringoskopo rinkinys su integruotu šviesolaidžiu, 1 komplektas“. Įvertinus paklausimo turinį priimtas sprendimas, kad yra būtinybė koreguoti techninę specifikaciją. Dėl būtinybės koreguoti esminius techninės specifikacijos reikalavimus, priimtas sprendimas nutraukti 13 pirkimo dalies „Laringoskopo rinkinys su integruotu šviesolaidžiu, 1 komplektas“ procedūras. **Prašome neteikti**

pasiūlymų 13 pirkimo daliai „Laringoskopo rinkinys su integruotu šviesolaidžiu, 1 komplektas“.

Taip pat 1 pirkimo daliai „Aukštos klasės ultragarsinis diagnostinis aparatas“ buvo gauta suinteresuoto tiekėjo pretenzija. Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjusi suinteresuoto tiekėjo pretenziją priėmė sprendimą pripažinti pretenziją nepagrįsta.

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

PRIDEDAMA. 8 pirkimo dalies „Oftamotologinė įranga, 1 kompl.“ techninė specifikacija_aktuali redakcija nuo 2025-06-04, 3 lapai.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

8 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Oftamotologinė įranga, 1 komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.*

**Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą pateikusių tiekėjo), siekdamas įrodyti atitiktį, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.*

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi išskeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

- 1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;
- 1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114, Skuodas;
- 1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;
- 1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.
- 1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
- 1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.
- 1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai	Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslus įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes)

		<i>Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas</i>
2.1.	Gamintojas ir modelis	Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra]
2.1.1.	Optotipų projektorius 1vnt.	
2.1.2.	Paskirtis – regėjimo aštrumo testavimui	
2.1.3.	Projekcijos atstumas ne mažiau kaip iki 7 m.	
2.1.4.	Optotipų skaičius ne mažiau 50.	
2.1.5.	Testinių lentelių keitimo greitis ne ilgiau nei 0,3 s.	
2.1.6.	Turi būti galimybė sukurti individualias programas.	
2.1.7.	Turi būti nuotolinio valdymo pultelis	
2.1.8.	Projekcijos padidinimas ne mažiau 30 kartų.	
2.1.9.	Maitinimo šaltinis 220 V, 50Hz.	
2.2.	Optinis koherentinis tomografas 1vnt.	
2.2.1.	Paskirtis: Koherentinei tomografijai.	
2.2.2.	Rezoliucija. Ne blogiau 20 um Lateralinė ir 6 um Z ašies.	
2.2.3.	Matavimo greitis ne mažiau 68000 A-scan/s	
2.2.4.	Minimalus vyzdžio diametras 2.5 mm	
2.2.5.	Šviesos šaltinis 840 nm.	
2.2.6.	Ragenos laužiamoji geba $\leq 650\text{uW}$.	
2.2.7.	Skenavimo modeliai: „Macular“: Geltonosios Dėmės Linija, Kryžius, Radialinis Makulinis 3D, Makulinis Rastrinis Diskas: Diskinis Ratas, Diskinis Radialinis, Diskinis 3D, Diskinis Rastrinis	
2.2.8.	Angiografijos žemėlapis: Paviršutiniškas, Gilus, Išorinis, Choriocapillary, Tinklainė, Individualus, Paviršiaus, Storio, Gylio Koduotas Žemėlapis.	
2.2.9.	Angiografijos analizė FAZ, kraujagyslių tankio (pasirinktinai).	
2.2.10.	Kamera 12 MPx, spalvota.	
2.2.11.	Blykstės šviesa ne mažiau 10 lygių.	
2.2.12.	Darbinis atstumas 33 mm ± 5 mm.	
2.2.13.	Ekranas spalvotas LCD jutiklinis ekranas arba lygiavertis.	
2.2.14.	Turi būti dioptrijos kompensacija.	
2.2.15.	Turi būti įmontuotas kompiuteris.	
2.2.16.	Reikalavimai tinklui 220V, 50Hz.	
2.3.	Bandomųjų lęšių rinkinys 1vnt.	
2.3.1.	Paskirtis: akių tikrinimui.	

2.3.2.	Lęšių skaičius ne mažiau 260 .	
2.3.3.	Turi būti bandomieji rėmeliai.	
2.3.4.	Turi būti lagaminas laikyti lęšiams ir rėmeliams.	
2.4.	Spalvų juslės lentelės 1vnt.	
2.4.1.	Paskirtis: spalvų juslei nustatyti.	
2.4.2.	Plokštelių tipas Pseudoizochromatinis.	
2.4.3.	Lentelių kiekis 14/24/38	

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus paklausimus ir pretenziją
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-04 Nr. VP3-314
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-04 11:35:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-04 11:36:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-04 11:36:22)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-04 11:36:23 DBSIS