

**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS**

**VIEŠOJO PIRKIMO  
„REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS BIOBANKO SKYRIUI (10127)“ SĄLYGŲ  
PAAIŠKINIMAI NR. 1**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

CVP IS pranešimas Nr. 216373

**1. Klausimas**

Prašome patikslinti techninio reikalavimo terminą „sausoje formoje“ – ar pageidaujamas reagentas yra prašomas kietos būsenos, ar turi būti specialios džiovavimo formos – liofiluotas?

**Atsakymas**

Taip, kietos būsenos, nebūtinai liofilizuota.

**2. Klausimas**

Prašome patikslinti papildant TS, kokių parametų Matrigel ekstraląstelinė matrica (1.17 p.d.) yra reikalinga? Kokios koncentracijos, ar būdingi papildomi priedai?

**Atsakymas**

Tinka bet kokios koncentracijos Matrigel, be papildomų priedų.

CVP IS pranešimas Nr. 209474

**1. Klausimas**

Prašome patikslinti CO<sub>2</sub> mato vienetus – CO<sub>2</sub> yra parduodamas kilogramais arba balionais, ne litrais (litrais nusakomas tik baliono dydis, o kiek jame dujų skaičiuojama kilogramais).

**Atsakymas**

Maksimaliai bus reikalingi trys pilni 50L balionai (viso 150L), t.y. viso iki 3 x 31.75 kg = 95.25 kg

**2. Klausimas**

Prašome patikslinti suskystinto azoto mato vienetus – skystas azotas parduodamas kilogramais. Ar nurodydami 1440 litrų poreikį turite omenyje 1440 kilogramų?

**Atsakymas**

Taip.

**3. Klausimas**

Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad panaudai bus perduodamas vienas CO<sub>2</sub> balionas ir viena skysto azoto saugojimo talpa? Kadangi sąlygose užsakymo pristatymui duodate 14 k.d., tai reikštų, kad iki pusės mėnesio neturėtumėte dujų (kol indai būtų pildomi pakartotinai). Rekomenduotume pakeisti panaudą į nuomą – taip Perkančiajai organizacijai pateikus užsakymą, mes atvežtume dujas kitame tokio pat tipo ir dydžio inde. Nuomos kaina būtų įskaičiuota į dujų kainą, nereikėtų panaudos sutarties.

**Atsakymas**

Taip, teisingai, bus perduodamas vienas CO<sub>2</sub> balionas ir skysto azoto saugojimo talpa. Perkančioji organizacija nusprendė palikti įrangos panaudą (nekeisti į nuomą).

**4. Klausimas**

Viešojo pirkimo panaudos sutarties projekte, punkte 1.3. rašote, kad: „Turtas turi būti naujas, naudotas“. Prašome patikslinti, ar galima dujas pristatyti naudotuose slėginiuose induose.

**Atsakymas**

Panaudos sutarties projekte 1.3 punkte yra dėstymo klaida, nes tiek 3 pirkimo dalyje „Dujos su pagalbėmis priemonėmis mėginių saugojimui ir ląstelių auginimui“, tiek 4 pirkimo dalyje „Reagentai ir priemonės Agilent 4150 TapeStation System DNR ir RNR kokybės kontrolės sistemai ar lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu“ siūloma įranga gali būti arba nauja, arba naudota, todėl panaudos sutarties projekto 1.3 punktas tikslinamas taip: „1.3.Turtas gali būti arba naujas, arba naudotas“. Pridedamas patikslintas panaudos sutarties projektas.

**5. Klausimas**

Prašome patikslinti, koks turi būti CO<sub>2</sub> dujų balionų pajungimo sriegis pagal DIN standartą.

**Atsakymas**

Tinka bet koks jūsų įprastai naudojamas sriegis.