

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„MEDICININIAI BALDAI“ (PIRKIMO NR.3007759)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-06-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicininiai baldai**“ (pirkimo Nr. 3007759) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime teiraujasi dėl pirkimo dalies Nr. 3 techninės specifikacijos reikalavimų: „<...> Iš pateiktos specifikacijos neaišku ar ši kušetė turi būti su kojėlėmis, ar su ratukais, punktai 7 ir 11“.

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, atsako, kad 7 punkte nurodyti reikalavimai standartinei medicininės apžiūros kušetės komplektacijai – turi būti reguliuojamo aukščio kojėlės arba kojėlė (kušetės rėmą galima sureguliuoti ant nelygių grindų). Tuo tarpu 11 punkte nurodyta, kokie priedai būtų reikalingi prie standartinės komplektacijos, tarp kurių įvardijamas reikalavimais į medicininės kušetės komplektaciją papildomai įtraukti ratukus su stabdžiais.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.