



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.
Tel. (8 37) 32 41 40 / 30 00 00, faks. (8 37) 32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581

Tiekėjams

2025-06-06 Nr. VP-25-341

ATSAKYMAI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS (PIRKIMO NR. 2862548)

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Medžiagos takumo lygio (MFR) nustatymo laboratorinė įranga“ (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Pirkimo Nr. 2862548. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. gegužės 26 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos portale adresu <https://viesiejiipirkimai.lt>. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavusi iš dalyvių klausimų pateikia tokius atsakymus:

	Klausimas	Viešojo pirkimo komisijos atsakymas
1.	Techninėje specifikacijoje nurodyta: "Įranga turi būti tiekama su visais būtinais priedais, svoriais ir komponentais, reikalingais jos eksploatacijai pagal gamintojo instrukcijas ir ISO1133-1 bei ISO1133-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus" Standartiškai prietaisas tiekiamas be svorių. Svoriai užsakomi atskirai. Galimi svorių nominalai yra sekantys: 0,325 kg 0,5 kg 1 kg 1,05 kg 1,2 kg 2,16 kg 3,8 kg 5 kg 6,7 kg 8,7 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg 20 kg 21,6 kg 30 kg Prašome nurodyti su kokių nominalų	Kaip nurodyta techninės specifikacijos 1.11 punkte, įranga turi būti tiekama su visais būtinais priedais, svoriais ir komponentais, reikalingais jos eksploatacijai pagal gamintojo instrukcijas ir <u>ISO 1133-1 bei ISO 1133-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.</u>

	svoriais privalo būti sukomplektuotas siūlomas prietaisas	
--	--	--

Viešojo pirkimo komisijos narė

Renata Aukštikalnienė