

Tiekėjams
(išsiųsta CVP IS priemonėmis)

2025-06-09

Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, patikslinimo Nr. 1

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdomo „Diagnosticinė laboratorinė įranga (ILK) (10675)“ pirkimo (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) - Nr. 2740345) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo (-ų) klausimą (-us), teikia atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²			
1	4 pirkimo objekto dalyje "Įrenginys krioprezervuotų ląstelių maišeliuose atšildymui" yra punktas "Barkodų skaitytuvas" ir reikalavimas: "Prie įrenginio prijungiamas barkodų skaitytuvas". Sakykite, ar tikimasi, kad barkodų skaitytuvas bus pasiūlytas kartu su atšildymo prietaisu, ar šį reikalavimą traktuoti reiktų taip, kad pasiūlytas atšildymo prietaisas turėtų opciją prijungti barkodų skaitytuvą?	<p>Nekeisdami techninės specifikacijos esmės teikiame paaiškinimą dėl 6 punkte nustatyto reikalavimo, bei tikrųjų perkančiosios organizacijos ketimų įgyjant „Įrenginys krioprezervuotų ląstelių maišeliuose atšildymui“.</p> <p>Perkančioji organizacija aiškiai nedviprasmiškai techninės specifikacijos 6 punkte nurodė, kad kartu su perkamu įrenginiu turi būti pateikiamas barkodų skaitytuvas, kurs prijungiamas prie įrenginio. Taip, tiekėjai į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiavę barkodų skaitytuvą.</p> <p>Pažymime, kad jei perkančioji organizacija būtų pageidavusi turėti tik opciją prijungti barkodų skaitytuvą, tuomet techninės specifikacijos reikalavimas būtų suformuluotas pavyzdžiui sekančiai:</p> <table border="1" data-bbox="943 1402 1503 1514"> <tr> <td data-bbox="943 1402 986 1514">6</td> <td data-bbox="986 1402 1214 1514">Barkodų skaitytuvas</td> <td data-bbox="1214 1402 1503 1514">Galimybė prie įrenginio prijungti barkodų skaitytuvą.</td> </tr> </table>	6	Barkodų skaitytuvas	Galimybė prie įrenginio prijungti barkodų skaitytuvą.
6	Barkodų skaitytuvas	Galimybė prie įrenginio prijungti barkodų skaitytuvą.			

¹Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

²Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus