

VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas
Telefonas (8-37) 40 39 99
Faksas (8 37) 45 15 75
info@kaunopoliklinika.lt
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394
PVM mokėtojo kodas LT 350423917
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A.S. LT0470440600029424
Direktorius Paulius Kibiša



Rinkos dalyviams

_____ Nr. S(E)-

DĖL IŠANKSTINĖS (RINKOS) KONSULTACIJOS DĖL INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PIRKIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija), vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti Integruotos pacientų nuotolinės stebėsenos sistemos pirkimui, vykdė išankstinę (rinkos) konsultaciją.

Perkančioji organizacija, atsižvelgusi ir įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautus Dalyvių klausimus ir pasiūlymus, teikia atsakymus:

Paklausimai/ pastabos (tekstas neredaguotas)	Atsakymas
<p>Žemiau pateikiame informaciją, remiantis konkrečiais techninės specifikacijos punktais:</p> <p>4.7.1. Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo; Reikėtų patikslinimo, kur bus naudojamos/rodomos rekomendacijos kitiems sveikatos specialistams.</p> <p>4.10.4. Aprašomųjų laukų tekstas turi būti koreguojamas naudojant teksto stiliaus redaktorių; Reikėtų nurodyti konkrečiai sąrašą, kokios funkcijos bus naudojamos teksto stiliaus redaktoriuje - pabraukimas, didesni/mažesni teksto dydžiai ir pan.</p> <p>5.1. Reikalavimai vartotojams ir jų grupėms. Nėra aišku, kokios suteikiamos teisės bus aktualios: read, write, kitos specifinės?</p> <p>5.2.6. Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. TLK kodų klasifikatoriai turi būti peržiūrimi ir atnaujinami vieną kartą per ketvirtį; Reikėtų nurodyti ir apibrėžti procesą, iš kur ir kaip bus gaunami tie TLK diagnozių klasifikatoriai?</p>	<p>Tiksliname techninės specifikacijos (toliau - TS) 4.7.1. punktą: Sistemos programoje kompiuteriams turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo.</p> <p>Tiksliname TS 4.10.4. punktą: Aprašomųjų laukų tekstas turi būti koreguojamas naudojant teksto stiliaus redaktorių (Paryškintas, Pabrauktas, Kursyvas, Šriftas, Šrifto dydis, Šrifto spalva, Didžiosios raidės, Mažosios raidės).</p> <p>Paiškiname dėl TS 5.1. punkto: Sistemoje turi būti galimybė Sistemoms naudotojams priskirti vartotojų roles bei vartotojų rolėms priskirti teises. Vartotojų rolės gali būti: šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, endokrinologas ir kt. Vartotojų teisės gali būti: peržiūrėti; redaguoti.</p> <p>Paiškiname dėl TS 5.2.6. punkto: Tiekėjas turi teisę savarankiškai nustatyti TLK diagnozių kodų klasifikatoriaus gavimo ir atnaujinimo būdą (pvz., rankiniu būdu, importuojant duomenų rinkmenas ar per išorines sistemas). Privaloma užtikrinti, kad TLK diagnozių kodų klasifikatorius būtų peržiūrimas</p>

Elektroninio dokumento nuorašas

Reg. data 2025-06-09 ir Nr. S (E)-1329

<p>Ar jie ivedami/importuojami manually ar is kazkocio konkretaus API?</p> <p>4. <i>Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametru) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka, kuriama reali pridėtinė vertė, pirkime išrenkant ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą.</i></p> <p>Manome, kad turėtų būti skiriamas dėmesys tiekėjo patirčiai ir kompetencijai, dirbant būtent su native pagrindais kurtomis mobiliosiomis aplikacijomis (Android, iOS), kurios Bluetooth pagrindais sąveikauja su hardware įranga. Tai specifinė sritis ir už tokios sutarties sėkmingą įgyvendinimą t.b. skiriami kokybiniai balai.</p> <p>5. <i>Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.</i></p> <p>Turėtų būti numatyti reikalingi (proporcingai rizikos vertinimui ir planuojamai pirkimo sumai) tiekėjo min. metinių pajamų reikalavimas bei panašaus pobūdžio sutarties įgyvendinimo reikalavimas.</p> <p>7. <i>Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?</i></p> <p>Tai galėtų būti pasiūlymas iš dviejų dalių: fiksuotos kainos pasiūlymas (bazinis - pagal techninę specifikaciją) + perkamos papildomos val, pvz. 500-1000 val. už nurodytą fiksuotą valandinį įkainį, skirtų pakeitimams ir patobulinimams, kurie gali būti nenumatyti ir išryškėti projekto įgyvendinimo eigoje.</p> <p>9. <i>Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją.</i></p> <p>Techninėje specifikacijoje ir kitoje dokumentacijoje siūlytume išsamiau apibrėžti garantinio aptarnavimo metrikas ir procesą, kaip tai bus atliekama, nes iš proceso pusės yra reikšmingi skirtumai, vykdant hardware/software dalių aptarnavimą, pakeitimus ir reagavimą.</p>	<p>ir atnaujinamas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.</p> <p>4. Dėkojame už pateiktą pasiūlymą. Jį apsvarstysime ruošdami pirkimo dokumentus.</p> <p>5. Dėkojame už pateiktą pasiūlymą. Jį apsvarstysime ruošdami pirkimo dokumentus.</p> <p>7. Dėkojame už pateiktą pasiūlymą. Jį apsvarstysime ruošdami pirkimo dokumentus.</p> <p>Paaškiname dėl 9 punkto: Perkančioji organizacija siekia įsigyti jau veikiančios ir egzistuojančios Sistemos licenciją, kuri suteiks teisę naudotis Sistema 36 mėnesius. Kadangi tai nėra susiję su programavimo darbais ar Sistemos nuosavybe, garantinio aptarnavimo metrikos ir procesai, taip pat hardware/software dalių aptarnavimas bei reagavimas, šiuo atveju, nėra aktualūs pirkimo objektui.</p>
<p>2. <i>Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti?</i></p> <p>Techninė specifikacija yra išsami ir aiški, tačiau siūlome ją papildyti reikalavimu, kad siūloma sistema būtų sertifikuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių</p>	<p>2. TS 4.3 punktas tikslinamas papildomais reikalavimais įrenginiams: Medicinos priemonė privalo turėti CE ženklumą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklumą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją, kurią turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos</p>

Elektroninio dokumento nuorašas

Reg. data 2025-06-09 ir Nr. S (E)-1329

(MDR). Tai užtikrintų atitiktį medicinos priemonėms keliamiems reikalavimams.

5. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.

Mūsų nuomone, tiekėjams turėtų būti keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

Siūloma sistema turėtų būti jau įdiegta ir sėkmingai naudota bent vienoje gydymo įstaigoje. Tai padėtų užtikrinti, kad sprendimas yra praktiškai pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui ir atitinka realius veiklos poreikius.

Tiekėjo komanda ar atsakingi darbuotojai turėtų turėti atitinkamą išsilavinimą bei patirtį diegiant panašias sistemas gydymo įstaigose. Tai užtikrintų profesionalų paslaugų teikimą, tinkamą sistemos įdiegimą bei sklandų vartotojų apmokymą.

Projekto vadovas: 1) aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis); 2) ne trumpesnė kaip 10 metų darbo patirtis vadovaujant projektams.

IT vadovas: 1) aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis) informacinių technologijų srityje; 2) ne trumpesnė nei 10 metų patirtis informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo srityje.

Programuotojas: turi turėti ne trumpesnę nei 5 metų patirtį informacinių sistemų projektavimo ir (arba) kūrimo srityje, naudojant šias technologijas (MS SQL, .NET, JavaScript, WebForms, C# arba lygiavertis).

Tokie reikalavimai yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad tiekėjas turėtų ne tik techninę kompetenciją, bet ir praktinę patirtį sveikatos sektoriuje, kas tiesiogiai prisideda prie projekto sėkmės.

7. Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?

Rekomenduojame kainodarą struktūruoti į atskiras dalis:

1. Licencijos mokestis - mokestis už teisę naudotis sistema, kuris gali būti nustatytas kaip vienkartinis mokėjimas už visą licencijos galiojimo laikotarpį, sumokamas po sistemos įdiegimo.

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau - Reglamentas) nustatytus reikalavimus. Jei dėl tam tikrų aspektų, kuriems Reglamentas nėra taikomas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, turi būti pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES teisės aktų. Deklaracijoje turi būti pateikta visa informacija, reikalinga nustatyti ES teisės aktus, su kuriais deklaracija yra susijusi.

Paaškiname, kad įvertinus Sistemos veikimo principus, laikome pakankamu įrenginių sertifikavimą ir nemanome, kad nėra būtinybės reikalauti atskiro visos sistemos sertifikavimo.


5. Dėkojame už pateiktą pasiūlymą. Jį apsvarstysime ruošdami pirkimo dokumentus.

7. Dėkojame už pateiktą pasiūlymą. Jį apsvarstysime ruošdami pirkimo dokumentus.

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-06-09 ir Nr. S (E)-1329

2. Sistemos adaptacijos ir įdiegimo darbų mokestis - mokamas po sėkmingo sistemos įdiegimo ir perdavimo užsakovui. Išankstinis mokėjimas - 50 % visos sumos sumokama pasirašius sutartį.	
---	--

Dėkojame už dalyvavimą, pateiktas pastabas bei pasiūlymus.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Salelionytė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl išankstinės (rinkos) konsultacijos
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-09 Nr. S (E)-1329
Adresatas	Kiti
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Giedrė Salelionytė 2025-06-09
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
