

## Metalinių baldų švarioms patalpoms techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Stelažas (kiekis 1 vnt)	<p>1. Stelažas skirtas B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 1100 ± 10 mm ; Gylis: 400 ± 10 mm Aukštis: 1700 ± 50 mm</p> <p>3. Su 4 lentynomis. Lentynos aukščiuose: 300, 750, 1200, 1650 ± 5 mm;</p> <p>4. Be ratukų, kojelės atitrauktos nuo kampų 80 mm.</p> <p>5. Kojelių aukštis 150 ± 10 mm.</p> <p>6. Korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>7. Baldas turi būti vientisas, neardomas, suvirintas ar sukniedytas, be nevalomų ertmių ir sunkiai valomų lenkimų;</p> <p>8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;</p>	
2.	Dviejų dalių spinta (kiekis 1 vnt)	<p>1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>2. Bendri išoriniai matmenys: Ilgis: 900 ± 10 mm ; Gylis: 400 ± 10 mm Aukštis: 1800 ± 50 mm</p> <p>2.1. Kairės dalies ilgis 400 ± 10 mm, su 5 lentynomis vienodo aukščio tarpais;</p> <p>2.2. Dešinės dalies ilgis 500 ± 10 mm, su 2 lentynomis</p>	

		<p>apačioje, po <math>20 \pm 1</math> cm aukščio tarpais, viršuje skersinis pakaboms;</p> <p>3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis <math>150 \pm 10</math> mm;</p> <p>4. Kojelės atitrauktos nuo kampų 80 mm;</p> <p>5. Spinta be durų;</p> <p>5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;</p> <p>7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>8. Baldas turi būti vientisas, neardomas, suvirintas ar sukniedytas, be nevalomų ertmių ir sunkiai valomų lenkimų;</p> <p>9. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;</p>	
3.	Lentyna (kiekis 4 vnt)	<p>1. Lentyna skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) <i>(būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas)</i></p> <p>2. Išoriniai matmenys: Ilgis: <math>1580 \pm 10</math> mm Gylis: <math>500 \pm 10</math> mm</p> <p>3. Tvirtinama į šonines sienas, maksimaliai priglundusi prie visų sienų, atsižvelgiant į sienų kampų išlenkimus. Lentyną įtvirtinus į sieną turi nelikti nevalomų ar sunkiai valomų ertmių ir lenkimų;</p> <p>4. Pagaminta iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>5. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;</p>	
4.	Garantinis laikotarpis	$\geq 36$ mėnesiai	
5.	Prekių pristatymas ir sumontavimas	Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į sumontavimo vietą, sumontavimas, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomi.