

Jėgos instrumento priedų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Jėgos instrumento antgaliai:		
1.1.	Perforatoriaus darbinis antgalis (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Su standartine „Hudson“ tipo mova (arba lygiaverte); 2. Didžiausias apskukų skaičius $\geq 1\,250$ aps./min. (kodas P200-PER arba lygiavertis)	
1.2.	Gręžimo antgalis (orientacinis kiekis 3 vnt.)	1. Tiesus; 2. Didžiausias apskukų skaičius $\geq 80\,000$ aps./min. (kodas P200-2SD arba lygiavertis)	
1.3.	Kraniotomo antgalis (orientacinis kiekis 4 vnt.)	Didžiausias apskukų skaičius $\geq 80\,000$ aps./min. (kodas P200-CRA arba lygiavertis)	
1.4.	Kraniotomo apsauga (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Pasukama; 2. Vidutinio ilgio: 15,4 mm ($\pm 0,1$ mm). (kodas P200-RCRD-M arba lygiavertis)	
1.5.	Kraniotomo apsauga (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Pasukama; 2. Pediatrinio ilgio: 11,4 mm ($\pm 0,1$ mm). (kodas P200-RCRD-P arba lygiavertis)	
1.6.	Darbinis antgalis (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Lenktas; 2. Darbinė dalis vidutinio ilgio: 65,0 mm ($\pm 0,1$ mm); 3. Darbinės dalies $\varnothing 5,5$ mm ($\pm 0,1$ mm); 4. Didžiausias apskukų skaičius $\geq 80\,000$ aps./min. (kodas P200-2AM arba lygiavertis)	
1.7.	Darbinis antgalis (orientacinis kiekis 2 vnt.)	1. Lenktas; 2. Darbinė dalis trumpa: 45,0 mm ($\pm 0,1$ mm); 3. Darbinės dalies $\varnothing 5,5$ mm ($\pm 0,1$ mm); 4. Didžiausias apskukų skaičius $\geq 80\,000$ aps./min. (kodas P200-2AS arba lygiavertis)	
1.8.	Darbinis antgalis (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Lenktas; 2. Darbinė dalis ilga: 85,0 mm ($\pm 0,1$ mm); 3. Darbinės dalies $\varnothing 5,5$ mm ($\pm 0,1$ mm); 4. Didžiausias apskukų skaičius $\geq 80\,000$ aps./min. (kodas P200-2AL arba lygiavertis)	

1.9.	Darbinis antgalis (orientacinis kiekis 1 vnt.)	1. Plonas; 2. Darbinė dalis ilga: 88,6 mm (± 0,1 mm); 3. Darbinės dalies Ø4,8 mm (± 0,1 mm); 4. Didžiausias apskukų skaičius ≥ 80 000 aps./min. (kodas P200-1A135 arba lygiavertis)	
2.	Jėgos instrumento eksploataciniai priedai:		
2.1.	Geležtė (orientacinis kiekis 100 vnt.)	1. Skirta kraniotomijai; 2. Vidutinio ilgio; 3. Kotelio Ø3,17 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-ROU-M arba lygiavertis)	
2.2.	Geležtė (orientacinis kiekis 80 vnt.)	1. Skirta kraniotomijai; 2. Vidutinio ilgio; 3. Sraigtinė; 4. Kotelio Ø3,17 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-CRA-M arba lygiavertis)	
2.3.	Geležtė (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Skirta kraniotomijai; 2. Pediatrinė; 3. Kotelio Ø3,17 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-ROU-P arba lygiavertis)	
2.4.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 110 vnt.)	1. Skirtas angoms; 2. Galvutės Ø1,5 mm (± 0,1 mm); 3. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2TD-15 arba lygiavertis)	
2.5.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 60 vnt.)	1. Apvalus/rutulinis; 2. Vidutinio ilgio; 3. Galvutės Ø5,0 mm (± 0,1 mm); 4. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2CM-50 arba lygiavertis)	
2.6.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 30 vnt.)	1. Apvalus/rutulinis; 2. Trumpas; 3. Galvutės Ø3,0 mm (± 0,1 mm); 4. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2CS-30 arba lygiavertis)	
2.7.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 60 vnt.)	1. Apvalus/rutulinis; 2. Trumpas; 3. Galvutės Ø5,0 mm (± 0,1 mm); 4. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2CS-50 arba lygiavertis)	
2.8.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 50 vnt.)	1. Apvalus su grioveliais; 2. Universalaus ilgio (<i>angl. universal length – UL</i>); 3. Galvutės Ø5,0 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2RFUL-50 arba lygiavertis)	

2.9.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 30 vnt.)	1. Apvalus su grioveliais; 2. Universalus ilgio (<i>angl. universal length – UL</i>); 3. Galvutės Ø3,0 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2RFUL-30 arba lygiavertis)	
2.10.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Apvalus su grioveliais; 2. Ilgas; 3. Galvutės Ø3,0 mm (± 0,1 mm); 4. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2CL-30 arba lygiavertis)	
2.11.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Apvalus su grioveliais; 2. Ilgas; 3. Galvutės Ø5,0 mm (± 0,1 mm); 4. Kotelio Ø2,35 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-2CL-50 arba lygiavertis)	
2.12.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Apvalus; 2. Deimantinis (arba lygiavertis); 3. Skirtas plonam antgaliui; 4. Galvutės Ø4,0 mm (± 0,1 mm); 5. Kotelio Ø1,0 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-1D135-40 arba lygiavertis)	
2.13.	Grąžtelis (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Apvalus; 2. Deimantinis (arba lygiavertis); 3. Skirtas plonam antgaliui; 4. Galvutės Ø3,0 mm (± 0,1 mm); 5. Kotelio Ø1,0 mm (± 0,1 mm). (kodas PDS-1D135-30 arba lygiavertis)	
3.	Suderinamumas	Siūlomi jėgos instrumento priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligininėje Kauno klinikoje naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „NSK“ patvirtinimą dėl suderinamumo)	
4.	Garantinis terminas	1. Antgaliams suteikiama garantija ≥ 12 mėnesių; 2. Garantiniu metu antgaliai gali būti keičiami į naujus arba garantinio remonto metu suteikiami pakaitiniai.	
5.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
6.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
7.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	

Pastabos, papildomi reikalavimai visoms pirkimo dalims:

1. Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto

gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.