

VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA  
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas  
Telefonas (8-37) 40 39 99  
Faksas (8 37) 45 15 75  
info@kaunopoliklinika.lt  
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394  
PVM mokėtojo kodas LT 350423917  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
A.S. LT047044060002942424  
Direktorius Paulius Kibiša



2025-06-16 Nr. \_\_\_\_\_

## RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA DĖL LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ LAIKYMO - DŽIOVINIMO SPINTOS PIRKIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti Lanksčių endoskopų laikymo - džiovinimo spintos pirkimui, vykdo rinkos konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: iki Pirkimo pradžios informuoti Tiekėjus apie ketinamas įsigyti prekes, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, rinkoje egzistuojančius sprendimus, rinkos galimybes pasiūlyti prekes, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui, pasiruošti pirkimui bei parengti kuo aiškesnę ir konkurenciją užtikrinančią techninę specifikaciją, kitus pirkimo dokumentus.

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka: rinkos konsultacija vykdoma elektroninėmis priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninės specifikacijos projektu ir raštu CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas bei pasiūlymus ir tokiu būdu dalyvauti išankstinėje rinkos konsultacijoje.

Ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.

Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

Teikiant atsiliepimą būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

Atsiliepimus prašome pateikti iki 2025 m. birželio 25 d. 12:00 val. Atsiliepimai teikiami lietuvių kalba.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus<sup>1</sup>:

1. Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.
2. Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti?
3. Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjo manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?
4. Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametru) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka, kuriama reali pridėtinė vertė, pirkime išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
5. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.

<sup>1</sup> Visi iš tiekėjų gauti asmens duomenys bus naudojami tik šios rinkos konsultacijos apimtyje ir šiame kvietime nustatytais tikslais.

6. Kokia būtų preliminarinė prekės kaina (prašoma pirkimo vertės nustatymui)?	Užduoties dokumento nuorodas Reg. data 2025-06-16 ir Nr. S (E)-1349
7. Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?	
8. Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliajį viešąjį pirkimą, todėl prašome nurodyti, kokius aplinkos apsaugos kriterijus perkama prekė galėtų atitikti.	
9. Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją.	



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
*Lanksčių endoskopų laikymo - džiovinimo spinta*

---

**1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Pirkėjas** - VšĮ Kauno miesto poliklinika.  
1.2. **Tiekėjas** - ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.  
1.3. **Sutartis** - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.  
1.4. **Pirkimo objektas** - Prekės.

---

**2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS**

- 2.1. **Pirkimo objektas:**  
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga komplektacija, tarpusavyje suderintos priemonės.  
2.2. **Pirkimo objekto apimtys:**

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Lanksčių endoskopų laikymo - džiovinimo spinta	Vnt.	1

---

**3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

Perkant Prekes/Priemones užpildomas Priedas Nr. 1

---

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

- 4.1. Pirkėjas Prekes / Priemones perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Priemones pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.  
4.2. Pristatymo adresas (-ai): Baltų pr. 7, Kaunas.  
4.3. Prekės / Priemonės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
4.4. Prekės / Priemonės tiekiamos 90 dienų, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių / Įrangos už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).  
4.5. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuotos Prekės.

---

**5. PRIEDAI**

*Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 - Techniniai parametrai*

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau - Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytų tų teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. **Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.** Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4.

**Elektroninio dokumento nuorašas**

Reg. data 2025-06-16 ir Nr. S (E)-1349

p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1.	Lanksčių endoskopų džiovinimo ir laikymo dvipusė spinta, kurios paskirtis - džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus.	Būtina	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
2.	Montavimas	Spinta montuojama sienoje. Spintos durelių atidarymas, uždarymas abiejuose spintos pusėse.	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
3.	Džiovinamų-laikomų endoskopų skaičius	Ne mažiau 8 endoskopai	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
4.	Jungčių rinkinys saugojamiems endoskopams (jei jungiasi ne tiesiogiai). Tinkantys endoskopų modeliams CF-H185L, GIF-H185, gamintojas Olympus	Ne mažiau 8	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
5.	Endoskopų laikymo - džiovinimo spintos matmenys.	Plotis 135 ±5 cm Aukštis 220 ±5cm Gylis 70 ±5 cm	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
6.	Reikalavimas durims	Durys abiejuose laikymo spintos pusėse, automatinis užraktas	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____

			Nr. _____ arba nuoroda _____.
7.	Integruotas suspausto oro kompresorius endoskopų laikymo spintoje	Būtina	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
8.	Įrenginio veikimas	Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
9.	Oro srauto ciklai	Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
10.	Vidinių kanalų džiovinamas	Suspaustu sausu medicininiu arba filtruotu aplinkos oru	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
11.	Oro filtravimas	HEPA 13 filtras arba aukštesnės kokybės	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
12.	Informacijos dokumentavimas ir vaizdavimas endoskopų laikymo spintos ekrane	1. Vartotojo ID; 2. Endoskopo sausinimo ir laikymo laikas; 3. Endoskopo modelis; 4. Endoskopo sausinimo statusas; 5. Klaida	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
13.	Endoskopų džiovinimo laikas spintoje	≤ 120 minučių	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
14.	Endoskopų laikymo spintoje terminas po kurio nereikalinga aukšto lygio dezinfekcija	≥ 28 paros	<i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>

15.	Atsekamumo tipas	Atspausdintas kvitas, kuriame nurodoma: 1. Data; 2. Vieta/pozicija; 3. Endoskopo modelis 4. Operatorius	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____.
16.	Identifikacija	Barkodas arba RFID skaitiklis arba lygiavertis sprendimas	<i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
17.	Integruotas spausdintuvas	Būtina	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____.
18.	Spausdinimo popieriaus matmenys	78x71 mm ± 2 mm	<i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
19.	Komplektacija*	1. Visos reikalingos priemonės ir priedai nurodyti pagal gamintoją. 2. Priedai reikalingi įstaigoje turimiems lankstiems endoskopams prijungti. 3. Spausdinimo popierius ≥ 5 vnt.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____.

**Perkančioji organizacija nereikalauja, jog simboliu \* pažymėti parametrai būtų įrodyti įrangos prekių aprašymu (-ais) ar lygiavėčiu dokumentu (-ais).**

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aurelija Družinienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Rinkos dalyvių konsultacija dėl Lanksčių endoskopų laikymo - džiovinimo spintos pirkimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-16 Nr. S (E)-1349
<b>Adresatas</b>	Kiti
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Aurelija Družinienė 2025-06-16
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---