



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo ID
2747912 tiekėjams

2025-06-17

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Pateikiame atsakymus į paklausimus gautus tarptautinio atviro konkurso „Medicininės įrangos pirkimas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialui“ pirkimui ID 2747912.

1 Klausimas. Turime klausimą dėl 16 ir 17 pirkimo dalyse aprašytų kėdžių. 2.4 techninės specifikacijos punktuose yra numatyta, kad kėdė turi turėti "Ratukai du 50±3mm su centriniu stabdžiu". Turime pastebėti, kad abiejose pirkimo dalyse yra aprašytos paprastos konstrukcijos procedūrinės kėdės, kurios įprastai neturi ratukų su centriniu stabdžiu, kas įprastai būdinga aukštesnės specifikacijos elektra valdomoms kėdėms. Todėl prašome patikslinti, ar nėra padaryta klaida techninėje specifikacijoje ir panaikinti šį reikalavimą arba jį pakeisti sekančiai: "Ratukai ne mažiau du 50±3mm su individualiais stabdžiais".

1 Atsakymas. Tiekėjo pastebėjimas teisingas, 16 pirkimo dalies „Procedūrinė kėdė, 4 vnt.“ ir 17 pirkimo dalies „Procedūrinė kėdė, 6 vnt.“ techninėse specifikacijos padaryta klaida. Atsižvelgus į būtinybę tikslinti techninės specifikacijos esminius reikalavimus priimtas sprendimas nutraukti 16 pirkimo dalies „Procedūrinė kėdė, 4 vnt.“ ir 17 pirkimo dalies „Procedūrinė kėdė, 6 vnt.“ procedūras. **Prašome tiekėjų neteikti pasiūlymų 16 pirkimo daliai „Procedūrinė kėdė, 4 vnt.“ ir 17 pirkimo daliai „Procedūrinė kėdė, 6 vnt.“.**

2 Klausimas. „Atsižvelgdami į techninėje specifikacijoje (4 pirkimo dalyje) nurodytą reikalavimą: „2.9. Komplektacija: (...) 4. ABS dėklas.“ Prašome patikslinti, kokia yra numatyto dėklo (ABS dėklo) paskirtis: ar jis skirtas viso aparato laikymui ir transportavimui, ar tik priedų (pvz., aplikatorių, laidų ar kitų komponentų) laikymui? Pateiktoje specifikacijoje šis reikalavimas apibrėžtas nepakankamai tiksliai, todėl siekiant tinkamai parengti pasiūlymą ir pagrįsti siūlomos įrangos atitiktį, būtina aiškiai žinoti, kokia yra šio komplektacijos elemento funkcija.“

2 Atsakymas. Patikslinime, kad 4 pirkimo dalies „Magnetinės terapijos aparatas, 1 vnt.“, magnetoterapijos aparato specifikacijoje esantis ABS dėklas reikalingas priedų saugojimui.

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-17 Nr. VP3-345
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-17 16:07:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-17 16:07:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-17 16:09:35)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-17 16:09:35 DBSIS