

**Angiografo rentgeno vamzdžio (įskaitant pakeitimą)
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Pirkimo objektas	Gamintojo „Siemens“ angiografo aparato „Artis ZeeGo“ rentgeno vamzdis (įskaitant keitimą)	
2.	Suteikiama garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių	
3.	Suderinamumas	Siūlomas rentgeno vamzdis turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Siemens“ angiografo aparatu „Artis ZeeGo“ (inv. Nr. 011081220M; S/N: 117313). <i>(gamintojo „Siemens“ rentgeno vamzdis „GIGALIX 125/30/40/90-G“, kataloginis Nr. 10562561 arba lygiavertis)</i>	
4.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
6.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo į LSMU Kauno klinikas, sugedusio modulio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui), testavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Tiekėjas turi būti oficialus Gamintojo atstovas arba turi turėti Gamintojo įgaliojimą dalyvauti pirkime.
2. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.
3. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).