

---

**VIEŠOJO PIRKIMO  
„GREITOS INTRAVENINĖS INFUZIJOS SISTEMA (NR. 10148)“  
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (*toliau – CVP IS*) priemonėmis gautą tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomą atsakymą.

**2025-06-13 CVP IS pranešimas Nr.242123**

**Klausimas**

**Prašome paaiškinti** techninės specifikacijos punkto Nr. 20. “Komplektacija” dalį 2 “Komplekte turi būti 10 vnt. specialių (traumai skirtų) vienkartinių šildytuvui skirtų prailginimo linijų”. Kokios turi būti prailginimo linijų techninės charakteristikos, kad šios linijos būtų skirtos traumos atvejams. Mūsų supratimu prailginimo linija turi būti techniškai suderinama su šildytuvu, užtikrinti šildytuvo sukurtos tirpalo tėkmės pralaidumą ir gali būti naudojama visais klinikiniais atvejais.

Taip pat **prašome patikslinti** ar būtina komplektuoti šias papildomas prailginimo linijas prie šildytuvo, jeigu prailginimo linija įeina į vienkartinio rinkinio “punktas 1.2” sudėtį.

**Atsakymas**

Trauminiu pacientu laikomas pacientas, kuriam vyksta aktyvus kraujavimas,- perkama įranga bus naudojama maksimaliais pajėgumais pagal techninę specifikaciją. Turi būti atskira prailginimo linija, sujungianti vienkartinį priedą su paciento kateteriu ir leidžianti užtikrinti perkamos įrangos veikimą maksimaliais pajėgumais trauminiam pacientams.

Jeigu prailginimo linija įeina į vienkartinio rinkinio sudėtį, įgyvendinant 20.2 p.reikalavimą, vietoje atskirų vienkartinių linijų gali būti sukomplektuoti 10 vnt. vienkartinių rinkinių.