



KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, mob. +370 649 64640,
el. p. info@kaisiadorysbft.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306139700

CVP IS Pirkimo ID 3051185
Tiekėjams

2025-06- Nr. SD-

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIŲ KLAUSIMUS

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba yra savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – SCPO) vykdydama CVP IS priemonėmis tarptautinės vertės viešąjį pirkimą ID 3051185 VŠĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Perkančioji organizacija) „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais VŠĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui“ atviro konkurso būdu, gavo CVP IS pranešimus, kuriuose pateikti Tiekėjų paklausimai.

SCPO Komisija, išnagrinėjusi gautus paklausimus, teikia atsakymus į juos.

Klausimas Nr. 1 (kalba netaisyta):

„Laba diena, prašome patikslinti Techninės specifikacijos reikalavimus:

1.

12 pirkimo dalis - ar reikalingas automatinis, ar pusiau automatinis šlapimo analizatorius? TS reikalavimuose nesuprantamai nurodyti reikalavimai:

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

12.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI. Įranga siūloma panaudai

Techniniai reikalavimai SIŪLANT PUSIAU AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMO analizatoriaus panaudai

1. Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius Būtina

2.

Ar į pasiūlymą reikia įtraukti ir mėgintuvėlius tyrimui atlikti? Tai yra bendrosios priemonės ir kai kurios gydymo įstaigos jas perka atskirai“.

Atsakymas Nr. 1.1. Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad 12 pirkimo dalyje įsivėlė klaida, nurodant analizatoriaus tipą, todėl koreguojame pavadinimą:

I

„12.2. lentelė. Techniniai reikalavimai SIŪLANT AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMO analizatoriaus panaudai – 1 VNT.“

ir 12.2. lentelės

I

„Eil. Nr. 1 Automatinis šlapimo tyrimo analizatorius“.

Atsakymas Nr. 1.2. Į pasiūlymą reikalinga įtraukti mėgintuvėlius tyrimams.

Klausimas Nr. 2 (kalba netaisyta):

„Atkreipiame dėmesį į Perkančiosios organizacijos pridėtą dokumentą „Tarptautinio atviro konkurso specialiosios sąlygos su priedais laboratoriniai“. Pirmąją pirkimo dalį „Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės **AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI.**“ Techninę specifikaciją „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ punktą Nr. 2, kuriuo PO reikalauja, kad siūlomo analizatoriaus našumas būtų ne mažiau nei 300 fotometrinių tyrimų per valandą. Siūlome punktą Nr. 3, keisti sekančiai: „Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 300 fotometrinių tyrimų ISE per valandą“.“

Atsakymas Nr. 2 Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad techninės specifikacijos „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ reikalavimo Nr. 2, nekoreguojame, nes Perkančiajai organizacijai yra aktualu tik fotometrinių tyrimų našumas.

Klausimas Nr. 3 (kalba netaisyta):

„Taip pat prašome pakeisti 1 pirkimo dalies „Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės **AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI.**“ Techninės specifikacijos „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ punktą nr. 3, kuris reikalauja, kad „1) Vienkartinėse matavimo kiuvetėse, kurių vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 300 vnt.; 2) Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo.“ Punktą nr. 2, prašome keisti taip: Tyrimai atliekami: „1) Vienkartinėse matavimo kiuvetėse arba daugiakartinėse plaunamose kurių vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 300 vnt.; 2) Vienkartinės kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. Arba, Tyrimai atliekami iš daugkartinių plaunamų kiuvečių“.“

Atsakymas Nr. 3 Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad techninės specifikacijos „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ reikalavimo Nr. 3, nekoreguojame, nes Perkančioji organizacija neturi galimybių naudoti laboratorijoje daugkartinių kiuvečių, dėl esamos infrastruktūros pritaikymo. Šiuo metu rinkoje yra daugiau nei 3 gamintojai, galintys pasiūlyti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus atitinkantį pirkimo objektą, kaip pvz. Roche, Thermo Fisher Scientific, Horiba, Mindray, Cormay, Medica Corporation, Snibe ir kiti.

Klausimas Nr. 4 (kalba netaisyta):

„Siūlome atkreipti dėmesį į „Pirmąją pirkimo dalį“ Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės **AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI.**“ Techninę specifikaciją „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ punktą nr. 4, kuriuo PO reikalauja, kad siūlomo biocheminio analizatoriaus vandens sąnaudos: iki 3 litrų per valandą. Siūlome punktą nr. 4, keisti sekančiai: “Vandens sąnaudos: Iki 7 litrų per valandą”.“

Atsakymas Nr. 4 Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad techninės specifikacijos „1.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO

BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS panaudai – 1“ reikalavimo Nr. 4, nekoreguojame. Atsakymas pateiktas „Atsakymas Nr. 3“.

Klausimas Nr. 5 (kalba netaisyta):

„Septintoje viešojo pirkimo dalyje, lentelėje Nr. 7.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.“ punktas nr.7, reikalauja, kad siūlomas analizatorius turi turėti integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija. Prašome panaikinti punktą nr. 7, kadangi manome, kad toks punktas yra perteklinis ir atsižvelgiant į tai, kad tyrimų kiekis pagal šį pirkimą yra nedidelis, tokia funkcija ženkliai riboja galimybę pateikti ekonomiškai patrauklų pasiūlymą. „7.3. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATINIO HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.“ punktas nr. 3, reikalauja, kad „Maksimalios leistinos parametru paklaidos CV: **WBC iki 2.0 % RBC iki 1.5 % Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5 %**“ . Prašome punktą nr. 3, keisti sekančiai: „**Maksimalios leistinos parametru paklaidos CV: WBC iki 2.5 % RBC iki 1.5 % Hgb iki 1 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 4 %**“.“

Atsakymas Nr. 5 Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad techninės specifikacijos „7.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.“ reikalavimo Nr. 7, nekoreguojame. Perkančioji organizacija paaiškina, kad minėtas reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su personalo saugumu. Kadangi didžioji dalis mėginių bus veninis kraujas, todėl toks reikalavimas nėra atsitiktinis ar perteklinis. Automatinė kamštelio pradūrimo funkcija užtikrina mėginio paėmimą neatkremšant vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio, o tai apsaugo laboratorijos darbuotojus nuo aerosolinio efekto ar kraujo išsiliejimo bei aptaškymo. Ši funkcija hematologiniuose analizatoriuose diegiama jau seniai ir ją, savo prietaisų komplektacijoje, siūlo didžioji dauguma pasaulinės rinkos gamintojų.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad techninės specifikacijos „7.3. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.“ reikalavimą Nr. 3, koreguojame !

„3.	Maksimalios leistinos parametru paklaidos CV:	WBC iki 2.5 RBC iki 1.5 Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5 "	
-----	---	---	--

Klausimas Nr. 6 (kalba netaisyta):

„Laba diena,

Pirkimo spec. sąlygų 6.4. punkte nurodoma: „Bendra pasiūlymo kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.“. Norėtume atkreipti dėmesį, kad dėl nedidelių prekių vienetų kainų susidaro tokia situacija, kai nurodant vieneto kainą be PVM eurai, ji tampa lygi vieneto kainai su PVM, o tam tikrais atvejais ir „susiapvalina“ iki nulio. Todėl esant labai mažoms prekių vienetų kainoms, apvalinimas iki šimtųjų (paliekant tik du skaitmenis po kablelio) neleidžia teisingai apskaičiuoti prekių kainų. Siekdami išvengti apvalinimo metu atsirasiančių netikslumų ir įvertinę, kad dėl pirkimo sąlygų reikalavimų pateikti tinkamai suformuluotą pasiūlymą tampa neįmanoma, prašome patikslinti

pirkimo sąlygas: visas mato vieneto kainas be PVM leisti pateikti suapvalintas pagal aritmetikostaisykles iki dešimt tūkstantųjų, t.y. keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apvalinti iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslinga tik apskaičiuojant galutinę sumą. Dėkojame.

Taip pat norime pasitikslinti, ar kainų lentelės 8 stulpelyje nėra įsivėlusį techninį klaidą, kuriame reikalaujama apskaičiuoti pagal formulę: „ $8=5 \times 7$ “. Stulpelio pavadinimas neatitinka stulpelio turinio-prašoma perskaičiuoti į kainą, bet suskaičiuojama perkamo kiekio suma.“.

Atsakymas Nr. 6 Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad koreguoja pirkimo specialiųjų sąlygų 4 punktą į „Bendra pasiūlymo kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodoma dviejų **arba keturių** skaičių po kablelio tikslumu.“ Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimą ir informuoja, kad koreguoja „Pasiūlymo forma“ 8 stulpelio 1-13 pirkimo dalies į „Perskaičiuota kaina, EUR be PVM“; 14-28 pirkimo dalies į „Perskaičiuota kaina, EUR be PVM“ ir „ $8=4 \times 7$ “.

Pridedame koreguota prie pirkimo dokumentų:

1. Tarptautinio viešojo pirkimo „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui“ atviro konkurso specialiosios sąlygos versija Nr.2;
2. „Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“;
3. „Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.

Komisijos pirmininkas

Česlovas Neviera

Aistė Bagdonaitė-Čėsniėnė, mob. +37063799813, el. p. aiste.bagdonaitė-
cesniene@kaisiadorysbft.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIŲ KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-19 Nr. SD-1394
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Neviera Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-19 16:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-11 14:45 - 2029-09-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-19 nuorašą suformavo Aistė Bagdonaitė Čėsniienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-