



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ  
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove

2025-06-20 Nr. VPT-(1.71E)-1813

**DĖL PRETENZIJS**

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, 2025-06-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicininiai baldai**“ (pirkimo numeris **3007759**) komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas, 3 lapai.

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai

Gintarė Bagdonaitė

D. Žvirblytė, tel. +370 37 703268, el. p. [daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt](mailto:daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt)



**KAUNO  
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 326768, +370 37 703370  
el. p. [rastine@kaunoklinikos.lt](mailto:rastine@kaunoklinikos.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO  
„MEDICININIAI BALDAI“ (PIRKIMO NUMERIS 3007759)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

**DARBOTVARKĖ:** Dėl tiekėjo pateiktos pretenzijos.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo pateikta pretenzija.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo 2025-06-18 pateiktą pretenziją dėl Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „**Medicininiai baldai**“ (pirkimo Nr. 3007759) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos) reikalavimų.

Tiekėjas pretenzijoje nurodo:

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir atsižvelgiant į paskelbto viešojo pirkimo dokumentus, teikiame šią pretenziją dėl pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų, nurodytų šiuose punktuose:

2P.D. Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė. 8.3p. Galvos dallies sekcija. Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-60^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ . Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstas objektyviais funkcionalumo ar ergonomikos kriterijais. Daugelis pasaulyje žinomų ir sertifikuotų masažo stalų gamintojų siūlo modelius, kurių reguliavimo diapazonas svyruoja nuo  $-20^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ /nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ , arba artimas šioms reikšmėms. Tokie sprendimai laikomi ergonomiškai optimaliais ir pritaikytais plačiam procedūrų spektrui. Didesni neigiamo kampo palenkimai, tokie kaip  $-60^{\circ}$ , daugeliu atvejų yra ne tik nereikalingi, bet gali būti nepatogūs ar net rizikingi pacientui, ypač vyresnio amžiaus ar su kraujotakos sutrikimais. Tuo tarpu  $-30^{\circ}$  yra saugi ir praktiškai pagrįsta riba.

Reikalavimas turėti  $-60^{\circ}$  kampą reikšmingai apriboja galimų tiekėjų skaičių, nes dauguma profesionalių masažo stalų, atitinkančių ergonominius ir medicininius reikalavimus, tokio kampo nesiūlo. Toks reikalavimas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nuostatos, kad techninės specifikacijos turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Siūlome keisti šį reikalavimą į:

„Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ .“ Masažo stalas/kušetė, kurio atlošo palenkimo kampas reguliuojamas nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ , pilnai atitinka pagrindinius reabilitacijos, masažo, fizioterapijos bei kitų terapinių procedūrų poreikius. Šis diapazonas leidžia:

- Pacientą pakelti į patogią pusiau sėdimą padėtį (iki  $+30^{\circ}$ );

- Galvą ar viršutinę kūno dalį nuleisti žemiau horizontalaus lygio (iki  $-30^{\circ}$ ), jei to reikalauja tam tikri masažo ar limfodrenažo metodai.

Tokiu būdu būtų užtikrintas pakankamas ergonominis funkcionalumas ir yra pakankamas tiek terapiniams, tiek reabilitaciniams tikslams, tuo pačiu neapribojant konkurencijos ir užtikrinant platesnį tiekėjų dalyvavimą pirkime. Prašome peržiūrėti šį techninės specifikacijos punktą ir jį koreguoti.

2P.D. 9p. Kojų dallies sekcija: 1. Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstai riboja konkurenciją. Pirkimo objektui tinkamas funkcionalumas gali būti pasiektas ir taikant alternatyvius sprendimus, tokius kaip:

- mechaninis reguliavimo mechanizmas;

- elektrinė pavara, kuri ypač dažnai naudojama šiuolaikinėje įrangoje ir leidžia tiksliai valdyti palenkimo kampą;

Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad techninės specifikacijos nebūtų perteklinės ir sudarytų sąlygas konkurencijai.

Šį punktą siūlome keisti į: "Sekcijos palenkimas reguliuojamas mechaniniu ar elektriniu būdu."

3P.D. Medicininė apžiūros kušetė. 6p. Galvos dalies sekcija. Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-60^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ . Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstas objektyviais funkcionalumo ar ergonomikos kriterijais. Daugelis pasaulyje žinomų ir sertifikuotų masažo stalų gamintojų siūlo modelius, kurių reguliavimo diapazonas svyruoja nuo  $-20^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ /nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ , arba artimas šioms reikšmėms. Tokie sprendimai laikomi ergonomiškai optimaliais ir pritaikytais plačiam procedūrų spektrui. Didesni neigiamo kampo palenkimai, tokie kaip  $-60^{\circ}$ , daugeliu atvejų yra ne tik nereikalingi, bet gali būti nepatogūs ar net rizikingi pacientui, ypač vyresnio amžiaus ar su kraujotakos sutrikimais. Tuo tarpu  $-30^{\circ}$  yra saugi ir praktiškai pagrįsta riba.

Reikalavimas turėti  $-60^{\circ}$  kampą reikšmingai apriboja galimų tiekėjų skaičių, nes dauguma profesionalių masažo stalų, atitinkančių ergonominius ir medicininius reikalavimus, tokio kampo nesiūlo. Toks reikalavimas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. nuostatos, kad techninės specifikacijos turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Siūlome keisti šį reikalavimą į:

„Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ .“ Masažo stalas, kurio atlošo palenkimo kampas reguliuojamas nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ , pilnai atitinka pagrindinius reabilitacijos, masažo, fizioterapijos bei kitų terapinių procedūrų poreikius. Šis diapazonas leidžia:

- Pacientą pakelti į patogią pusiau sėdimą padėtį (iki  $+30^{\circ}$ );
- Galvą ar viršutinę kūno dalį nuleisti žemiau horizontalaus lygio (iki  $-30^{\circ}$ ), jei to reikalauja tam tikri masažo ar limfodrenažo metodai.

Tokiu būdu būtų užtikrintas pakankamas ergonominis funkcionalumas ir yra pakankamas tiek terapiniams, tiek reabilitaciniams tikslams, tuo pačiu neapribojant konkurencijos ir užtikrinant platesnį tiekėjų dalyvavimą pirkime. Prašome peržiūrėti šį techninės specifikacijos punktą ir jį koreguoti.

3P.D. Medicininė apžiūros kušetė. 3.3p. "Stalo aukštis  $55\pm 2\text{cm}$ ", ir kadangi pagal punktą 11.2." Komplektuojama su Ratukai su stabdžiais-4vnt" yra neaišku ar aukštis nurodytas su ratukais ar be."

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, atsako sekančiai:

Tiekėjo siūlymas koreguoti 2 pirkimo dalies 8 punkto 3 papunktį ir mažinti reikalavimą galvos dalies sekcijos palenkimo kampo diapazonui iš „Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-60^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ “ į „Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ “, yra nepriimtinas, kadangi toks pakeitimas sumažintų siekiamos įsigyti medicininės kušetės funkcionalumą ir pritaikomumą. Platesnis palenkimo kampo diapazonas užtikrina, jog kušetę būtų galima išlankstyti į kėdės poziciją, kuri Perkančiajai organizacijai yra aktuali, siekiant suteikti kokybiškas paslaugas ir racionaliai išnaudoti vietą kabinetuose, kuriuose bus eksploatuojamos kušetės.

Tiekėjo siūlymas koreguoti 2 pirkimo dalies 9 punkto 1 papunkčio formuluotę Perkančiajai organizacijai yra nepriimtinas, kadangi siekiama įsigyti kušetes, kurių tiek kojų dalies, tiek galvos dalies sekcijos būtų valdomos tuo pačiu būdu. Elektrinis valdymas yra numatytas tik aukščio reguliavimui. Tiekėjo siūlomas apibrėžimas „Mechaninis reguliavimo mechanizmas“ nėra priimtinas, nes sudarytų sąlygas tiekėjams siūlyti kušetes, kurių palenkimo pozicijos būtų reguliuojamos, pavyzdžiui, įstatant sekcijos atraminę kojelę į numatytą išpjovą, tuo tarpu reguliavimas dujine spyruokle suteikia galimybę tolygiau keisti pasirinktos sekcijos kampą.

Dėl 3 pirkimo dalies 3 punkto 3 papunkčio, Tiekėjas visų pirma turėtų atsižvelgti į reikalavimus, keliamus standartinei medicininės apžiūros kušetės komplektacijai. Rinkos konsultacijos metu tiekėjui buvo atsakyta, kad 7 punkte nurodyti reikalavimai yra standartinei medicininės apžiūros kušetės komplektacijai – turi būti reguliuojamo aukščio kojelės arba kojelė

(kušetės rėmą galima sureguliuoti ant nelygių grindų). Tuo tarpu 11 punkte nurodyta, kokie priedai būtų reikalingi prie standartinės komplektacijos, tarp kurių įvardijamas reikalavimas į medicininės kušetės komplektaciją papildomai įtraukti ratukus su stabdžiais. Todėl, vertinant atitiktį 3 pirkimo dalies 3.3 punktui, visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į standartinę kušetės komplektaciją.

Tiekėjo siūlymas koreguoti 3 pirkimo dalies 6 punktą ir mažinti reikalavimą galvos dalies sekcijos palenkimo kampo diapazonui iš „Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-60^{\circ}$  iki  $+40^{\circ}$ “ į „Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo  $-30^{\circ}$  iki  $+30^{\circ}$ “, yra nepriimtinas, kadangi toks pakeitimas sumažintų siekiamos įsigyti medicininės apžiūros kušetės funkcionalumą ir pritaikomumą. Pažymėtina, kad reikalavimuose apibrėžtas tik vienos sekcijos kampo reguliavimo diapazonas ir nėra reikalaujama, jog kita (ar kitos) stalo sekcija (ar sekcijos) būtų reguliuojamo kampo. Platesnis palenkimo kampo diapazonas užtikrina, jog kušetę būtų gali pritaikyti apžiūros procedūroms ir terapiniam gydymui atlikti.

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog tiek 2 pirkimo dalyje, tiek 3 pirkimo dalyje yra siekiama įsigyti **medicininės kušetes** ir tiekėjas neturėtų apsiriboti reikalavimais, keliamais „daugumai <...> masažo stalų“.

Taip pat pažymima, kad tiekėjas dalyvavo ir teikė pasiūlymus/pastabas 2025-05-14 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **medicininų baldų** pirkimo (**Nr. 2547406**), tačiau dėl aukščiau minimų pirkimo dalių punktų pastabų neturėjo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, Komisija sprendžia tiekėjo pateiktos pretenzijos netenkinti ir techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

**NUTARTA:**

1. Netenkinti tiekėjo pateiktos pretenzijos, nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų.
2. Toliau tęsti pirkimo procedūras.
3. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.