

RINKOS KONSULTACIJOS APIBENDRINIMAS
VETERINARINIŲ OPERACINIŲ LEMPŲ PIRKIMAS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl *veterinarinių operacinių lempų pirkimo*.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-12¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-06-18 10:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimą.

1.5. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir atsakymus su pastabomis bei įžvalgomis pateikė 2 dalyviai.

¹ CVP IS Nr. 3192381, prieiga: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3192381>

1. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KOMENTARUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Klausimas	1 Dalyvio nuomonė	2 Dalyvio nuomonė	PO atsakymai
1.	<p>Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios?</p> <p>Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	Taip	Taip	-
2.	<p>Ar Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?</p> <p>Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.</p>	Taip	Taip	-
3.	<p>Ar Perkančiosios organizacijos 1 pirkimo objekto daliai suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 5000,00 Eur be PVM yra pakankama?</p>	Nesiūlytume	-	-
4.	<p>Ar Perkančiosios organizacijos 2 pirkimo objekto daliai suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 23.500,00 Eur be PVM yra pakankama?</p>	<p>Jeigu kartu su operaciniu šviestuvu planuojama įsigyti HD video kamera ir 4K monitorius turi atitikti reikalavimus, keliamus medicininei įrangai, tai suplanuota lėšų suma yra per maža. Tokio komplekto kaina yra apie 30.000 eur be PVM.</p>	Taip	<p>Perkančioji organizacija įvertinusi 1 dalyvio pastebėjimą, nutarė neatsižvelgti, kadangi prieš pradedant pirkimo procedūras, atliko rinkos tyrimą ir nustatė, jog suplanuota lėšų suma atitinka rinkos kainas ir yra</p>

				pakankama numatytoms prekėms, įsigyti.
5.	Ar Perkančiosios organizacijos 3 <i>pirkimo objekto daliai</i> suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 5200,00 Eur be PVM yra pakankama?	Nesiūlytume	-	-
6.	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	Taip	-
7.	Ar techninė specifikacija 1 <i>pirkimo objekto daliai</i> yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Nesiūlytume		-
8.	Ar techninė specifikacija 2 <i>pirkimo objekto daliai</i> yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų ribojančių konkurenciją. Reikalavimas „Nr.8. Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) ≥ 99 “. Operacinių lempų techninės charakteristikos yra apibrėžtos direktyvoje EN 60601-2-41, pagal kurią spalvų perteikimo indeksas gali būti ribose nuo 85 iki 100.	Taip, bet riboja konkurenciją. 1. Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) ≥ 99 . Siūlome mažinti šį parametą iki 97 tam, kad būtų padidinta konkurencija. Rinkoje nedaug gamintojų kurie visiškai tenkina šį parametą. Šis reikalavimas	8. Perkančioji organizacija įvertinusi dalyvių pastebėjimus, atsižvelgs į dalyvių komentarus ir skelbiant pirkimą koreguos techninės specifikacijos 8 punktą į ≥ 97 .

		<p>Raudonos spalvos perteikimo indeksas (R9) nėra atskirai reglamentuojamas, be to žmogaus rega blogai skiria raudonos spalvos pokyčius. Daugumos šiuolaikinių operacinių šviestuvų spalvų perteikimo indeksas varijuoja 95 – 97 reikšmių ribose. Siūlome keisti į „Nr.8. Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) ≥ 97“.</p> <p>Reikalavimas „Nr.9. Reguluojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) - Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 20 %.“ Pagal tą pačią direktyvą EN 60601-2-41 minimalus operacinio šviestuvo šviesos srauto intensyvumas yra 40 000 lux. Reikalaujamas intensyvumo reguliavimas iki ≤ 20 % yra perteklinis, nes esant tokiam reguliavimui minimalus šviestuvo šviesos intensyvumas bus tik 32 000 lux ir mažiau.</p> <p>Siūlome keisti į: „Nr.9. Reguluojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) - Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 25 %.“</p> <p>Reikalavimas „Nr.19. Šviestuvo kupolo apsaugos klasė $\geq IP55$“ yra perteklinis, nes tokie reikalavimai yra taikomi įrangos apsaugai nuo smulkių dulkių ir mažu spaudimu purškiamo vandens. Tai nėra operacinės aplinkos sąlygos.</p>	<p>yra perteklinis ir labai padidina įrenginio kainą.</p> <p>11. Reguluojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) Būtina, ne siauresniame kaip 16-28 cm diapazone.</p> <p>Siūlome keisti apatinę ribą iki 19 cm tam, kad būtų padidinta konkurencija. Rinkoje nedaug gamintojų kurie visiškai tenkina šį parametą.</p> <p>19. Šviestuvo kupolo apsaugos klasė $\geq IP55$.</p> <p>Siūlome keisti šį parametą į $\geq IP54$, nes šviestuvai bus montuojami viduje ir jam nereikia tokios geros apsaugos nuo tiesioginės vandens srovės. Šis reikalavimas yra perteklinis ir labai padidina įrenginio kainą.</p> <p>20. Integruota video kamera 5. Skaitmeninis priartinimas ne mažesnis kaip 12 kartų. Siūlome keisti šį parametą į ne mažesnę kaip 10 kartų, kad būtų padidinta konkurencija.</p>	<p>9. Perkančioji organizacija įvertinusi dalyvių pastebėjimus, atsižvelgs į dalyvių komentarus ir skelbiant pirkimą koreguos techninės specifikacijos 9 punktą į ≤ 25 %.</p> <p>11. Perkančioji organizacija įvertinusi dalyvių pastebėjimus, neatsižvelgs į dalyvio komentarą, nes siūlomas parametras apribos šviesos lauko diametą ir sumažins funkcijų galimybes. Perkančioji organizacija siekia įsigyti platesnių parametų įrangą, kurią galėtų pritaikyti klinikinėje – mokslinėje veikloje, bei studijų procese.</p> <p>19. Perkančioji organizacija įvertinusi dalyvių pastebėjimus, iš dalies atsižvelgs į dalyvių komentarus ir parametą pakeis į $\geq IP54$. Operacinėje būtina užtikrinti maksimaliai sterilią aplinką, todėl prietaisai valomi ir turi būti apsaugoti nuo dulkių. Operaciniai šviestuvai reguliariai valomi ir dezinfekuojami – šlapia šluoste arba specialiomis priemonėmis, todėl ir buvo pasirinktas šis parametras.</p> <p>20. Perkančioji organizacija įvertinusi dalyvių pastebėjimus, neatsižvelgs į dalyvio komentarą, nes siekia įsigyti kuo aukštesnių parametų įrangą ir ją</p>
--	--	---	---	---

		Siūlome keisti į „Nr.19. Šviestuvo kupolo apsaugos klasė \geq IP44.“		pritaikyti klinikinėje – mokslinėje veikloje, bei studijų procese.
9.	Ar techninė specifikacija 3 pirkimo objekto daliai yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Nesiūlytume	-	-
10.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Planuojame, jeigu bus atsižvelgta į mūsų pastabas.	Taip, jeigu pakeisite techninę specifikaciją	-
11.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	Ne	-	-
12.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	Taip, įrangos kaina.	-	-

3. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai supažindinti su pirkimo dokumentais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos atsižvelgia iš dalies.

3.4.Rinkos konsultacija laikoma baigta.