

**ATVIRO KONKURSO**  
**„PRIEMONĖMS INTERVENCINEI ŠIRDIES ELEKTROFIZIOLOGIJAI“**  
**(PIRKIMO NUMERIS 2870472)**  
**NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO**  
**PROTOKOLO IŠRAŠAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų paklausimų

SVARSTYTA:

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų paklausimus dėl 2025-06-04 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „Priemonės intervencinei širdies elektrofizilogijai“ (pirkimo numeris 2870472) pirkimo dalių Nr. 19 ir Nr. 32 techninės specifikacijos.

Tiekėjo paklausimas dėl pirkimo dalies Nr. 19 „Skysto azoto oksido balionai“ techninės specifikacijos: *„Ar galima būtų siūlyti N<sub>2</sub>O 10l balionuose (viduje 7kg dujų), pilno baliono svoris apie 20kg“.*

Komisija paaiškina, kad siūlyti kitokio svorio N<sub>2</sub>O balionų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, negalima, nes jie nebus suderinami ir atpažįstami krioabliacijos aparato Nitron.

Planuojami pirkti N<sub>2</sub>O balionai yra skirti gamintojo Medtronic krioabliacijos aparatui „CryoConsole Nitron“, naudojamo atliekant perkaterines širdies ritmo sutrikimų operacijas. Perkami balionai yra dedami į krioabliacijos aparato (konsolės) vidų, specialiai jiems skirtą nišą, todėl turi būti atitinkančios nišą formos ir išmatavimų. Taip pat N<sub>2</sub>O balionas turi būti ir atitinkamo svorio, kadangi krioabliacijos aparatas darbo metu vertina baliono svorį + N<sub>2</sub>O dujų svorį, pagal kurį išskaičiuoja balione likusių dujų kiekį ir rodo valdymo ekrane dujų likutį, o svoriui sumažėjus iki leistino minimumo, stabdo aparato darbą. Todėl gamintojo specifikacijose nėra nurodomas baliono tūris litrais, bet nurodomas jo svoris:

- bendras baliono, užpildyto dujomis svoris - 9,9 kg
- nurodoma, jog dujų baliono viduje yra apie 10 svarų, t.y. apie 4,54 kg

Pažymima, kad šis bendras baliono svoris ir dujų baliono viduje svoris yra nurodyti techninėje specifikacijoje.

Tiekėjo paklausimas dėl pirkimo dalies Nr. 32 „Introduuseriai elektrofiziologiniams tyrimams“ techninės specifikacijos: *„Jūsų specifikacijoje yra parašyta su viela pravedėju (guidewire), tačiau nenurodyti pravedėjų dydžiai, tai yra diametrai. Prašome patikslinti kokie reikalingi pravedėjų diametrai.“*

Komisija paaiškina, kad vielos pravedėjo diametras nėra konkrečiai apibrėžtas. Viela turi būti pakankamo diametro ir standumo, kad apsaugoti introduuserį nuo sulinkimo ir nukreipti jį į tikslią kraujagyslę įvedimo metu net tuo atveju, kai aplinkiniai audiniai yra kieti ir surandėję, kad introduuseris galėtų atlikti pagrindinę savo funkciją. Vielos pravedėjo diametras turi būti suderinamas su komplekte esančio introduuserio diametru”.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA: Informuoti Tiekėjus apie Komisijos paaiškinimus dėl pirkimo dalių Nr. 19 ir Nr. 32 techninės specifikacijos.