

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo <i>Tvarslava ir kitos paciento priežiūros priemonės</i> pirkimo
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-06-11 ID Nr. 3172741
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-06-11 iki 2025-06-18 imtinai
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKĖITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ	
Žr. pridedamoje lentelėje.	Perkančiosios organizacijos sprendimas Žr. pridedamoje lentelėje.

Pirkimo dalis	Techninės specifikacijos reikalavimai	Tiekėjo siūlomi pakeitimai/pastabos	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1, 2	<p>1 pirkimo dalies pavadinimas: Šildantis paciento apklotas 152 x 92 cm:</p> <p>3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti;</p> <p>2 pirkimo dalies pavadinimas: Šildantis paciento apklotas 110 / 150 x 200 cm, dviejų dalių</p> <p>3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti;</p>	<p><i>Tiekėjas Nr.1-</i> Siūlome į techninę specifikaciją (1 ir 2 pirkimo dalims) įtraukti minimalų šildymo pagalvėlių skaičių: „3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti;“ - šį punktą siūlome koreguoti į:</p> <p>„3. Apklote turi būti ne mažiau kaip 12 šildymo pagalvėlių, kurios, atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti.“</p> <p>Pažymime, kad punktą siūlome įtraukti tam, kad apklotas galėtų pasiekti reikiamą temperatūrą per 30 min.</p>	<p>Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atsižvelgti į tiekėjo pastabas ir pakoreguoti techninius parametrus ir 1,2 p.d. 3 punktą išdėstyti taip:</p> <p>„3. Apklote turi būti ne mažiau kaip 12 šildymo pagalvėlių, kurios, atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti.“</p>
7	<p>7 pirkimo dalies pavadinimas: Sidabro nitrato aplikatorius 75%:</p> <p>2. Ilgis 15cm.</p>	<p><i>Tiekėjas Nr.2</i> - Prašome patikslinti sekanciai ir pridėti paklaidą ilgiui: 2. Ilgis 15cm (+-5 cm)</p>	<p>Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atsižvelgti į tiekėjo pastabas ir dalinai pakoreguoti techninius parametrus ir 7 p.d. 2 p.:</p>

			išdėstyti taip: „2 p. Ilgis ne mažiau kaip 15 cm.“ , nes trumpesnio ilgio aplikatorius neatlieka savo funkcijos ginekologinių procedūrų metu.
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą dalinai atsivėlgti į tiekėjo pastabas ir pakoreguoti techninius parametrus.			