



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

PIRKIMŲ KOMISIJA

Pirkimo dalyviams

2024-12-09 Nr. (7.26) 170S-301

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Informuojame, kad uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ Pirkimų komisija (toliau – Komisija), 2024-12-04 CVP IS (Pranešimai Nr. 561 ir Nr. 861) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo prašymą patikslinti pirkimo dokumentus:

Pranešimas Nr. 561 „*Prašome patikslinti techninėje specifikacijoje, kokios paslaugos perkamos (patikra, kalibravimas ar patikra ir kalibravimas kartu): 1 lentelė. 1 pirkimo objekto dalis. Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Kokios paslaugos perkamos eil. Nr. 1, 2, 3, 4, 8? 2 lentelė. 2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Kokios paslaugos perkamos eil. Nr. 9? 8 lentelė. 8 pirkimo objekto dalis. Etaloninių matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos eil. Nr. 8?*

Techninėje specifikacijoje 3 pirkimo objekto dalies eil. Nr. 5 nurodyta, kad per 36 mėn. bus perkamos 3 paslaugos. Prašome patikslinti, ką reiškia „3P/1K (pH 4,00; 7,00; 10,00)“? Ar per 36 mėnesius planuojama įsigyti 3 patikros paslaugas ir 1 kalibravimo paslaugą? Prašome lentelėje aiškiai išskirti, kiek bus perkama patikros paslaugų ir kiek kalibravimo paslaugų.

Pasiūlymo formose 5 stulpelyje yra tik „1 priemonės kalibravimo paslaugos kaina“, o patikros kaina neišskirta.

Prašome visų pirkimo dalių pasiūlymo formose aiškiai nurodyti, koks bus perkamas kiekis patikros paslaugų, koks kiekis kalibravimo paslaugų ir išskirti patikros ir kalibravimo įkainius į atskiras eilutes arba stulpelius”.

Pranešimas Nr. 861 “*Laba diena, 7 pirkimo dalyje eil. Nr. 4 „Laboratorinis turbidimetras 1500IR“ nurodyta, kad perkama paslauga yra patikra ir kalibravimas. Turbidimetrams nėra galiojančios patikros metodikos, todėl patikra negali būti atliekama. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus. Ačiū.*”

Komisija teikia atsakymus į pateiktus klausimus:

1. KLAUSIMAS *Prašome patikslinti techninėje specifikacijoje, kokios paslaugos perkamos (patikra, kalibravimas ar patikra ir kalibravimas kartu): 1 lentelė. 1 pirkimo objekto dalis. Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Kokios paslaugos perkamos eil. Nr. 1, 2, 3, 4, 8?*

ATSAKYMAS: 1 lentelė. 1 pirkimo objekto dalis. Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Patikslinamos perkamos paslaugos eil. Nr. 1- patikra, Nr.2-kontrolė, Nr.3- kontrolė, Nr.4 - patikra, Nr. 8- patikra.

Papildomai patikslinamos perkamos paslaugos eil. Nr.5 -kontrolė, Nr.10 - patikra

2. KLAUSIMAS: *2 lentelė. 2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Kokios paslaugos perkamos eil. Nr. 9? 8 lentelė. 8 pirkimo objekto dalis. Etaloninių matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos eil. Nr. 8?*

ATSAKYMAS: 2 lentelė. 2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos eil. Nr.9 – patikra. 8 lentelė. 8 pirkimo objekto dalis. Etalonių matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos, eil. Nr. 8 – kalibravimas.

3. KLAUSIMAS: *Techninėje specifikacijoje 3 pirkimo objekto dalies eil. Nr. 5 nurodyta, kad per 36 mėn. bus perkamos 3 paslaugos. Prašome patikslinti, ką reiškia „3P/1K (pH 4,00; 7,00; 10,00)“? Ar per 36 mėnesius planuojama įsigyti 3 patikros paslaugas ir 1 kalibravimo paslaugą? Prašome lentelėje aiškiai išskirti, kiek bus perkama patikros paslaugų ir kiek kalibravimo paslaugų?*

ATSAKYMAS: Per 36 mėnesius planuojama įsigyti 3 patikros paslaugas ir 1 kalibravimo paslaugą.

4. KLAUSIMAS: *Pasiūlymo formose 5 stulpelyje yra tik „1 priemonės kalibravimo paslaugos kaina“, o patikros kaina neišskirta.*

Prašome visų pirkimo dalių pasiūlymo formose aiškiai nurodyti, koks bus perkamas kiekis patikros paslaugų, koks kiekis kalibravimo paslaugų ir išskirti patikros ir kalibravimo įkainius į atskiras eilutes arba stulpelius?

ATSAKYMAS: pridedama patikslintos pasiūlymo formos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 priedai.

5. KLAUSIMAS: *7 pirkimo dalyje eil. Nr. 4 „Laboratorinis turbidimetras 1500IR“ nurodyta, kad perkama paslauga yra patikra ir kalibravimas. Turbidimetras nėra galiojančios patikros metodikos, todėl patikra negali būti atliekama. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus.*


ATSAKYMAS: 7 lentelė. 7 pirkimo objekto dalis. Optinių ir optinių fizikinių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos, eil. Nr. 4- kalibravimas.

Papildomai patiksliname 5 lentelė. 5 pirkimo objekto dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos. Patikslinamos perkamos paslaugos eil. Nr. 7, 9, kalibravimo paslauga – 2 taškai.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Komisija teikia patikslintą techninę specifikaciją 1 priedas ir patikslintas pasiūlymo formas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 priedai.

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 30 punktu pasiūlymų pateikimo termino nekeičia.

Komisijos pirmininkas



Rimantas Niparavičius