

**DVIRAČIO ERGOMETRO (MINIMUI PUSIAU SĖDIMOJE POZICIJOJE)
ĮSIGIJIMO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA**

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).


Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekinat užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje

Viena iš būtinų įsigyti prekių – dviratis ergometras (minimui pusiau sėdimoje pozicijoje) (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, ne vėliau kaip per 4 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkama: dviratis ergometras (minimui pusiau sėdimoje pozicijoje), 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Paskirtis	Medicinos prietaisas, dviratis ergometras, skirtas minti pusiau sėdimoje pozicijoje. Lygiavertis: 
2.	Ergonomiškas dizainas žemas rėmas leidžia patogiai atsisėsti ant dviračio.	Būtina
3.	Ekranas	Ne mažiau 7 colių, spalvotas, liečiamas
4.	Stabdymo sistema	Būtina
5.	Išorinis el.tinklas	nereikalingas
6.	Reguliuojama sėdynė su nugaros atrama	Būtina
7.	Rankenos pasilaikymui	Prie ekrano ir prie sėdynės
8.	Pedalai su pėdų prilaikymo dirželiais	Būtina

9.	Pulso matavimas	Būtinas su automatine prisijungimo sistema
10.	Galios diapazonas:	Ne mažesniame intervale kaip 15-500 W, nepriklausomai nuo greičio
11.	Išmatavimai	175 ±10 cm x 70 ±10 cm x 135 ±10 cm
12.	Naudotojo apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg
13.	Garantinis terminas	Ne mažiau kaip 24 mėn.
14.	Naudotojo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą pateikiama su prietaisu.
15.	Medicininis gaminys, turintis CE ženklavinimą	Medicininio CE sertifikato kopija pateikiama kartu su preke


Parengė:

Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, vykdanči skyriaus vedėjos funkcijas

Audronė Lapinskiene


Vyriausioji slaugytoja - administratorė

 Alma Pilkauskaitė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė

 Vida Meliūkštienė

**DVIRAČIO ERGOMETRO
ĮSIGIJIMO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA**

Įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą Nr.11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ vykdomas projektas „Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Viena iš projekto veiklų - medicininės ir kitos reikiamos įrangos įsigijimas, siekinat užtikrinti sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų teikimą Anykščių ligoninėje

Viena iš būtinų įsigyti prekių – dviratis ergometras (toliau – Prekė).

Reikalavimai prekėms pateikti lentelėje.

Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Ramybės g. 15-6, LT-29126 Anykščiai, ne vėliau kaip per 4 mėn., nuo sutarties įsigaliojimo dienos.


Perkama: dviratis ergometras, 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė
1.	Paskirtis	Medicinos prietaisas, dviratis ergometras
2.	Ergonomiškas dizainas žemas rėmas leidžia patogiai atsisėsti ant dviračio.	Būtina
3.	Ekranas	Ne mažiau 7 colių, spalvotas, liečiamas
4.	Stabdymo sistema	Būtina, lygiavertė indukciniai
5.	Maitinimo šaltinis	230V
6.	Sėdynė reguliuojasi vertikaliai ir horizontaliai	Būtina
7.	Balnelis su paminkštinimu	Būtina
8.	Reguliuojamos rankenos pasilaikymui	Būtina
9.	Pedalai su reguliuojamais pėdas prilaikančiais dirželiais	Būtina
10.	Kardiologinė programa (širdies ritmo)	Būtina
11.	Pulso matavimas	Būtinai, gali būti su papildomu įrenginiu-davikliu

12.	Apkrovos reguliavimo lygiai	Automatiniame režime ne mažesniame intervale kaip 25-400 W Rankiniame režime ne daugiau kaip 600 W
13.	Išmatavimai	120 ±5 cm x 50 ±5 cm x 150 ±5 cm
14.	Naudotojo apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg
15.	Garantinis terminas	Ne mažiau kaip 24 mėn.
16.	Naudotojo instrukcija	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą pateikiama su prietaisu.
17.	Medicininis gaminys, turintis CE ženklimą	Medicininis CE sertifikatas pateikiama kartu su preke
18.	Dviračio-ergometro svoris su ratukais transportavimui	Ne mažiau kaip 50 kg.

Parengė:

Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja,
vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas



Audrone Lapinskiene

Vyriausioji slaugytoja - administratorė



Alma Pilkauskaitė

Suderinta:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė



Vida Meliukstienė