



KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, mob. +370 649 64640,
el. p. info@kaisiadorysbft.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306139700

CVP IS Pirkimo ID 3051185
Tiekėjams

2025-06- Nr. SD-

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO KLAUSIMUS

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba yra savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – SCPO) vykdydama CVP IS priemonėmis tarptautinės vertės viešąjį pirkimą ID 3051185 VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Perkančioji organizacija) „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui“ atviro konkurso būdu, 2025-06-16 13:17 val. gavo CVP IS pranešimą ID 243261, kuriame pateikti Tiekėjo paklausimai.

SCPO Komisija, išnagrinėjusi gautus paklausimus, teikia atsakymus į juos.

Klausimas Nr. 1 (kalba netaisyta):

„Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir siekdami, kad pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, prašome minimaliai koreguoti šiuos pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų reikalavimus: 7.2 lentelės, 4 punkto „Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV”: WBC iki 3% (vietoje 2.0%), RBC iki 2 % (vietoje 1,5%) 7.3. lentelės, 3 punkto „Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV”: WBC iki 3% (vietoje 2.0%), RBC iki 2 % (vietoje 1,5%). Šie minimalūs pakeitimai nesumažins atliekamų tyrimų kokybės, tačiau suteiks galimybę mūsų įmonei prisijungti prie pirkimo. Taip pat, matome galimybę koreguoti 7.3. lentelės, 11 punkto „Analizatoriaus sparta“ – reikalavimą, keičiant analizatoriaus spartą į ne mažiau nei 55-60 tyr./val., nes pagal nurodytų tyrimų skaičius galima daryti išvadą, kad tokios spartos analizatoriaus pilnai pakaktų išpildyti laboratorijos poreikius. Atliekamų tyrimų skaičius per dieną (vidutiniškai) yra apie 45 tyr./d., o siūlomas analizatorius atlieka 55-60 tyr./val. Praplėtus tiekėjų skaičių perkančioji organizacija turėtų daugiau galimybių pasirinkti jos poreikius atitinkančią įrangą, bei būtų racionaliau panaudojamos pirkimui skirtos lėšos“.

Atsakymas Nr. 1: Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo paklausimus, įvertino Tiekėjo nurodytas aplinkybes, įvertino pateiktus argumentus ir priėmė motyvuotą sprendimą dėl paklausimuose nurodytų Tiekėjo prašymų ir reikalavimų. Perkančioji organizacija nutarė dalinai tenkinti šį prašymą ir koreguoti 7 pirkimo dalies „7.2. lentelė. Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.“ reikalavimą Nr. 4:

Į

„4.	Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV:	WBC iki 2.5 % RBC iki 1.5 % Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5%	
-----	---	--	--

		Plt iki 5 %	
--	--	-------------	--

7 pirkimo dalies „7.3. lentelė. *Techniniai reikalavimai AUTOMATIZUOTAI HEMATOLOGINIŲ WBC-5 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriaus – 1 VNT.*“ reikalavimą Nr. 3, koreguojame:

I

„4.	Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV:	WBC iki 2.5 % RBC iki 1.5 % Hgb iki 1.5 % MCV arba HCT iki 1.5% Plt iki 5 %	
-----	---	---	--

Perkančioji organizacija nutarė netenkinti Tiekėjo reikalavimo dėl analizatoriaus spartos. Perkančioji organizacija paaiškina, jog nustatė tokį analizatoriaus spartos reikalavimą, atsižvelgdama į keletą faktorių, pirma Perkančiosios organizacijos laboratorija 90% paros mėginių gauna vienu metu (apie 11-12 val.), nes jie yra pristatomi iš penkių Perkančiosios organizacijos filialų, antra, savaitės mėginių kiekis pasiskirsto, 90% visų savaitės mėginių kiekio tenka darbo dienoms, trečia Perkančiosios organizacijos laboratorijoje dienos metu (nuo 8 iki 15 val.) dirba tik 3 darbuotojai, kurie aptarnauja visus laboratorijos prietaisus, ketvirta, iš to paties mėgintuvėlio atliekami įvairūs tyrimai – hematologiniai, imunohematologiniai, CRB, HbA1c, todėl mėgintuvėlio atlaisvinimas iš vieno analizatoriaus ir perdavimas kitam analizatoriui labai svarbus.

Remiantis išvardintais faktoriais pasirinktas analizatoriaus darbo našumas yra nustatytas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos darbo krūvį. Nustatytas reikalavimas neriboja konkurencijos, nes rinkoje yra daugiau nei trys gamintojai, gaminantys analizatorius atitinkančius reikalavimą.

Komisijos pirmininkas

Česlovas Neviera

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO PAKLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-23 Nr. SD-1407
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Neviera Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-23 14:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-11 14:45 - 2029-09-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-23 nuorašą suformavo Aistė Bagdonaitė Čėsniienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-