

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„HELIO IR ARGONO TECHNINĖS DUJOS“ (PIRKIMO NR. 3192930)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-06-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Helio ir argono techninės dujos**“ (pirkimo Nr. 3192930) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Pirkimo dokumentuose:

4_4 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nurodyta helio ir argono dujų grynumo klasė 5.0

O žemiau nurodytas grynumas 4.8

Norime pasitikslinti kokio grynumo helio ir argono dujų reikia 4.8 ar 5.0?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, atsako, kad tiekėjas visų pirma turėtų vadovautis techninės specifikacijos 1 ir 2 pirkimo dalies 3 punktu, kur įvardinta, kad argono bei helio grynumo klasės abejais atvejais turi būti **ne mažesnės negu 5,0**. Tuo tarpu 1 ir 2 pirkimo dalies 4 punktas užtvirtina reikalavimą, kad tiekėjas nurodytų siūlomų dujų grynumą.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.