

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
**„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MAŽOS KONCENTRACIJOS HEMOGLOBINO
TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU“**
(NR. 3141408)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-06-10 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **reagentų ir papildomų priemonių mažos koncentracijos hemoglobino tyrimų atlikimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu** pirkimo (Nr. 3141408).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

1.5	Reikalavimai ėminiui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiriama: serumas, plazma su K2EDTA, plazma su K3EDTA, šlapimas, punktatai, eritrocitų suspencijos, tirpalai naudojami operacijų metu. 2. Minimalus ėminio kiekis atliekant tyrimą – ne daugiau 30 µl. 	
1.9	Reagentai ir kitos priemonės	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu konkursui turi pateikti visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (kiuvečių užpildytų reagentais, ne mažiau 3-jų lygių kontrolinių medžiagų, specialių valiklių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) ir analizatoriaus priežiūrai reikalingų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje; 2. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); 3. Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo datos (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 	Kadangi 3 metams numatyta atlikti 360 tyrimų, tai kad tinkamai pasiūlyti reikalingą kiuvečių skaičių prašome pateikti kokybės kontrolės tyrimų skaičių per 3 metus arba įtraukti kokybės kontrolėms reikalingas kiuves į bendrą tyrimų skaičių kartu nurodant kelių lygių kokybės kontrolė per dieną bus atliekama.

Komisija atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus paklausimus pažymi, kad siekdama nemažinti konkurencijos sutinka išbraukti minėtus ėminius iš Techninės specifikacijos 1.5. punkto, o 1.9 punktą

praplėsti patikslinant, kad „I tyrimų skaičių yra įskaičiuoti ir vidaus kontrolės tyrimai, kurie bus atliekami 1 kartą per savaitę, 3-jų lygių.“

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninę specifikaciją, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją (pridedama).

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.