

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„TARPSLANKSTELINIO TARPO IMPLANTAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-06-10 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl ***tarpslankstelinio tarpo implantų*** pirkimo (Nr. 3151508).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

„5.4 – 5.6 (imtinai) prašome padidinti pločio ribas iki **± 2 mm (vietoje ± 1 mm)**, kad mūsų siūlomo implanto plotis atitiktų techninius reikalavimus.“

5.4.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 4 ± 0,5 mm	Gylis 14 mm, plotis 14 mm 16 ± 2 mm , aukštis 4 mm
5.5.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 5 ± 0,5 mm	Gylis 14 mm, plotis 14 mm 16 ± 2 mm , aukštis 5 mm
5.6.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 6 ± 0,5 mm	Gylis 14 mm, plotis 14 mm 16 ± 1 mm , aukštis 6 mm

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

5.1. prašome pakeisti iš:

„Gylis 12 ± 0,5 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 4 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 12 ± 1,0 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 4 ± 0,5 mm“

5.2. prašome pakeisti iš:

„Gylis 12 ± 0,5 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 5 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 12 ± 1,0 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 5 ± 0,5 mm“

5.3. prašome pakeisti iš:

„Gylis 12 ± 0,5 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 6 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 12 ± 1,0 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis 6 ± 0,5 mm“

5.4. prašome pakeisti iš:

„Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 4 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 14 ± 1,0 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 4 ± 0,5 mm“

5.5. prašome pakeisti iš:

„Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 5 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 14 ± 1,0 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 5 ± 0,5 mm“

5.6. prašome pakeisti iš:

„Gylis 14 ± 0,5 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 6 ± 0,5 mm“

Į

„Gylis 14 ± 1,0 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis 6 ± 0,5 mm“

Šiuolaikiniai stuburo kaklinės dalies tarpslanksteliniai implantai turi lordozės laipsnius. Manome, kad yra netikslinga to prašyti prie indikacijų.

Techninėje specifikacijoje prie 1 eil. Nr rašoma: *“Naudojami gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat lordozės atstatymui.”* Prašytume lordozės atstatymą pašalinti, nes 4 eil. Nr. yra jau paminėti lordozės laipsniai: *“Lordozinė forma 2,8^o–7^o ribose (imtinai).”*

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

5.4.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis $14 \pm 0,5$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm	Prašome pakeisti sekančiai: Gylis $14 \pm 1,0$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm
5.5.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis $14 \pm 0,5$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm	Prašome pakeisti sekančiai: Gylis $14 \pm 1,0$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm
5.6.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis $14 \pm 0,5$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm	Prašome pakeisti sekančiai: Gylis $14 \pm 1,0$ mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako, kad Perkančiajai organizacijai tiekėjo siūlymas 5.4–5.6 punktuose pakeisti paklaidą pločiui iš $\pm 1,0$ mm į $\pm 2,0$ mm yra nepriimtinas, kadangi pagal tokią paklaidą būtų sudarytos sąlygos tiekėjams 5.1–5.6 pozicijose siūlyti implantus, kurių visų plotis būtų 14 mm. Perkančiajai organizacijai nėra priimtina, kad būtų panaikinta diferenciacija tarp implantų pločių 5.1–5.3 pozicijose ir 5.4–5.6 pozicijose.

Komisija, įvertinusi 2 ir 3 tiekėjo pastabas/siūlymus, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 1 bei 5.1–5.6 punktų reikalavimus, kaip nurodyta žemiau:

1.	Paskirtis	1. Tarpslankstelinio tarpo implantai, skirti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (angl. „cage“); 2. Naudojami gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat lordozės atstatymui.
5.1.	Implantas (orientacinis kiekis 50 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm
5.2.	Implantas (orientacinis kiekis 55 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm
5.3.	Implantas (orientacinis kiekis 30 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm
5.4.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm
5.5.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm
5.6.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.