

Tarpšlankstelinio tarpo implantų techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	1. Tarpšlankstelinio tarpo implantai, skirti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (angl. „cage“); 2. Naudojami gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpšlankstelinį diskų išvaržos, spondilolistezės).	
2.	Implanto medžiaga	PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga	
3.	Rentgenokontrastiniai markeriai	≥ 2 vnt. rentgenokontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį	
4.	Implanto konstrukcija	1. Dantytas paviršius; 2. Lordozinė forma $2,8^{\circ}$ – 7° ribose (imtinai).	
5.	Implantų dydžiai ir kiekiai (<i>būtina nurodyti dydžių kodus</i>):		
5.1.	Implantas (orientacinis kiekis 50 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm	
5.2.	Implantas (orientacinis kiekis 55 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm	
5.3.	Implantas (orientacinis kiekis 30 vnt.)	Gylis 12 ± 1 mm, plotis 14 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm	
5.4.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $4 \pm 0,5$ mm	
5.5.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $5 \pm 0,5$ mm	
5.6.	Implantas (orientacinis kiekis 5 vnt.)	Gylis 14 ± 1 mm, plotis 16 ± 1 mm, aukštis $6 \pm 0,5$ mm	
6.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	
7.	Instrumentai panaudai	1. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami to paties gamintojo pilni instrumentariumai; 2. Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (<i>būtinai tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas</i>).	
8.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Perkami tų pačių charakteristikų tik skirtingų dydžių tarpslankstelinio tarpo implantai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.
3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
5. Gavęs stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį stuburo tarpslankstelinio tarpo implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu).