

**PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURIMOS DUJŲ CHROMATOGRAFINĖS –
MASIŲ SPEKTROMETRO SHIMADZU GCMS-QP2010 ULTRA SISTEMOS
TURBOMOLEKULINIO SIURBLIO REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Reikalavimai paslaugai:

1. Perkančioji organizacija turi dujų chromatografinę – masių spektrometro sistemą Shimadzu GCMS-QP2010 ultra (toliau – turima sistema), kuriai reikalingo remonto paslauga t. y. turimos sistemos nusidėvėjusio turbomolekulinio siurblio pakeitimas nauju (toliau – paslauga).
2. Remonto paslaugą sudaro (įskaičiuojama į paslaugų kainą):
 - 2.1. nusidėvėjusio turbomolekulinio siurblio demontavimas ir išvežimas,
 - 2.2. naujo turbomolekulinio siurblio, tinkamo turimai sistemai pasirinkimas, sumontavimas ir paleidimas,
 - 2.3. turimos sistemos funkcionalumo suderinimas (atkūrimas),
 - 2.4. Remontą atliekančio specialisto darbas ir į atvykimas į perkančiosios organizacijos patalpas, adresu Tilžės g. 18, Kaunas.
 - 2.5. Visos kitos, būtinos, su remonto paslauga, susijusios išlaidos.
3. Pakeistoms detalėms turi būti suteikiama teisės aktuose nustatyta garantija.

Žalieji reikalavimai:

Perkamą remonto paslaugą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.3. ir 4.4.4.4 papunktyje nurodytą aplinkosauginius principus – nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, paslaugų paskirtis – precizinės įrangos remontas, t. y. įrangos sudedamųjų dalių pakeitimas ir pataisymas suteikia galimybę įranga naudotis daug kartų (ilgaamžiškumas).