

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PROCEDŪRINIO KABINETO OPERACINIS STALAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-06-10 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **procedūrinio kabineto operacinio stalo** pirkimo (Nr. 3133718).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2.	Stalo konstrukcija	<ol style="list-style-type: none">1. Stalas mobilus;2. Mobilus, su stalo pagrinde integruotais ≥ 4 ratukais;3. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus.	<p>2. Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „2. Mobilus, su stalo pagrinde integruotais ≥ 3 ratukais;“</p> <p>Dėl stalo pagrindo konstrukcijos ir ratukų išdėstymo, mūsų siūlomas stalas užtikrina pilną mobilumą ir manevringumą naudojant 3 integruotus ratukus. Prašome šiuo reikalavimu neriboti konkurencijos ir leisti pasiūlyti lygiavertį operacinį stalą, kuris dauguma atvejų užtikrina net geresnius parametrus nei reikalaujama šioje specifikacijoje.</p>
17.1.	Rankos atrama – 2 vnt.	<ol style="list-style-type: none">1. Reguluojama bet kokia kryptimi, naudojant rankeną arba fiksatorių, kuris užfiksuoja/atfiksuoja judančias atramos dalis;2. Ilgis ≥ 450 mm;3. Komplektuojama su rankos tvirtinimo diržais.	<p>Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „1. Reguluojamas atramos palenkimo aukštyn-žemyn kampas ir pasukimas horizontalioje plokštumoje;“</p> <p>Įvertinę techninės specifikacijos visumą ir planuojamą panaudojimą, manome, jog toks pakeitimas leis pilnai išpildyti gydytojų lūkesčius ir perteklinai nieškels operacinio stalo komplekto kainos.</p>

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

8. Punktas: **1. Trendelenburgo padėtis: $\geq 30^\circ$ galime pasiūlyti 25°**

2. Galime pasiūlyti 700-1000mm

10. Punktas: **2: Nuleidimas / pakėlimas (žemyn / aukštyn) kampas turi būti reguliuojamas nuo -40° iki +70°. Galime pasiūlyti 22°/70°**

11. Punktas: **3. su reguliuojamu prailginimu (rankiniu arba motoriniu). Greičiausiai ne visai suprantame apie koki prailginimą kalbama. Tačiau atskiros kojų sekcijos reguliuojasi.**

17.2. Punktas: **Nesame garantuoti ar galim pasiūlyti šį porankį, tačiau turi bėgelių stalas ant kurių galima jį tvirtinti.**

17.3. Punktas: **5 Su apsauga nuo pasukimo arba paciento prispaudimo (aukštis ribotuvu). Rėmelis tvirtinasi prie bėgelių ir yra užspaudžiamas specialia rankena kaip ir kiti priedai, kad nejudėtų aukštyn ar žemyn. Jei yra dar papildomos specialios apsaugos greičiausiai nepasiūlysi.**

17.6. Punktas: **3. Galimi 3 dydžiai nuo ≥ (dydis pasirenkamas užsakymo metu). Neturime skirtingų dydžių.**

3. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

„Siūlome keisti punktą „8.Stalviršio padėties reguliavimas – 4.Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 720-1030 mm;“ į „8.Stalviršio padėties reguliavimas – 4, Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 780-1030 mm;“. Toks stalviršio apatinės ribos patikslinimas neturės didesnės įtakos numatomų procedūrų atlikimui ir padidins pasiūlą.

Siūlome keisti punktą „14.Reikalavimai akumuliatoriui – 2.Pilnai įkrauto/ų akumulatoriaus/ių veikimo laikas ne mažiau kaip 80 operacijų arba ne mažiau kaip 8 dienos“ į punktą „14.Reikalavimai akumuliatoriui – 2.Pilnai įkrauto/ų akumulatoriaus/ių veikimo laikas apie vieną savaitę“. Akumulatoriaus darbo laiką matuoti operacijų skaičiumi ir dienomis nėra objektyvu, nes skiriasi operacijų trukmė ir jų intensyvumas, bei operacijų kiekis dienoje. Todėl gali būti nustatomas apytikslis vidutinis akumulatoriaus darbo laikas.

Siūlome pratęsti pristatymo terminą iki 18 savaičių.”

4. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2.	Stalo konstrukcija	1. Stalas mobilus; 2. Mobilus, su stalo pagrinde integruotais ≥ 4 ratukais; 3. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus.	2.3. Prašome pakoreguoti sekančiai: Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu ar <i>elektriniu</i> stabdžiu blokuojant ratukus. Mūsų siūlomas sprendimas suteikia ženkliai didesnę stalo valdymo komfortą naudojant šio tipo pultą. Taip pat, mūsų siūlomas sprendimas neiškelia perkamo prietaiso kainos bei neriboja konkurencijos.
6.	Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys	1. Ilgis (įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 2060 mm; 2. Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 500 mm; 3. Plotis (su šoniniais bėgeliais) ne mažiau kaip 550 mm.	6. 1. Prašome neriboti konkurencijos ir pridėti paklaidą: <i>Ilgis 2050 mm ± 100 mm</i> Dauguma gamintojų siūlo ilgesnius stalus, nes jie kompaktiškesni, geresnis priėjimas chirurgams ir personalui, tinkantis operuojant didesnio ūgio pacientams. Prie

			ilgesnio operacinio stalo papildomai nepridedamos papildomos sekcijos. Reikalavimo sušvelninimas ± 100 mm esminės įtakos stalo funkcionalumui ir universalumui neturės, tačiau leis pasiūlyti reikalavimus atitinkantį aukštos kokybės stalą bei skatins sąžiningą konkurenciją.
23.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prekių aprašymai, katalogas lietuvių ir anglų kalba; 2. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: <ol style="list-style-type: none"> a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (<i>taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (<i>taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo</i>). 	Prašome pakoreguoti sekančiai: 1.Prekių aprašymai, katalogas lietuvių ir anglų kalba; 2.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 3.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: <ol style="list-style-type: none"> a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Perkančioji organizacija nesutinka su 1 tiekėjo siūloma 2 punkto 2 papunkčio korekcija, kadangi tiekėjo siūloma korekcija sumažinti ratukų skaičių iš „ ≥ 4 “ į „ ≥ 3 “ supaprastintų stalo

konstrukciją, kuri gali turėti įtakos stalo stabilumui transportavimo metu arba eksploatacijos metu (priklausomai nuo 2.3 punkte aprašomos stabilizavimo technologijos). Be to, techninėje specifikacijoje nėra keliami papildomi reikalavimai ratukams.

Komisija sutinka su 2 tiekėjo siūlymu koreguoti 10 punkto nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampo ribas, tačiau remiasi ne tik tiekėjo nurodyta verte apatinei ribai „22°“, o ir tiekėjo pridėta brošiūra, kur pavaizduota, kad nuo atskaitos ašies (horizonto) lenkiama žemyn 22°, dėl to reikšmė turi būti su „-“ (minuso) ženklu.

Komisija, remdamasi 2 tiekėjo komentaru dėl 11 punkto 3 papunkčio, daro prielaidą, kad tiekėjas supainiojo informaciją, kadangi techninėje specifikacijoje suformuluotas reikalavimas yra „Su reguliuojamu **išskėtimu** (rankiniu arba motorizuotu būdu)“ ir reikalavimo „su reguliuojamu prailginimu (rankiniu arba motoriniu)“ šiame techninės specifikacijos punkte nėra, todėl punktas koreguojamas nebus.

Dėl 2 tiekėjo komentaro 17.2 punkte, Perkančioji organizacija atsako, kad šiame punkte aprašoma rankos atrama yra aktuali procedūrinio kabineto operacinio stalo komplektacijos dalis, dėl to tiekėjas turėtų įsivertinti, ar galės pasiūlyti visą, techninėje specifikacijoje reikalaujamą komplektaciją – visus nurodytus priedus.

Perkančioji organizacija, remdamasi 2 tiekėjo komentaru dėl 17.3 punkto, sprendžia pakoreguoti formuluotę, nenurodant, kokia apsaugos technologija turėtų būti naudojama, ir paliekant tik aktualios apsaugos funkciją/pobūdį.

Komisija, remdamasi 2 tiekėjo komentaru, nesutinka koreguoti 17.6 punkto 3 papunkčio reikalavimų, kadangi Perkančiajai organizacijai yra aktualu, jog siekiamo įsigyti stalo galvos atramos dydį būtų galima pasirinkti iš kelių variantų. Procedūrinio kabineto operacinis stalas bus naudojamas vaikams, todėl yra aktualu užtikrinti pacientų komfortą procedūrų metu.

Perkančioji organizacija nesutinka su 3 tiekėjo siūlymu koreguoti 8.4 punkto apatinę ribą, kadangi esama apatinė stalviršio aukščio reguliavimo riba atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančiajai organizacijai yra aktualu, kad operacinis stalas galėtų nusileisti iki ne mažiau kaip 720 mm aukščio, o tiekėjo siūloma korekcija sumažintų aukščio reguliavimo diapazoną 6 cm. Be to, rinkoje yra operacinių stalų, galinčių išpildyti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus stalviršio aukščio reguliavimo apatinei ribai.

Perkančioji organizacija dalinai sutinka su 3 tiekėjo pasiūlyta korekcija 14.2 punktui, tačiau norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog specialistams yra aktualu įsivertinti, kiek laiko būtų galima naudotis operaciniu stalu, jog būtų racionaliai planuojamos procedūros, ypač įvykus nenumatytiems elektros tinklo sutrikimams, ekstremalioms situacijoms ar kitais atvejais, kai reikėtų naudoti operacinį stalą be galimybės neapibrėžtą laiko tarpą įkrauti akumuliatorių. Dėl šių priežasčių techninėje specifikacijoje paliekamos konkrečios mažiausios reikalavimą tenkinančios vertės, tačiau šios vertės sumažinamos iki specialistams priimtinos ribos.

Komisija, apsvarsčiusi 3 tiekėjo siūlymą, atsako, kad tiekėjo siūlymas pratęsti prekių pristatymo terminą iki 18 savaičių yra nepriimtinas. Šiam pirkimui yra numatytas 12 savaičių pristatymo terminas (ilgesnis, negu standartinis), o Perkančiajai organizacijai yra aktualu kuo greičiau įsigyti procedūrinio kabineto operacinį stalą, kadangi šiuo metu VITS tokio stalo nėra ir invazinės procedūros (kepenų ir inkstų biopsijos, trepanobiopsijos, centrinių ir periferinių centrinių venų kateterizacijos, žaizdų tvarstymas, pleuros punkcija ir drenažas ir kt.) yra atliekamos ant masažinio kineziterapijai skirto stalo.

Komisija nesutinka su 4 tiekėjo siūlymu 26.3 punkte naikinti i) ir j) papunkčius, kadangi tai yra standartiniai serviso dokumentacijai keliami reikalavimai, kuriuose yra nurodyta išlyga, kuomet šie papunkčiai taikomi: „(taikoma, jei šios procedūros/priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo)“. Tiekėjas turi įsivertinti, ar siūlomo procedūrinio kabineto operacinio stalo gamintojas numato i) ir j) papunkčiuose nurodytų procedūrų/priemonių taikymą, ar nenumato ir ar šie punktai būtų laikomi aktualiais siūlomo gamintojo įrangai.

Komisija, atsižvelgdama į tiekėjų siūlomas korekcijas, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 2, 6, 8, 10, 14, 17.1 ir 17.3 punktų reikalavimus, kaip nurodyta žemiau:

2.	Stalo konstrukcija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stalas mobilus; 2. Mobilus, su stalo pagrinde integruotais ≥ 4 ratukais; 3. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus arba elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus.
6.	Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilgis (įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 2050 mm; 2. Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 500 mm; 3. Plotis (su šoniniais bėgeliais) ne mažiau kaip 550 mm.
8.	Stalviršio padėties reguliavimas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trendelenburgo padėtis: $\geq 25^\circ$; 2. Atvirkštinė Trendelenburgo (Anti-Trendelenburgo) padėtis: $\geq 25^\circ$; 3. Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas): $\geq \pm 20^\circ$; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 720–1000 mm; 5. Yra nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija.
10.	Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -22° iki +70°.
14.	Reikalavimai akumuliatoriui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akumuliatorius/-iai įkraunamas/-i; 2. Pilnai įkrauto/-ų akumuliatoriaus/-ių veikimo laikas ne mažiau kaip 50 operacijų arba ne mažiau kaip 5 dienos.
17.1.	Rankos atrama – 2 vnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reguliuojamas atramos palenkimo aukštyn-žemyn kampas ir pasukimas horizontalioje plokštumoje; 2. Ilgis ≥ 450 mm; 3. Komplektuojama su rankos tvirtinimo diržais.
17.3.	Anestezijos rėmas – 1 vnt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. „L“ formos; 2. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 3. Iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Reguluojamo aukščio; 5. Yra pasukimo apsauga arba apsauga nuo paciento prispaudimo (aukščio ribotuvas).

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.