

RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ
DĖL VIENKARTINIŲ APKLOTŲ RINKINIŲ

Eil. Nr.	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjų siūlymai	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	4 pirkimo dalis. Kelio sąnario operacijos rinkinys. 4.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±3cm – 1 vnt.;	Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad rinkoje ir ES šalyse plačiausiai naudojamos tokio tipo kojinės yra ~22x75cm arba ~32x120cm dydžio. Prašomas dydis labai netipinis, nestandartinis, todėl tai būtų individuali gamyba, kad ženkliai išbrangintų rinkinio kainą. Prašome praplėsti leistiną ribą, pvz. „Kojinė nepralaidi skysčiams: ne mažesnė kaip 75 x 22cm – 1 vnt.;..“	Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Tiekėjas nenurodo reikalaujamo konkretaus kojinės dydžio. Nurodyti tik minimalūs ir maksimalūs rinkoje naudojami dydžiai. Reikalavimas nebus keičiamas, kadangi nurodytas dydis 75x35 cm ±3 cm yra vidutinio dydžio, o tai leidžia užtikrinti universalų pritaikomumą skirtingiems pacientams, nekelia diskomforto, nes kojinė nėra per siaura ar per plati.
2.	5 pirkimo dalis. Kelio sąnario artroskopijos rinkinys. 5.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±3cm – 1 vnt		Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Tiekėjas nenurodo reikalaujamo konkretaus kojinės dydžio. Nurodyti tik minimalūs ir maksimalūs rinkoje naudojami dydžiai. Reikalavimas nebus keičiamas, kadangi nurodytas dydis 75x35 cm ±3 cm yra vidutinio dydžio, o tai leidžia užtikrinti universalų pritaikomumą skirtingiems pacientams, nekelia diskomforto, nes kojinė nėra per siaura ar per plati.
3.	4 pirkimo dalis. Kelio sąnario operacijos rinkinys. 4.1.4. Popierinis rankšluostukas: 30x20 cm ±1cm – 2 vnt.; 4.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±3cm – 1 vnt.;	Siūlome koreguoti reikalavimą 4.1.4, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 30x30 cm); Siūlome koreguoti reikalavimą 4.1.5, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 30x80 cm);	4.1.4. – Sutinkame reikalavimą keisti į: „4.1.4. Popierinis rankšluostukas: ne mažiau kaip 30x20 cm – 2 vnt.“ 4.1.5. - Sutinkame reikalavimą keisti į: „4.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±5cm – 1 vnt.“

	4.1.6. Paciento apklotas – 1 vnt.: 220/290x330 cm ±10cm;	Siūlome koreguoti reikalavimą 4.1.6, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 230x300 cm). Pastaba: rinkinio specifikacija bus ruošiama pagal įstaigos poreikį.	4.1.6. - Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Apklotas yra stačiakampio formos su papildoma siauresne dalimi žmogaus galvai užkloti. Todėl apklotui nurodomi trys išmatavimai: plotis siaurosios dalies, plotis plačiosios dalies ir bendras ilgis. Tiekėjas nurodo tik du siūlomus išmatavimus. Nėra aišku ar siūlomas išmatavimas yra siaurosios apkloto dalies ar plačiosios.
4.	5 pirkimo dalis. Kelio sąnario artroskopijos rinkinys. 5.1.2. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas: 80x145cm ±5cm, absorbuojanti zona mažesnė kaip 55 x 90 cm – 1 vnt.	Siūlome šį punktą koreguoti, kadangi šiuo metu naudojama formuluotė yra neaiški: absorbuojanti zona mažesnė kaip 55x90 cm. Pagal šią formuluotę galėtų dalyvauti visi tiekėjai, kurie gali pasiūlyti Mayo stalelio apklotą su pavyzdžiui 1x1 cm išmatavimų absorbuojančia zona. Siūlome keisti šį punktą išdėstant jį sekančiai: 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ±5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 55x85 cm - 1 vnt.	Sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas tikslinamas į „2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas: 80x145cm ±5cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 85 cm – 1 vnt.“
5.	5 pirkimo dalis. Kelio sąnario artroskopijos rinkinys. 5.1.4. Popierinis rankšluostukas: 30x20 cm ±1cm – 2 vnt. 5.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±3cm – 1 vnt. 5.1.6. Rankovė kamerai: 13–16 cm x 240 cm ±5 cm, sulankstyta teleskopiškai, perforuota galiuku, su ne mažiau kaip viena lipnia juostele tvirtinimui – 1 vnt. 5.1.7. Paciento apklotas T formos - 1 vnt.: plotis viršuje	Siūlome koreguoti reikalavimą 5.1.4, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 30x30 cm); Siūlome koreguoti reikalavimą 5.1.5, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 30x80 cm); Siūlome koreguoti reikalavimą 5.1.6, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 14x250 cm).	5.1.4. - Sutinkame reikalavimą keisti į: „5.1.4. Popierinis rankšluostukas: ne mažiau kaip 30x20 cm – 2 vnt.“ 5.1.5. - Sutinkame reikalavimą keisti į: „5.1.5. Kojinė nepralaidi skysčiams: 75 x 35 cm ±5cm – 1 vnt.“ 5.1.6. - Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Siūlomas rankovės ilgis per ilgas. Rankovės ilgio perteklius gali trukdyti gydytojo darbui. 5.1.7. - Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Apklotas yra T formos. Todėl apklotui nurodomi trys išmatavimai: plotis viršuje, plotis apačioje ir bendras ilgis.

	290cm ±10cm/ plotis apačioje 220cm ±10cm x ilgis 320cm ±10cm;	Siūlome koreguoti reikalavimą 5.1.7, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 230x300 cm). Pastaba: rinkinio specifikacija bus ruošiama pagal įstaigos poreikį.	Tiekėjas nurodo tik du siūlomus išmatavimus. Nėra aišku ar siūlomi išmatavimai yra pločio viršuje ar pločio apačioje.
6.	6 pirkimo dalis. Klubo sąnario operacijos rinkinys. 6.1.9. servetėlės: 30± 2cm x 35±2cm	Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad rinkoje ir ES šalyse plačiausiai naudojamos tokio tipo servetėlės yra 18x25cm, 19x25cm ir pan. dydžių, todėl prašome pakoreguoti: „...servetėlės: 30± 2cm x 35±2cm arba 18± 2cm x 25cm± 2cm ..“ arba „,...servetėlės ne mažesnės kaip 18 x25 cm..“	Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Tiekėjas prašo labai stipriai sumažinti servetėlės išmatavimus - 12cm ir 10cm, todėl per maža servetėlė operacijos metu neužtikrina higienos bei sterilumo, neatlieka savo funkcijos ir tai kenkia darbo kokybei.
7.	6 pirkimo dalis. Klubo sąnario operacijos rinkinys. 6.1.6. elastinė chirurginė kojinė: 30±2 x 120±2 cm – 1 vnt.; 6.1.7. elastinis bintas: 12cm±2cm x 6 m±10cm – 1 vnt.; 6.1.9. servetėlės: 30± 2cm x 35±2cm – 4 vnt.;	Siūlome koreguoti reikalavimą 6.1.6, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 35x120 cm); Siūlome koreguoti reikalavimą 6.1.7, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 12cmx5 m); Siūlome koreguoti reikalavimą 6.1.9, siūlome praplėsti išmatavimų ribas (siūlomi matmenys 30x30 cm). Pastaba: rinkinio specifikacija bus ruošiama pagal įstaigos poreikį.	6.1.6. - Sutinkame reikalavimą keisti į: „6.1.6. elastinė chirurginė kojinė: 28-35 x 120±2 cm – 1 vnt.“ 6.1.7. - Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Tiekėjas prašo labai stipriai sumažinti elastinio binto - ilgį 1 m, toks ilgis per trumpas. 6.1.9. – Sutinkame reikalavimą keisti į: „6.1.9. servetėlės: ne mažiau kaip 28 x 30 cm – 4 vnt.“
5.	8 pirkimo dalis. Universalus rinkinys. 8.1.2. 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas: 80x145cm ±5cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 90 cm – 1 vnt.	Siūlome šį punktą praplėsti: 2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ±5 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 55x85 cm - 1 vnt. Šią korekciją siūlome tam, kad užtikrintumėte galimybę dalyvauti daugiau dalyvių.	Sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas tikslinamas į „2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas: 80x145cm ±5cm, absorbuojanti zona ne mažesnė kaip 55 x 85 cm – 1 vnt.“